

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1726152695332 din 12.09.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 21)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 1 Pat pentru spital cu 2 funcții						
<u>Lot nr. 1</u> Pat pentru spital cu 2 funcții	Pat pentru spital cu 2 funcții <u>Model CURA 220PL</u> <u>AMDM</u> DM000670106	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Greutate-minim 110 kg Parapete de protecție laterală - Da Suprafață fabricată din oțel - Da 4 roți de deplasare (min 2 roți cu frână) - Da Unghiul secțiunii din spate 0-80° (±5°) Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-40° (±5°) Ajustare a secțiunilor manual - Da Înălțime: minim 450 mm. Lungime: maxim 2150 mm. Lățime: maxim 970 mm Saltea inclusă în set - Da	<u>Pat pentru spital cu 2 funcții Model CURA 220PL</u> Greutate - 270 kg, pag 2 brochura; Parapete de protecție laterală - Da, pag 1 brochura; Suprafață fabricată din oțel - Da, pag 2 brochura; 4 roți de deplasare (2 roți cu frână) - Da, pag 2 brochura; Unghiul secțiunii din spate 0 - 75°, pag 1 brochura; Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0 - 40°, pag 1 brochura; Ajustare a secțiunilor manual - Da, 2 crank mechanism, pag 1 brochura; Înălțime - 45cm, pag 2 brochura; Lungime - 214cm, pag 2 brochura; Lățime - 97cm, pag 2 brochura; Saltea - Da, Model MT01 10cm grosimea.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3