

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						Data: 24 04 2026	Alternativa nr.:
		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1771938558793							
		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 6)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Țara de	Produ-	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință	
29	LOT NR.29-Autoclav 200 litri cu încărcare orizontală (caracteristic de bază)	LOT NR.29-Autoclav 200 litri cu încărcare orizontală (caracteristic de bază)	MAST-A 350SD-B-MO-E	China	Shinva	<p>Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (caracteristici de bază)</p> <p>Cod 270210</p> <p>Descrierea: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzire orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel</p> <p>Parametri Specificația</p> <p>Încărcare orizontală</p> <p>Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși</p> <p>Construcția interioară din oțel inox</p> <p>Construcția Exterioră metalic galvanizat sau oțel inox</p> <p>Securitate la supraîncălzire obligatoriu</p> <p>Alarmer acustică, vizuală</p> <p>Durata de sterilizare reglabilă obligatoriu</p> <p>Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3 programe</p> <p>Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu</p> <p>Securitate la suprapresiune:</p> <p>Generatorul va menține o presiune ≥6 bar, dotat cu valva de siguranță reglabila obligatoriu</p> <p>Camera va menține o presiune ≥6 bar, dotat cu valva de siguranță reglabila obligatoriu</p> <p>Control electronic Microprocesor</p> <p>Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu</p> <p>Ușa ramine blocată pînă la scaderea sfîrșitului procesului de sterilizare obligatoriu</p> <p>Suprafața exterioră să nu se încălzească</p> <p>Imprimantă termică obligatoriu</p> <p>Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED</p> <p>Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare</p> <p>presiune (prin manometru sau digital)</p> <p>vacuum (prin manometru sau digital)</p> <p>Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă</p>	Conform Anexa nr.1 la Formularul specificației tehnice	Nr. RSDM: DM000819147	

Semnat: 24 03 2026 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: 6, Vasile Lupu, or. Durlști, Republica Moldova