

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1572331415774				Data: „04” decembrie 2019		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Consumabile medicale pentru anul 2020 Institutul Neurologie și Neurochirurgie				Lot: _____		Pagina: 1 din 5
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	47	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA - 132/20 extern	IC	Russia	Intersen	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	48	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA-IN/01-132/20 intern	IC	Russia	Intersen	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	49	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer ICAE - 180/60	IC	Russia	Intersen	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Indicator (extern) p/u controlul calității sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	115	Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 2/0, EP 2	SA	China	RT&ED	polyglycolic acid sintetic USP 2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 24mm 3/8 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	polyglycolic acid sintetic USP 2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 24mm 3/8 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO

33600000-6	117	Sutura atraumatica absorbabila sterila USP 3/0, EP 2	SA	China	RT&ED	100% polyglycolic acid sintetic, absorbable, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 24mm 3/8 sterila multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100% polyglycolic acid sintetic, absorbable, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 24mm 3/8 sterila multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	119	Sutura atraumatica absorbabila USP 0, EP 3.5	SA	China	RT&ED	polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine	polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine	CE, ISO
33600000-6	120	Sutura atraumatica non absorbabila monofilament polipropilen USP 4/0, EP 1.5	SA	China	RT&ED	polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	121	Sutura atraumatica absorbabila USP 2/0, EP 3	SA	China	RT&ED	100% polyglycolic acid USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 26mm 3/8 sterila sintetic, absorbable, multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100% polyglycolic acid USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 26mm 3/8 sterila sintetic, absorbable, multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	126	Sutura chirurgicala non- absorbabila sterila fara ac USP 2/0 EP-3	SC	China	EV M	poliester impletit USP N2/0, EP-3de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester impletit USP N2/0, EP-3de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO

33600000-6	127	Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP 2, EP-5	SC	China	EV M	poliester impletit USP N2, EP-5 de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester impletit USP N2, EP-5 de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	128	Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP 1(EP-4]	SC	China	EV M	poliester impletit USP N1, EP-4 de culoare verde, bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester impletit USP N1, EP-4 de culoare verde, bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	129	Sutură non absorbabil Sofsilc 2-0 cu ac USP 2/0	SNA	China	RT&ED	non absorbabil Sofsilc USP 2-0, lungimea 75 cm ac 24 mm 3/8 cerc Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	non absorbabil Sofsilc USP 2-0, lungimea 75 cm ac 24 mm 3/8 cerc Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO

33600000-6	92	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru interven?ii spinale cu nivel sporit de lichide:	SC	Turkey	ZM	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2	CE, ISO
------------	----	---	----	--------	----	--	--	---------

33600000-6	93	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide:	SC	Turkey	ZM	Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de saparare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc	Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de saparare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc	CE, ISO
------------	----	---	----	--------	----	---	---	---------

Semnat: _____

_ Numele,

Prenumele

În calitate de:

administrator

Jighili Tatiana

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

