

### Specificare tehnică 1: Cardiomonitor fetal

#### **Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG**

Antepartum -da;

Intapartum -da;

Ultrasunet- undă continua sau pulastivă – 1 ...2,5 MHz;

Frecvența cardiacă a fătului- 30-240 bpm;

Activitatea uterine- da;

Referință control zero – da;

Calibrare - frecvența cardiacă la făt, contracții uterine;

Numărul de canale – 2;

Imprimantă–termică,încorporată;

Alarmer –vizuale și acustice;

Afisaj- LCD, color;

Conexiunea PC – da;

Alimentarea – 220 V, 50 Hz;

Accesorii: hîrtie pentru imprimantă – 5 buc;

electrozi- setul complet;

gel de contact- 1 l;

support pe roțile (modelul)

**Directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești**



**Petru CIUBOTARU**