

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1744113254667 din 08.04.2025						
Obiectul achiziției: Achiziția durimetrului dinamic portabil						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziția durimetrului dinamic portabil	T-D3	China	Novotest	Conform Caietului de sarcini - Scale de duritate: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS - Sonda de impact: tip D - Sonde opționale interschimbabile: DC/D+15/G/C/DL - Unghiul de măsură cel mai mic a probei: Rmin= 10mm - Grosimea minimă a suprafeței solide: 0.8 mm - Interfata: USB 1.0 si USB cu membrană de protecție - Alimentare: baterii AA	Conform Caietului de sarcini - Scale de duritate: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS - Sonda de impact: tip D - Sonde opționale interschimbabile: DC/D+15/G/C/DL - Unghiul de măsură cel mai mic a probei: Rmin= 10mm - Grosimea minimă a suprafeței solide: 0.8 mm - Interfata: USB - Alimentare: baterii AA - Operare continuă: nu mai puțin de 10 h	

				- Operare continuă: nu mai puțin de 100 h (ore) - Condiții de operare: 0 .. 40 °C / umiditate: <90%	(ore) Condiții de operare: 0 .. 40 °C / umiditate: <90%	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**