

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21090369/ ocds-b3wdp1-MD-1693297295371						Data: „29” Septembrie 2023		Alternativa nr.:-
Denumirea licitației:		Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024							Pagina: 1 din 5	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Cod Produs	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2		3			4	5	6	8	
33100000-1	1	Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Endurity SR MRI Single-Chamber Pacemaker	ref: PM1172 + electrod ref: 2088TC-58 cm sau 2088TC-65 cm	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru 6F -7 F, cu fixare active. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58, 65 cm, diametru 6F, cu fixare active. Dimensiunii electrodului la cerinta specialistului. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000307930 DM000503631 DM000503632
33100000-1	2	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Endurity DR MRI Dual-Chamber Pacemaker	ref: PM2172 + electrod ref: 2088TC-52 cm sau 2088TC-58 cm sau 2088TC-65 cm	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52, 58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58, 65 cm, diametru 6F, cu fixarea active. Dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000307931 DM000503631 DM000503632
33100000-1	3	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Fortify Assura DR	ref: CD2359-40QC + ref: 2088TC-52 + 7122Q sau 7172Q	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 9 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 6-7F, lungimea 52-58cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF4, cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 9 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 6F, lungimea 52, 58cm și electrod ventricular de socare lungimea 58, 65 cm, diametru 7F, de tip DF4, cu fixație activă. Dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000396445 DM000503631 DM000307917 DM000307922
33100000-1	4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Fortify Assura VR	ref: CD1359-40QC + ref: 7122Q	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 10 ani, inclusiv cu electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9 F, de tip DF4 cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 10 ani, inclusiv cu electrod ventricular de socare lungimea 58, 65 cm, diametru 7F, de tip DF4 cu fixație activă. Dimensiunii electrodului la cerinta specialistului. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000396439 DM000307917

33100000-1	5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Allure RF	PM3222 + 2088TC-52 + 1258T-86 + DS2C020 + DS2C019 + 4078G	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diametru 6F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52 cm, diametru 6F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000512862 DM000503631 DM000501780 DM000513017 DM000513016 DM000513014
33100000-1	6	Introducer 6-9F de tip “peel-away”	Introducer 6-9F de tip “peel-away”	Peel Away	405104 sau 405108 sau 405112 sau 405116 sau 405120	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 14 cm, diametru 6F-10F. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000309278 DM000309279 DM000309280 DM000309281 DM000309281
33100000-1	8	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	Confirm Rx	DM3500	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrării minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN.	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrării minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000528560
33100000-1	11	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	Supreme Quadripolar	401450 sau 401443 sau 401430 sau 401451	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 120 cm. Catetere compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000512744 DM000512739 DM000512731 DM000512745
33100000-1	11	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	Supreme Diagnostic Connecting Cables	401980	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150 cm, compatibile cu cateter electrod diagnostic. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000503783

33100000-1	12	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	Inquiry Decapolar	81172 sau 81174 sau 81102 sau 81104 sau	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5F, 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M (medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2. 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5F, 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M (medium), L (large), spațiu între electrozi 2-5-2. 2 mm, 5 mm, lungimea 110 cm . Catetere compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000376558 DM000376547 DM000376548
33100000-1	12	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	Inquiry Diagnostic Connecting Cables	85954	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150 cm, compatibile cu cateter electrod diagnostic. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000307956
33100000-1	13	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	Livewire Duo-Decapolar	401914 sau 401904 sau 401905 sau 401908	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F - 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2-2-2, 5-5-5, 2-5-2, 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 95,115 cm. Catetere compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000307950 DM000307948 DM000307949 DM000307951
33100000-1	14	Cateter electrod ablație cu RF	Cateter electrod ablație cu RF	Therapy 4mm	83405 sau 83408 sau 83453 sau 83456 sau 83459	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F-8F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura S (small), M (medium), L (large), lungimea 110 cm. Catetere cu posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000512817 DM000512818 DM000512822 DM000512823 DM000512824

33100000-1	14	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	Catheter Connection Cables for Therapy	85641	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 250 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000504580
33100000-1	15	Cateter electrod ablație RF cu irigare	Cateter electrod ablație RF cu irigare	Flexability	A701125 sau A701128	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F-8F, 4 polar cu vârful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 8F, 4 polar cu vârful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 1-4-1 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000512700 DM000512702
33100000-1	15	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	Catheter Connection Cables for Therapy	85641	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 250 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000504580
33100000-1	16	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare	CoolPoint Tubing Set	85785	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical)	Setul compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical). <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000504582
33100000-1	17	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)	Ensite Precision Surface Electrode Kit	EN0020-P	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical)	Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical). <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000307933

33100000-1	25	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Swartz Braided Transseptal Guiding Introducers	407451	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica.(pentru hemostaza efectiva și risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 și SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducătorul, dilatatorul, ghidul vor fi într-un plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Vârful distal de teacă și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teacă sa fie acomodată pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.	Lungimea canulei utile de 63 cm, cu ID de 8,5 F cu valva hemostatica, (pentru hemostaza efectiva și risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 și SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducătorul, dilatatorul, ghidul vor fi într-un plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Vârful distal de teacă și dilatator cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teacă acomodată pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; va fi notificat, în octombrie
33100000-1	27	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator or ,steril	Endurity MRI	PM2172 + 2088TC-52 + 2088TC-58 sau 2088TC-65	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Implantabil în set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automată a regimului de stimulare; – termenul de funcționare peste 7 ani . <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Implantabil în set cu electrod endocardial DDDR. – cu adoptarea automată a regimului de stimulare; – termenul de funcționare peste 7 ani . <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000307931 DM000503631 DM000503632
33100000-1	28	Electrocardiostimulator or, steril	Electrocardiostimulator or, steril	Endurity MRI	PM1172 + 2088TC-52 sau 2088TC-58 sau 2088TC-65	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Implantabil în set cu electrod VVI; – frecvența de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de funcționare peste 7 ani .	Implantabil în set cu electrod VVI; – frecvența de stimulare (imp/min) - 30-150; – termenul nominal de funcționare peste 7 ani . <i>Atasam pagina din catalog.</i>	Declaratie de conformitate; nr. Din RS al DM: DM000307930 DM000503631 DM000503632

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director general;

Ofertantul: SRL "GBG-MLD"; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 64/2;