

Specificații tehnice						
către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție 21045712 din 30.10.2021						
Obiectul achiziției: achiziționarea echipamentului fizioterapeutic						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	3	4	5	6	7	8
Unitate moderna de terapie cu ultrasunete	PhysioGo 200	Polonia	Astar	Ecran grafic mare, color (4,3 ") cu panou tactil. Sonde cu dubla frecvență 11 MHz și 3,3 MHz în dimensiunea de 5cm2 și 1cm2 (Sonde separate), semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul. Accesorii standard gel de terapie, siguranță de rezervă, capete cu ultrasunete: suprafața de 5cm2; Frecvența de 1MHz și 3,3 MHz; suprafața 1,33cm2; Frecvența de 1MHz și 3,3 MHz, geantă de transport putere continuă 2,5W I cm2 putere de varf a impulsului 3W I cm2 frecvența de radiație 1MHz sau 3,3 MHz Frecvența pulsului 10-150 Hz neted: 5 - 100%, un pas 5% discret: 6,5%; 12,5%; 25%; 50% ceas de tratament Sursa de alimentare rețea monofazată - 230V 10%, 50Hz, 50VA greutate (a unității de control) până la 3 kg	Ecran grafic mare, color (7 ") cu panou tactil. Sonde cu dubla frecvență 1 MHz și 3,5 MHz în dimensiunea de 4cm2 și 1cm2 (Sonde separate), semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul. Accesorii standard gel de terapie, siguranță de rezervă, capete cu ultrasunete: suprafața de 4cm2; Frecvența de 1MHz și 3,5 MHz; suprafața 1cm2; Frecvența de 1MHz și 3,5 MHz, geantă de transport putere continuă 3W I cm2 putere de varf a impulsului 12W I cm2 frecvența de radiație 1MHz sau 3,5 MHz Frecvența pulsului 16-100 Hz neted: 5 - 100%, un pas 5% discret: 5-75% NU necesită - dispozitivul are ceas încorporat Sursa de alimentare rețea monofazată - 230V , 50Hz,950VA greutate (a unității de control) până la 7 kg Programe presetate:58	CE, ISO

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	3	4	5	6	7	8
Dispozitiv pentru terapie, cu curenți de frecvență joasă și medie (curenți sinusoidali modulați, diodinamică, galvanic)	PhysioGo 100	Polonia	Astar	Curentul maxim al pacientului" la R_n de = 300 Ohmi- 100 * mA $\pm$ 10% - Tensiunea maximă „laser” de ieșire- 5 B; - Dispozitiv de alimentare de la o sursă de tensiune alternativă- 220 V $\pm$ 10% cu o frecvență de 50 Hz; - Curenți diadinamici – 7 feluri, - Curenți sinusoidali modulați 5 feluri Timp de funcționare continuă- 8 ore	Dispozitiv pentru electroterapie terapie, cu curenți de frecvență joasă și medie (ce include inclusiv curenți sinusoidali modulați, diodinamică, galvanic) Curentul maxim al pacientului” variaza de la 40-140 mA, in dependenta de tipul de curent utilizat. - Tensiunea maximă de ieșire- 75W; - Dispozitiv de alimentare de la o sursă de tensiune alternativă- 230 V, cu o frecvență de 50/60 Hz; - Curenți diadinamici – 7 feluri, - Curenți sinusoidali modulați 5 feluri Timp de funcționare continuă- mai mult de 8 ore Programe presetate:69	CE, ISO
Aparat pentru darsonvalizare	Ultradar D	Rusia	Medtako	Functionarea rețelei CA cu frecventa 50 (Hz) $\pm$ 0,5 Tensiunea nominala de alimentare 220V $\pm$ 10%; Puterea consumata de dispozitiv din retea (VA)-80; Frecventa RF modelată impulsuri (kHz) 110 $\pm$ 8,25%; Frecventa de modulație HF (Hz) 50 sau 100; Interval de ajustare a duratei procedurii(min) de la 1 la 99; Timp pentru stabilirea modului de functionare, nu mai mult (min) 1; Greutatea dispozitivului nu mai mult (kg) -4; In комплект emiator si electrozi 12buc	Functionarea rețelei CA cu frecventa 50 (Hz) $\pm$ 0,5 Tensiunea nominala de alimentare 220V $\pm$ 10%; Puterea consumata de dispozitiv din retea nu mai mult (VA)-50; Frecventa RF modelată impulsuri (kHz) 110 $\pm$ 25%; Frecventa de modulație HF (Hz) 50 sau 100; Interval de ajustare a duratei procedurii(min) de la 1 la 99; Timp pentru stabilirea modului de functionare, nu mai mult (min) 1; Greutatea dispozitivului nu mai mult (kg) 2,5; In комплект emiator si electrozi 8buc	Certificat de Conformitate

Semnat _____Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor, In calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2