

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI**

**Numărul achiziției comerciale: 21367576, ocds-b3wdp1-MD-1739953291699**

**Data: 11.03.2025**

Alternativa nr.

**Denumirea obiectului achiziției: Medicamente, consumabile și accesorii medicale**

**Lot:**

pag. 1 din 1

№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
26	33000000-0	AST/GOT	AST - UV - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	<p>Compatibilitatea cu aparatul Biochimic Automat BS-230. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 24 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferență (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. .</p> <p>Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător. 2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorișer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).</p>	AST/GOT, Set 2fl x 50ml, 2fl x 25ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
27	33000000-0	ALT/GPT	ALT-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		ALT/GPT, Set 2fl x 50ml, 2fl x 25ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
29	33000000-0	BILIRUBIN TOTAL	Bili T - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Bilirubin total, Set 1fl x 100ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
30	33000000-0	BILIRUBIN DIRECT	Bili D - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Bilirubin direct, Set 1fl x 100ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
32	33000000-0	CREATININE	Crea Kinetic - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Creatinina, Set 2fl x 100ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
33	33000000-0	GLUCOSE	Gluco - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Glucosa, Set 2fl x 100ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
34	33000000-0	UREA-UV	Ure UV - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Urea UV, Set 1fl x75ml, 1fl x25ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
35	33000000-0	URIC ACID	Uric Acid-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Uric Acid, Set 4fl x10ml, 1fl x10ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
38	33000000-0	TRIGLICERIDE	TG-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Trigliceride, Set 1fl x50ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
39	33000000-0	GGTP	GGT-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		GGT, Set 2fl x 80ml, 2fl x 20ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
44	33000000-0	Fosfataza alcalina	ALP-DEA-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed		Fosfataza alcalina, Set 5fl x 20ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
45	33000000-0	Albumina	Albu-DAC.Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Albumina, Set 2fl x 125ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
46	33000000-0	Magneziu	Magne-DAC.Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Magneziu, Set 2fl x 50ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
47	33000000-0	Proteina totala	Prote-DAC.Lq	Moldova	Dac-SpectroMed		Proteina totala, Set 2fl x 125ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
48	33000000-0	Multicalibrator biochimic pe baza de ser uman	Multi H St - DAC	Moldova	Dac-SpectroMed		Multicalibrator biochimic pe baza de ser uman, set 1fl. x 3ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.
49	33000000-0	Ser uman pentru control. Continutul componenteilor la nivel NORMAL	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Ser uman pentru control. Continutul componenteilor la nivel NORMAL, set 1fl. x 5ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.	
50	33000000-0	Ser uman pentru control. Continutul componenteilor la nivel PATOLOGIC	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Ser uman pentru control. Continutul componenteilor la nivel PATOLOGIC, set 1fl. x 5ml, compatibil cu aparatul BS-230.	ISO, CE.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

**Data: 11.03.2025**

**Valabilitatea ofertei - 90 zile.**