

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Echipamentului de laborator (nr.2)**
prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: **Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**
2. IDNO: **_1006601004002**
3. Adresa **MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1**
4. Numărul de telefon/fax: **tel. (+373 22) 88-43-01 (+373 22) 88-43-36**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **office@amdm.gov.md, www.amdm.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate administrativă din subordinea Ministerului Sănătății, obiectul principal de activitate fiind reglementarea și supravegherea în domeniul medicamentelor, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor	Cantit. / Unit. de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință		Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	33100 000-1	Sistem de apă pură Tip 2 de cea mai înaltă calitate produsă prin electrodeionizare	2 buc.	Parametru	Limite specificației	500000,00
				Alimentare cu apa	Apa de robinet	
				Parametrii apei de tip II:		
				Rezistivitate (conductivitate) la 25°C	> 5 MΩcm (<0,1 μS/cm)	
				Total organic carbon (TOC)	≤ 30 ppb (μg/ml)	
				Rejectie	95-99%	
				Performanță	13 L/h - 40 L/h	
				Etapele de tratare apa	Pretratare; Osmoza (cu bucla de recuperare); Electrodeionizare; Filtru final 0,22um.	
				Lampa bactericida UV 185/254 nm, sau 265 nm fara Hg, sau tehnologie	Lampă UV (cu efect bactericid) cu lungimi de undă 185/254 nm sau	

				echivalentă, care asigură performanțe similare 185/265 sau tehnologie echivalentă, capabilă să asigure reducerea încărcăturii microbiologice și reducerea carbonului organic total (TOC), , astfel încât apa produsă să îndeplinească cerințele Ph. Eur. monografia 0008 – Water, Purified. Voltaj 100-240 V Frecvență 50-60 Hz Rezervor compatibil capacitatea 100 L cu sistem de decontaminare UV si filtru - inclus Unitate de prelevare apa cu dispenser 1 Unitate de prelevare cu ecran Touch screen sau soluție echivalentă cu indicarea conductivitatii apei si accesul rapid al parametrilor de lucru Da Posibilitatea dotarii cu doua unitati de prelevare Da Debit de la dispenser cu filtru Până la 2 L/min Posibilitatea conectarii la PC Da Certificat de conformitate – atestă că sistemul a fost produs și testat în conformitate cu cerințele de calitate Certificat de calibrare – pentru senzorii încorporați de rezistivitate și temperatură Certificate de calitate pentru toate consumabile, testate și validate pentru a oferi calitate consistentă a apei purificate Calificare echipamente IQ/OQ de catre inginer certificat de catre producator. Manual de calificare original în limba română/engleză – inclus Servicii de instalare, calificare (IQ/OQ) la locul destinat de către persoana calificată Instalare și instruire – inclus Manual de utilizare EN/RO, manual IQ/OQ/PQ Alimentare (V) 220-230 Termen de garanție-24 luni Model an. 2026	
2	33100 000-1	Etuvă de uscare cu vid	1 buc .	Volumul 20-30 L Pentru solvenți neinflamabili. Control vacuum control foarte precis al presiunii și temperaturii TEMPERATURA Interval de setarea temperaturii: +10 până la +220 °C Diviziunea de pe panoul de temperatură 0,1°C. Precizia de setare a temperaturii: 0,1°C-max. 0,5 °C Uniformitate temperatura la 100 °C±1,0 Stabilitatea temperaturii la 100 °C±0,1	110000,00

				Senzor de temperatură Cu 1-2 polițe reglabile din inox. In interior din inox. Temperatura de lucru cca.+ 10 °C - +200 °C. În interior stabilitatea (uniformitatea) temperaturii $100^{\circ}\text{C} \leq 1,5^{\circ}\text{C}$, fluctuația temperaturii $\leq 0,1^{\circ}\text{C}$. Cu orificiul special pentru introducerea senzorului termometrului digital de monitorizare a temperaturii. Setarea digitală a temperaturii (pe display) Afisare electronică cu indicarea parametrilor de lucru Setarea digitală a temperaturii și a vidului (pe display) Monitorizarea procesului de uscare cu posibilitatea ventilării la sfarsitul procesului Include Dulap de depozitare cu pompa de vid și kit-ul de conectare Include raft/rafturi cu tehnologie de transfer termic care reduc diferențele de temperatură între probe Permite înregistrarea datelor prin Data logger intern (data logger integrat), USB (export al datelor) PRESIUNE (VID) Interval de vid: 5 până la 1000 mbar Debit aer: min. 3m³/oră max. 3.5 m³/oră Fluctuație presiune în timp - ± 1 mbar Controlul presiunii: Control electronic digital al presiunii pentru o pompă de vid cu viteza controlată sau sistem echivalent. Controlul pompei: controlul vitezei, semnal pentru pornirea/oprirea pompei sau sistem echivalent. Parametri reglabili: temperatura (Celsius), presiunea (vid), ora programului. Setare limba: engleza, română, rusă, franceza, Interfata: USB/ Ethernet LAN Program stocat în caz de pană de curent Temperatura mediului ambiant de la +5 °C la +40 °C Umiditate RH max. 80 %, fara condensare Afisare electronică cu indicarea parametrilor de lucru Certificat conformitate de la o companie autorizată de producător (CE) Raport de calificare OQ, min. 5 puncte pe poliță (temperatura: 40°C, 60°C, 105°C, 130°C, 180°C; presiune 25 mbar (2.5 kPa);) Servicii de instalare, calificare (IQ/OQ) la locul destinat de către persoana calificată conform manualului producătorului Model an. 2026 Termen de garanție: 36 luni. Manual de utilizare EN/RO, manual IQ/OQ/PQ Alimentare (V) 220-230 Servicii de instruire utilizare echipament	
3	33100 000-1	Loggere cu display pentru monitorizarea	5 buc .	Compatibile cu sistemul food SAVERIS, prin Wi-Fi (compatibilitate demonstrată) Loggerele vor fi livrate cu certificat de etalonare.	35000,00

		temperaturii, umiditatii cu tehnologie Wireless (pentru încăperi)		Certificatul de etalonare trebuie să includă punctele de temperatură: 20,0°C; Umiditate: 40%, 60%, 80% Datele înregistrate de software, cu posibilitatea de descărcare, analizate și arhivate pentru trasabilitatea procesului. Sistemul trebuie să permită monitorizarea temperaturii în condiții reale de utilizare. Domeniul de masurare: -30 °C...+50 °C Acuratetea: ±0.5 ° Rezolutie: 0.1 °C Domeniul de masurare: 0 to 100 %RH Acuratetea: ±2 %RH Rezolutie: 0.1 %RH Teperatura de operare: -30 °C...+50 °C Memorie: 10000 valori Rata de înregistrare: De la 15 min Sensor extern: NTC lungime cablu min. 2 m IP protecție: IP30 Baterie : AA Certificat conformitate de la producător, Certificat de etalonare trasabil metrologic în 3 puncte de temperatură: +15°C ,+20°C, +25°C, și Umiditate: 40, 60 80 RH Soft licențiat pentru monitorizare locală pe PC staționar cât și la distanță (telefon mobil, tableta). Limba de operare romina/engleza Servicii de instalare la locul destinat de către persoana calificată	
4	33100 000-1	Incubator microbiologic cu logger inclus	2 buc .	Incubator cu volumul aproximativ de 70 - 120 l cu răcire. Cu 3 polițe reglabile din inox. In interior din inox. Temperatura de lucru + 5 °C - +70 °C. Diviziunea de pe panoul de temperatură 0,1°C. Protocol de control al calității (la +22,5, 32,5°C) În interior variația temperaturii 0,5°C și fluctuația temperaturii 0,3°C. Cu orificiul special pentru loggerul de monitorizare a temperaturii. Include logger compatibil cu sistemul Saveris Lumina interna. Cu suport din inox înălțimea 80 cm. Cu certificat de conformitate. La instalare calificarea IQ/OQ/PQ. Manual tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză. Alimentare (V) 220-230 Port LAN și port USB Lumina LED interioara Port de acces pentru a introduce un senzor extern (Ø30 mm) pe partea stângă a unității Rafturi din oțel inoxidabil (INOX) Comunicare WiFi Software pentru, , descărcarea datelor pe computer Pachet de documente a echipamentului de la producător,disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Protecție la supratemperatură clasa 3.3	80000,00

				Alarma uși deschise, încuietoearea ușii, uși exterioare pline Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Accesorii obligatorii: Loggerul electronic trebuie să fie compatibil cu sistemul Saveris existent în laborator Furnizorul trebuie să prezinte declarație oficială de compatibilitate. Loggerul va fi livrat cu certificat de etalonare. Certificatul de etalonare trebuie să includă punctele de temperatură: 22,5°C; 32,5°C. Datele înregistrate cu posibilitate de descărcare, analizate și arhivate pentru trasabilitatea procesului. Sistemul trebuie să permită monitorizarea temperaturii în condiții reale de utilizare. Incubatorul va fi livrat pe suport cu picioare, destinat amplasării independente pe pardoseală, asigurând stabilitatea și accesul facil pentru curățare și mentenanță. La livrare se vor prezenta: Pachet de documente al echipamentului furnizat de producător. Manual tehnic. Manual de utilizare. Proceduri pentru calificare IQ/OQ/PQ. Pachet documentație IQ/OQ/PQ pentru domeniul farmaceutic. Certificat de conformitate a producătorului. Furnizorul va asigura: instalarea echipamentului; punerea în funcțiune; efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată/autorizată de producător; prezentarea rapoartelor de calificare. Perioada de garanție: minimum 24 luni de la punerea în funcțiune	
5	33100 000-1	Baie de apă	3 buc .	Tip echipament: Baie de apă de laborator Capacitate: 6–7 litri Configurație: pentru minim 4 flacoane a câte 500 ml Capac: din inox (oțel inoxidabil) Cuva interioară: din inox (rezistent la coroziune și ușor de curățat) Dimensiuni interne (aprox.): 240 x 200 x 160 mm Dimensiuni externe (aprox.): 340 x 400 x 300 mm Domeniu de temperatură: +5 °C peste temperatura ambientală până la +100 °C Rezoluție afișaj: 0,1 °C Stabilitate temperatură: ±0,1 °C Sistem de control: electronic, cu display digital Display digital pentru afișarea temperaturii Control al temperaturii Distribuție uniformă a temperaturii în cuvă Certificat de calitate emis de producător Certificat de etalonare trasabil metrologic (calibrare) pentru punctele: 45 °C , 80 °C, 100 °C Pachet complet IQ/OQ/PQ în limba română	60000,00

				Efectuarea calificărilor IQ/OQ/PQ la instalare de către personal autorizat Garanție: minim 12 luni de la punerea în funcțiune Logger electronic de date Loggerul va fi prevăzut cu două sonde rezistente la temperatură Loggerul trebuie să permită înregistrarea și documentarea temperaturii pe durata utilizării băii de apă. Certificat de etalonare trasabil metrologic (calibrare) pentru punctele: 45 °C , 80 °C, 100 °C Datele înregistrate trebuie să poată fi descărcate și arhivate pentru trasabilitatea procesului. Calificare Se va furniza pachet IQ/OQ/PQ în limba română. Efectuarea calificării: IQ/OQ/PQ la instalare; de către o persoană calificată/autorizată. Prezentarea rapoartelor de calificare. Garanție și service Perioada de garanție: minimum 24 luni de la punerea în funcțiune. Asigurarea service-ului autorizat.	
6	33100 000-1	Cronometru digital de laborator	3 buc .	Cu ceas format 24h ore și cu calendar Semnal de alarmă când se atinge valoarea de 0 a timpului setat(Cu alarma sonora pentru atentionare) Timp maxim de setare de 23h 59min,59 secunde Ecran prevazut cu afisaj LCD cu cifre lizibile Rezoluție: 1 secundă. Precizie: ±1 secundă/zi sau mai bună. Funcții: Start/Stop/Reset. Cu functie de cronometrare inversa Prevazut cu carcasa solida, suport plisabil si clema pentru montarea pe perete Tip de alimentare: Baterie sau echivalent Cu certificat de conformitate de la producător Certificat de etalonare trasabil metrologic Garanție: minimum 12 luni	8000,00
Valoarea estimativă totală					793 000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **Livrarea bunurilor se va realiza de către furnizor la sediul autorității contractante, în termen de 60 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația Standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	+
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile)	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	+
3.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	+
4.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	+
5.	Document Unic de Achiziții European DUAE	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin semnătura electronică a Participantului	+
6.	Garanția pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (AMDM) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: -Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE	+

		<i>-Denumirea Băncii:</i> MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT <i>-Codul fiscal:</i> 1006601004002 <i>-Contul de decontare:</i> MD08TRPCAA518410A00418AA <i>-Contul trezoreria:</i> TREZMD2X <i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică) “</i>	
Documente justificative solicitate, care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante			
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Extras/Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
8.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
9.	Experiența similară	1.Experiența similară Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr.12 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului. -În scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, ofertantul trebuie să prezinte copii ale contractelor/facturilor/actelor de primire-predare.	+
10.	Pregătirea profesională și calificarea personalului pentru serviciile de instalare a echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ, conform cerințelor menționate în specificația tehnică (pct.8)	Pentru echipamentele pentru care, conform specificației tehnice (pct.8 din Anunț) este solicitată instalarea și/sau calificarea, se va prezenta: 1. Declarație prin care se confirmă că: -Instalarea echipamentului și/sau efectuarea calificării IQ/OQ/PQ, după caz, se va realiza de către o persoană calificată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; 2. Se vor prezenta certificatele de calificare a inginerilor în IQ/OQ/PQ sau sau alte dovezi relevante privind calificarea personalului, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+

11.	Manuale, broșuri, cataloage, descrieri și alte materiale similare prin care sunt prezentate produsele	Manuale, broșuri, cataloage, descrieri și alte materiale similare emise de producător prin care sunt prezentate produsele, confirmate prin semnătura electronică a Participantului.	+
12.	Declarație privind prezentarea certificatelor de calitate /conformitate, precum și alte acte ce confirmă calitatea bunurilor oferate	Declarație prin care se confirmă că la livrare, bunurile vor fi însoțite de certificate de calitate/ conformitate, precum și alte acte ce confirmă calitatea bunurilor oferate, conform cerințelor menționate în specificația tehnică (pct.8 din Anunțul de participare), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
13.	Declarație privind livrarea bunurilor	Declarație prin care se confirmă că transportul, descărcarea, manipularea, punerea în funcțiune se va realiza de furnizor, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.	+
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice			
15.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020.	+
16.	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului de achiziții publice)	1.În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard 2.În cazul transferului la contul autorității contractante (AMDM) - completată conform următoarelor date bancare: -Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE -Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT -Codul fiscal: 1006601004002 -Contul de decontare: MD84TRPCAA518440B00418AA -Contul trezorerieral: TREZMD2X	+

		cu nota "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. (se va indica numărul procedurii)"	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă, obligatoriu la depunerea ofertelor, în cuantum 2 %.

Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: **2%** din valoarea ofertei fără TVA. Se va completa conform **Anexei nr. 9** din Documentația Standard. Oferta va fi însoțită de o *Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante*, conform următoarelor date bancare:

- *Beneficiarul plății:* AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
- *Denumirea Băncii:* MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT
- *Codul fiscal:* 1006601004002
- *Contul de decontare:* **MD08TRPCAA518410A00418AA**
- *Contul trezorerial:* TREZMD2X

18. Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu la semnarea contractului, în cuantum de 5 %.

Suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat. Se va completa conform **Anexei nr. 10** din Documentația Standard. Contractul va fi însoțit de o *Garanție de bună execuție emisă de o bancă comercială sau Garanția prin transfer la contul autorității contractante*, conform următoarelor date bancare:

- *Beneficiarul plății:* AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
- *Denumirea Băncii:* MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT
- *Codul fiscal:* 1006601004002
- *Contul de decontare:* **MD84TRPCAA518440B00418AA**
- *Contul trezorerial:* TREZMD2X

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data deschiderii ofertelor

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba română**
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică**
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **transmis către BAP 06.08.2026**
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Conform SIARSAP**
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | nu se acceptă |
| Facturarea electronică | se acceptă |
| Plățile electronice | se acceptă |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu**
38. Alte informații relevante: _____

Director: _____ **Iuliana ALBU**