

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775555347183 din 7 aprilie 2026
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și reparație a utilajului medical (repetat II)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 3 Servicii de mentenanță Boxă PCR-01 sterilă	Servicii de mentenanță			Servicii de mentenanță Boxă PCR-01 sterilă „DNA/RNA/UV”, conform anunțului de participare	<p>Da, compania X-Lab Solutions dispune de ingineri calificați care vor asigura următoarele servicii de mentenanță pentru boxa PCR-01 sterilă „DNA/RNA/UV”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test de fum (Smoke test), cu echipamentul DRÄGER FLOW-CHECK • Test de etanșitate a filtrelor (Filter leak test), cu ajutorul număratorului de particule Lighthouse Handheld 3016-IAQ • Test de flux de intrare (Inflow test), cu ajutorul termo-anemometru electronic TESTO 425 • Test de flux descendent (Downflow test), cu ajutorul termo-anemometru electronic TESTO 425 • Test de nivel de zgomot (Sound level test), cu ajutorul sonometrului TESTO 815 	

					Toate lucrările efectuate vor fi consemnate în Procesul-Verbal final.	
Lotul 4: Servicii de mentenanță Hotă Biohayard cu flux laminar	Servicii de mentenanta			Servicii de mentenanță Hotă Biohayard cu flux laminar BBS- V1300, conform anunțului de participare	<p>Da, compania X-Lab Solutions dispune de ingineri calificați care vor asigura următoarele servicii de mentenanță pentru hota Biohayard cu flux laminar BBS- V1300:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test de fum (Smoke test), cu echipamentului DRÄGER FLOW-CHECK • Test de etanșitate a filtrelor (Filter leak test), cu ajutorul numaratorului de particule Lighthouse Handheld 3016-IAQ • Test de flux de intrare (Inflow test), cu ajutorul termo-anemometru electronic TESTO 425 • Test de flux descendent (Downflow test), cu ajutorul termo-anemometru electronic TESTO 425 • Test de nivel de zgomot (Sound level test), cu ajutorul sonometrului TESTO 815 <p>Toate lucrările efectuate vor fi consemnate în Procesul-Verbal final.</p>	
Lotul 5: Servicii de mentenanță Hota cu flux laminar	Servicii de mentenanta			Servicii de mentenanță Hota cu flux laminar Biobase BBS-V1300, conform anunțului de participare	<p>Da, compania X-Lab Solutions dispune de ingineri calificați care vor asigura următoarele servicii de mentenanță pentru hotele cu flux laminar Biobase BBS-V1300,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test de fum (Smoke test), cu echipamentului DRÄGER FLOW-CHECK • Test de etanșitate a filtrelor (Filter leak test), cu ajutorul numaratorului de particule Lighthouse Handheld 3016-IAQ • Test de flux de intrare (Inflow test), cu ajutorul termo-anemometru electronic TESTO 425 • Test de flux descendent (Downflow test), cu ajutorul termo-anemometru electronic TESTO 425 	

					<ul style="list-style-type: none">• Test de nivel de zgomot (Sound level test), cu ajutorul sonometrului TESTO 815 Toate lucrările efectuate vor fi consemnate în Procesul-Verbal final.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mihnea Ioan Grecu
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Negreșteni nr. 9, ap.(of.)11