

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Institutul de Medicină Urgența

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1731495933330 / 21310391	din 05 decembrie 2024
Obiectul de achiziție: Deservire și întreținere dispozitive medicale – 2025		

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
0	1	2	3	4	5	6	7	
5	50421000-2	5. Analizator hematologic Sysmex KX – 21N	KX-21N	Sysmex	Japonia	<p>5. Analizator hematologic Sysmex KX – 21N.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Curățați camera de TD și linia de proba diluată. (Execute închidere.) – Verificați nivelul Camera capcană, și aruncați în cazul în care consideră. – Curățați supapa rotorului (SRV) șava eșantion. • Întreținerea lunară (sau la fiecare 2500 Probele) – Curățați camera de deșeuri (clătire secvență). – Curățați traductorul (clătire secvență). • Fiecare întreținere de 3 luni (sau la fiecare 7500 de probe) – Curățați supapa rotorului eșantion (SRV). • Întreținere de necesități – Auto Clățiți – Curățați Cupa clătire. – WBC / RBC Clean traductor deschidere. – Înlocuiți rezervorul de deseuri. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local 	Conform condițiilor licitației	Conform Anunțului de participare pct. 16.
9	50421000-2	9. Sterilizator cu aburi Matachana 1008-E2	Matachana 1008-E2	Spania	Matachana	<p>9. Sterilizator cu aburi Matachana 1008-E2</p> <ul style="list-style-type: none"> – Verificarea și curățarea filtrelor de admisie apă / aer; – Verificarea sistemului de purificare a apei; – Testarea și ajustarea / curățarea pompei de vacuum și apă; – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare; – Curățarea și lubrifierea părților mecanice; – Curățarea garniturii și a canalelor de amplasare a acestora la ambele uși ale autoclavului; – Curățarea rezervorului de apă; 	Conform condițiilor licitației	Conform Anunțului de participare pct. 16.

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/inchidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); - Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; - Identificarea și înlăturarea tuturor scurgerilor de apă pe lșa îmbinări, fittinguri, conexiuni; - Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; - Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local. 		
10	50421000-2	10. Mașină de spălare și dezinfecție Matachana MAT LD521XLS	Spania	Matachana	<p>10. Mașină de spălare și dezinfecție Matachana MAT LD521XLS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea sistemului de asigurare cu detergenți, curățarea gmiturilor - Verificarea sistemului de purificare a apei - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare - Curățarea și lubrifierea părților mecanice - Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă - Curățarea rezervorului de apă - Verificarea funcționalității printerului - Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice - Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui - Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local . 	Conform condițiilor licitației	Conform Anunțului de participare pct. 16.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**