

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: [ocds-b3wdp1-MD-1754482196065](#)

Denumirea licitației: Monitor cu detector digital la sistemul radiologic pentru Spitalul Clinic Militar Central

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Detector digital, pentru sistemul radiologic	FXRD-3643VAW	Coreea Sud	VIEWWORK S CO., LTD.	Detector digital, compatibil cu sistemul radiologic mobil "Mobile Art Evolution, Shimadzu" existent în cadrul SCMC. Detector digital : Minim - 35x43cm, Material CsICelsiu/iodid Dimensiune pixel - maxim 140 µm Timp de operare - minim 7 ore Timp de achiziție a imaginii - maxim 3 sec Rezoluție Min 3,5 lp/mm Arie activă - 2560 x 3072 pixeli Interfața - conectare prin cablu și wi-fi Cuantificare - 16 bit Afișare imagine Max - 3 sec AED (Detectarea automată a expunerii) Greutate Max 4 kg Capacitatea de stocare a imaginilor 100-200 imagini Greutate maximă admisibilă pe detector minim 300 kg Margini metalice Calibrarea detectorului la instalare Instruirea personalului medical Suport tehnic de mentenanță pe perioada garanției atât și după	Detector digital, compatibil cu sistemul radiologic mobil "Mobile Art Evolution, Shimadzu" existent în cadrul SCMC. Detector digital : 36x43cm, DA Material CsICelsiu/iodid DA Dimensiune pixel - 140 µm Timp de operare – 7,5 ore Timp de achiziție a imaginii - maxim 3 sec Rezoluție Min 3,5 lp/mm Arie activă - 2560 x 3072 pixeli Interfața - conectare prin cablu și wi-fi DA Cuantificare - 16 bit Afișare imagine Max - 3 sec AED (Detectarea automată a expunerii) DA Greutate Max 3.15 kg Capacitatea de stocare a imaginilor 200 imagini Greutate maximă admisibilă pe detector 400 kg Margini metalice DA Calibrarea detectorului la instalare DA Instruirea personalului medical DA Suport tehnic de mentenanță pe perioada garanției atât și după DA	Numarul inregistrare la AMDM DM000818619

				Stație de lucru: Procesor Intel® Core™ minim i5-2400 sau echivalent HDD ≥ 256GB RAM ≥ 4 GB Monitor Medical, ≥ 21”, LCD, rezoluție ≥ 1920 x 1080, minim 2 MP, cu ecran tactil.	Stație de lucru: TM-5957-22 , Tegar Procesor Intel® Core™ minim i5-2400 DA HDD 256GB RAM 4 GB Monitor Medical, 21.5” LCD, rezoluție 1920 x 1080 , 2 MP, cu ecran tactil. DA	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
În calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău