

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1580202829548** din **„19” februarie 2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 39								
39.1	33600000-6	Pipeta-doзатор cu 1canal 10-200mkl	A3026 Pipeta automat cu volum variabil 20-200 mkl	China	Nantong Tianye Labware Co., Ltd	Pipeta-doзатор cu 1canal 10-200mkl	Doзатор automat cu un canal, volum variabil 20-200 mkl cu pasul de 1mkl, precizia +/-1,5 – 3,0; CV ≤ 1,0 - 1,5 %.	CE, ISO
39.2	33600000-6	Pipeta doзатор cu 1 canal 10-1000mkl	A3028 Pipeta automat cu volum variabil 100-1000 mkl	China	Nantong Tianye Labware Co., Ltd	Pipeta doзатор cu 1 canal 10-1000mkl	Doзатор automat cu un canal, volum variabil 100-1000 mkl cu pasul de 5mkl, precizia +/- 1,2 – 1,5; CV ≤ 0,5 - 1,0 %.	CE, ISO
39.3	33600000-6	Pipeta-doзатор 1000-5000mkl	A3030 Pipeta automat cu volum variabil 1000-5000 mkl	China	Nantong Tianye Labware Co., Ltd	Pipeta-doзатор1000-5000mkl	Doзатор automat cu un canal, volum variabil 1000-5000 mkl cu pasul de 50mkl, precizia +/-1,0 – 1,2; CV ≤ 0,5 %.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: **„LifeMed Group” SRL** Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**