

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1563949119298	Data: „05” august 2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Servicii de mentenanță preventivă și corectivă externă la dispozitivele medicale de complexitate înaltă, pentru anul 2019	Lot: 23	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lot 23 Mentenanța preventivă și corectivă a videogastroscofului						
23.1	Videogastroscof	13821PKS, n/s 9962 (an. 2012)	Germania	Karl Storz	Pierderea parametrilor rigizi, nu trece testul de etanșetate.	<i>conform cerișelor</i>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cucerenco Olesea** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316**