

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1590758112078	Data: 11 iun 2020, 9:31 - 14 iun 2020, 9:31	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea echipamentului medical de laborator pentru anul 2020	Lot: 2,3	Pagina: 1 din 1

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	3310000 0-1	Termostat	BJPX-H80	China	Biobase	Acest grup de produse include dispozitivele care produc încălzire și răcorire pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Dispozitivele incluse aici sunt autonome, cu camere pentru păstrarea mostrelor; unele testează nu numai acizi nucleari. Termostat utilizat în laborator. Capacitate-80 l ± 5 l. Domeniul de temperatură -programabil = 5 -70°C; Rezoluția de programare ≤ 1 grad. Afișaj- graphic. Control- Microprocesor. Alimentarea-220 V, 50 Hz. Construcția interioară -din oțel inox. Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 220V, 50 Hz.	Da Da Da, 80 lt +5-65C Da, +/- 0.3 C Da Da Da Da Da	CE/ISO
3	3310000 0-1	Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L)	BKQ-B100II	China	Biobase	Sterilizatoare fără ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu	Da	CE/ISO

					scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Încărcare verticală Construcția interioară- din oțel AISI 316L. Exterior- metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire- da. Alarmer- acustică vizuală. Durata sterilizării reglabilă- da. Control- Microprocesor . Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă – da. Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitul procesului de sterilizare- da. Suprafața exterioară - să nu se încălzească	SUS 304 Da SUS 304 Da, Metalic galvanizat Da Da Da Da Da Da Da	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**