

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1680177467862](#)

Denumirea procedurii de achiziție Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 8						
Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	ULF86-60E	China	BIOEVOPEAK CO., LTD.	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50-100 litri; Polițe fixe incluse: ≥ 2 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor pentru min. 48	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 58 litri; Polițe fixe incluse: 2 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire:	

			<p>ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -60°C .. - 85 °C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	<p>ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -40°C .. -85 °C; Nivelul de zgomot: 55 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii 2023. Termen de garanție 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea -Da Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - Da. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. - DA În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. -DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. - DA</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză - DA Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv- DA</p>	
LOT 9					

Centrifugă 8-16 eprubete (cu rotor basculant)	CFG-6J	China	Bioeuropeak	<p>Capacitate: rotor inclus pentru 8-16 eprubete de 10-15 ml RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: 5% Sistem de blocare a capacului in timpul funcționarii. Protecție la debalansare. Protecție la pornire cu capacul deschis. Durata ciclu: 0-60 min. Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative:</p>	<p>Capacitate: rotor inclus pentru 8-16 eprubete de 10-15 ml RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: +/-10 r. Sistem de blocare a capacului in timpul funcționarii - Da. Protecție la debalansare-Da. Protecție la pornire cu capacul deschis-Da. Durata ciclu: 1 -9999 min. Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: fără perii. Capacul dotat cu fereastra de acces.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	
---	--------	-------	-------------	---	---	--

				<p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	
LOT 11						
Microtom semiautomat	RMT-SA390	China	Bioevopeak	<p>Microtom semiautomat cu aplicații multiple. 1. Să dețină următoarea gamă de selecție a grosimii de secționare: Reglaj fin al grosimii de secționare prin intermediul motorului pas cu pas până la 0.5 – 100 μm. Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 μm / pas de 0.5 μm. Reglaj grosime taiere 2 - 10 μm / pas de 1 μm. Reglaj grosime taiere 10 - 20 μm / pas de 2 μm. Reglaj grosime taiere 20 - 30 μm / pas de 5 μm. Reglaj grosime taiere 30 - 100 μm / pas de 10 μm. Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas până la 500 μm. Reglaj grosime fasonare până la 10 μm / pas de 5 μm. Reglaj grosime fasonare până la 100 μm / pas de 10 μm.</p>	<p>Microtom semiautomat cu aplicații multiple + Thermo Sealer, TMS-A100. 1. Detine următoarea gamă de selecție a grosimii de secționare: Reglaj fin al grosimii de secționare prin intermediul motorului pas cu pas 0.25 – 100 μm. Reglaj grosime taiere 0.25-2.5μm in pas de 0.25μm. Reglaj grosime taiere : . 2.5-5μm cu pas de 0.5μm, 5.0 -10μm cu pas de 1 μm Reglaj grosime taiere 10 - 20 μm / pas de 2 μm.- 10-30 μm cu pas 2μm Reglaj grosime taiere 20 - 30 μm / pas de 5 μm. Reglaj grosime taiere 30 - 100 μm / pas de 10 μm.- 30-60 μm cu pas de 5μm, 60-100μm cu pas de 10μm</p>	

			<p>Reglaj grosime fasonare pâna la 200 μm / pas de 20 μm. Reglaj grosime fasonare pâna la 500 μm / pas de 50 μm. 2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de maxim 72 mm. 4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere să poată fi oprită. 5. Să dețină sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas 6. Să dețină sistem de control variabil al vitezei de avansare – 300, 800, 1800 $\mu\text{m/s}$. 7. Să aibă funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare.</p> <p>8. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție. 9. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. 10. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen. 11. Să aibă potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie. 12. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen. 13. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate ≥ 1.400 ml.</p>	<p>Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 μm. - 1-600 μm Reglaj grosime fasonare pâna la 10 μm / pas de 5 μm.- 1-10 μm increment 1 μm Reglaj grosime fasonare pâna la 100 μm / pas de 10 μm.- 10 -20μm cu pas de 2μm, 20-50μm cu pas de 5μm, 50-150μm cu pas de 10μm</p> <p>Reglaj grosime fasonare pâna la 200 μm / pas de 20 μm. - 150-600μm cu pas 50μm Reglaj grosime fasonare pâna la 500 μm / pas de 50 μm. 2. Plaja de alimentare orizontala de 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de maxim 70 mm. 4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere poate fi oprită. 5. Să dețină sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas- DA 6. Să dețină sistem de control variabil al vitezei de avansare – 300, 800, 1800 $\mu\text{m/s}$. - viteza variabila 1500$\mu\text{m/s}$ ~ 3500$\mu\text{m/s}$ 7. Să aibă funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare.- Da</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>14. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară.</p> <p>15. Să fie livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlură cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet.</p> <p>16. Dimensiuni maxime al spațiului disponibil: (L/l/h) 630x500x350 mm</p> <p>17. Greutate: minim 30 kg.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele</p>	<p>8. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție.-Da</p> <p>9. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8° - 2 X/Y +/- 8°.</p> <p>10. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen. - DA</p> <p>11. Să aibă potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie. -DA</p> <p>12. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen- DA</p> <p>13. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate ≥ 1.400 ml - DA</p> <p>14. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară. - DA</p> <p>15. Să fie livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlură cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet.- DA</p> <p>16. Dimensiuni maxime al spațiului disponibil: (L/l/h) 630x500x350 mm - 575x420x330 mm (WxDxH)</p> <p>17. Greutate: 37 kg.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii 2023. Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	<p>mentenanță preventivă pe perioada de garanție. - Da</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. - DA</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. -DA</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză - DA</p> <p>Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - DA</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. DA</p>	
LOT 26						
Defibrilator	DB-8000BD	China	BIOEVOPEAK CO., LTD.	<p>Defibrilator extern, automat, manual cu caracteristici avansate.</p> <p>1. Defibrilator:</p> <p>Selectarea energiei: internă : 5-50 J, externă: adult 50-360 bifazic, pediatric/nou născut : 2-20 J.</p> <p>Controlul padelelor: încărcare, descărcare.</p> <p>Forma de unda la ieșire: bifazică.</p> <p>Prezența sincronizatorului.</p> <p>Regim de operare: manual, automat.</p> <p>2. Display: Mărime minim: 6 inch. Color, TFT LCD.</p>	<p>Defibrilator extern, automat, manual cu caracteristici avansate.</p> <p>1. Defibrilator:</p> <p>Selectarea energiei: internă : 5-50 J, externă: adult 50-360 bifazic, pediatric/nou născut : 2-20 J.- DA</p> <p>Controlul padelelor: încărcare, descărcare. - DA</p> <p>Forma de unda la ieșire: bifazică.- Da</p> <p>Prezența sincronizatorului. DA</p> <p>Regim de operare: manual, automat.DA</p> <p>2. Display: 7 inch. Color, TFT LCD.</p>	

			<p>Afișarea derivațiilor bipolare 1,2,3. Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Afișarea ritmului cardiac. Alarmer ale ritmului cardiac. Interval BPM minim necesar: 30-300 Acuratețea ± 1 BPM. 3. Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi Interval BPM minim necesar: 30-300 Acuratețea ± 1 BPM. Depistare pacemaker. Protecție în potruva șocurilor de defibrilare minim 400 J. Mesaje de alarmă - HR, Asistola, VF, VT. 4. Imprimantă pentru ECG Viteza hârtiei – 25, 50 mm/sec. Imprimata termica incorporata. Printare auto și manuală. 5. Memorie: Memorie interna- da Informația stocata: ecg, șocurile. 6. Alimentare: De la rețea: 220V, 50-60 Hz Acumulator intern reîncarcabil: 2 ore la monitorizare sau 100 de șocuri. 7. Accesorii: Padele reutilizabile: adult si pediatrice – 1set Cablul ECG cu 3 derivații: 2 buc Electrozi ECG adezivi: 100 buc. Hârtie termica pentru imprimanta- 3 seturi Gel de contact pentru padele – 2 buc. Troliu mobil cu 4 roti, minim 2 blocabile Coș pentru depozitare</p>	<p>Afișarea derivațiilor bipolare 1,2,3. Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor -DA Afișarea ritmului cardiac. DA Alarmer ale ritmului cardiac. DA Interval BPM minim necesar: 30-300 Acuratețea ± 1 BPM. 3. Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi Interval BPM: 20-350BPM Acuratețea ± 1 BPM. DA Depistare pacemaker. DA Protecție în potruva șocurilor de defibrilare minim 400 J. DA Mesaje de alarmă - HR, Asistola, VF, VT - DA 4. Imprimantă pentru ECG -DA Viteza hârtiei – 25, 50 mm/sec. -DA Imprimata termica incorporata. -DA Printare auto și manuală. -DA 5. Memorie: Memorie interna- da Informația stocata: ecg, șocurile.-DA 6. Alimentare: De la rețea: 220V, 50-60 Hz Acumulator intern reîncarcabil: 10 ore la monitorizare sau 100 de șocuri. 7. Accesorii: Padele reutilizabile: adult si pediatrice – 1set Cablul ECG cu 3 derivații: 2 buc Electrozi ECG adezivi: 100 buc. Hârtie termica pentru imprimanta- 3 seturi</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>accesorii- 1 buc. Cablul de alimentare lung minim 3 m- 1 buc.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defectiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defectiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	<p>Gel de contact pentru padele – 2 buc. Troliu mobil cu 4 roti, minim 2 blocabile Coș pentru depozitare accesorii- 1 buc. Cablul de alimentare lung 3 m- 1 buc.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii 2023. Termen de garanție 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – Da Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – Da Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Da În cazul defectiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. -DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defectiune minim 24h. Da</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	

LOT 57						
Canapea electrică de examinare	YA-ET-D01	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	<p>Destinat pentru examinarea pacienților. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrica pe înălțime. Cu ajustare manuala a secțiunilor cap. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maxima de încărcare nu mai mica de 150 kg. Suprafața utilă minim 180 cm x 60 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defectiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p>	<p>Destinat pentru examinarea pacienților. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate) - DA. Cu ajustare electrica pe înălțime.- Da Cu ajustare manuala a secțiunilor cap.-Da Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic.-Da Telecomanda pentru reglare înălțimii.-Da, pedala Suport rola cearceaf hârtie.-Da Sarcina maxima de încărcare 225kg Suprafața utilă 189x69 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc. Cerințe de certificare: Anul producerii 2022. Termen de garanție 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea -DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - Da În cazul defectiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.-DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defectiune minim 24h.-Da</p>	

				Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză -DA	
LOT 62						
Fotoliu pentru examinare	MC-D04	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Destinat examinărilor urologice și ginecologice. Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. Minim 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare). Secțiunea pentru picioare ușor detașabilă la necesitate. Reglarea secțiunii pentru spate (diapazonul minim necesar): 0° - 70° Suporturi pentru mâini și pentru picioare. Carcasa oțel vopsit electrostatic. Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici. Înălțime reglabilă (diapazonul minim necesar): 55 cm - 90 cm. Trendelenburg minim: 20°. Sarcina maxima de încărcare nu mai mica de 150 kg. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	Destinat examinărilor urologice și ginecologice. Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare). Secțiunea pentru picioare ușor detașabilă la necesitate. Reglarea secțiunii pentru spate: 0° - 70° Suporturi pentru mâini și pentru picioare. Carcasa oțel vopsit electrostatic. Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici. Înălțime reglabilă: 65 cm - 100 cm. Trendelenburg: 22°. Sarcina maxima de încărcare: 200 kg. Cerințe de certificare: Anul producerii 2022. Termen de garanție 24 luni din momentul instalării.	

			<p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	<p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu-DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. -DA În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.-Da Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.-Da Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	
--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În calitate de: Director Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău