

Anexa nr.22 La Documentația standard nr. 115 din “15”.09.2021

Numarul procedurii de achizitie:					21056191 din 16.05-23.05.2022			
Obiectul achizitiei:					Achizitionarea reactivelor, pieselor de schimb, consumabile de laborator, vesela si articole de ustensila (loturi neachizitionate), conform necesitatilor IMSP Centrul de Sanatate Cahul			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standar de de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33000000-0	Lot I. Reagenți pentru investigații hematologice Cerințe generale pentru Lotul I (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)						
1.1		Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	anti A	Rusia	Mediklon	Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj 100 doze – 10 ml)	ISO
1.2		Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	anti B	Rusia	Mediklon	Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de 100 doze - 10 ml)	ISO
1.3		Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	anti AB	Rusia	Mediklon	Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de 100 doze - 10 ml)	ISO
1.4		Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	anti D super	Rusia	Mediklon	Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze - 5 ml, 100 doze - 10 ml)	Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de 100 doze - 10 ml)	ISO
		<i>Nota: Reagentii si materialele sunt ambalate de la producator</i>						
4	33793000-5	Lotul IV: Consumabile, vesela și articole de ustensilă (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)						
4.2		Eprubetă cu clot activator, cu gel, pentru biochimie, cu vacuum, capac roșu, etichetă pentru marcare, volum 4 ml	30012	Italia	Aptaca	Eprubetă cu clot activator, cu gel, pentru biochimie, cu vacuum, capac roșu, etichetă pentru marcare, volum 4 ml	Eprubetă cu clot activator, cu gel, pentru biochimie, cu vacuum, capac roșu, etichetă pentru marcare, volum 4 ml	ISO, CE
4.3		Slaid planșete pentru citirea sedimentului urinar, prevăzut cu 10 camere de citire, grilaj de numărare, din masă plastică	301890	Italia	KIMA	Slaid planșete pentru citirea sedimentului urinar, prevăzut cu 10 camere de citire, grilaj de numărare, din masă plastică	Slaid planșete pentru citirea sedimentului urinar, prevăzut cu 10 camere de citire, grilaj de numărare, din masă plastică	ISO, CE

4.4		Eprubete cu citrat Na 3,8% pentru hemostază , cu vacuum, capac albastru, volum 2 ml, cu etichetă pentru marcare	14010	Italia	KIMA	Eprubete cu citrat Na 3,8% pentru hemostază , cu vacuum, capac albastru, volum 2 ml, cu etichetă pentru marcare	Eprubete cu citrat Na 3,8% pentru hemostază , cu vacuum, capac albastru, volum 2 ml, cu etichetă pentru marcare	ISO, CE
4.5		Vîrfuri albe / galbene tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 0-200 mkl	640102	China	Boen	Vîrfuri albe / galbene tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 0-200 mkl	Vîrfuri albe / galbene tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 0-200 mkl	ISO, CE
4.6		Vîrfuri albastre tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 100-1000mkl	640103	China	Boen	Vîrfuri albastre tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 100-1000mkl	Vîrfuri albastre tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 100-1000mkl	ISO, CE
4.7		Pipete Pancenco, cu gradație pronunțată		Rusia	Minimed	Pipete Pancenco, cu gradație pronunțată	Pipete Pancenco, cu gradație pronunțată	ISO, CE
4.8		Eprubete de centrifugă, conice din masă plastică, prevăzute cu gradație, volum 10 ml	18012	Italia	KIMA	Eprubete de centrifugă, conice din masă plastică, prevăzute cu gradație, volum 10 ml	Eprubete de centrifugă, conice din masă plastică, prevăzute cu gradație, volum 10 ml	ISO, CE
4.9		Saci pentru pericol biologic, culoare galbenă, inscripționat sigla „PERICOL BIOLOGIC”, cu densitate groasă a polietilenei, volum 20-30 litri		RM	Belnis	Saci pentru pericol biologic, culoare galbenă, inscripționat sigla „PERICOL BIOLOGIC”, cu densitate groasă a polietilenei, volum 20-30 litri	Saci pentru pericol biologic, culoare galbenă, inscripționat sigla „PERICOL BIOLOGIC”, cu densitate groasă a polietilenei, volum 50 litri	aviz sanitar
4.1		Pipete Pasteur, nesterile, din plastic, gradate, volum 3 ml	1502	Italia	Aptaca	Pipete Pasteur, nesterile, din plastic, gradate, volum 3 ml	Pipete Pasteur, nesterile, din plastic, gradate, volum 3 ml	ISO, CE
		Nota: -Vîrfurile corespund pipetelor tip Eppendorf și Hamilton și Lenppipet. Eprubetele sunt cu etichetă, cu căpac rotator. - Recipiente pentru deșeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic. -Toți reagenții și materialele consumabile să fie ambalate de producător.						
5	3300000 0-3	Lot V Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul ionoselectiv automat EasyLyte Na/K/Cl (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)						
5.1		Soluție electrolitică pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl, cartuș 800 mL inclus (pack Solution), gata de lucru	2121	SUA	Medica	Soluție electrolitică pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl, cartuș 800 mL inclus (pack Solution), gata de lucru	Soluție electrolitică pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl, cartuș 800 mL inclus (pack Solution), gata de lucru	ISO, CE
5.2		Soluție enzimatică de spălare zilnică pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl, kit 100 Ml	2118	SUA	Medica	Soluție enzimatică de spălare zilnică pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl, kit 100 Ml	Soluție enzimatică de spălare zilnică pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl, kit 100 Ml	ISO, CE

5.3		Material de control în 3 nivele pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl (trilevel control)	2815	SUA	Medica	Material de control în 3 nivele pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl (trilevel control)	Material de control în 3 nivele pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl (trilevel control)	ISO, CE
5.4		Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "Na"	2102	SUA	Medica	Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "Na"	Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "Na"	ISO, CE
5.5		Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "K"	2101	SUA	Medica	Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "K"	Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "K"	ISO, CE
5.6		Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "Cl"	2113	SUA	Medica	Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "Cl"	Electrod pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl "Cl"	ISO, CE
5.7		Electrod de referință pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl '	2103	SUA	Medica	Electrod de referință pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl '	Electrod de referință pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl '	ISO, CE
5.8		Solution valve pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl	2108	SUA	Medica	Solution valve pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl	Solution valve pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte Na/K/Cl	ISO, CE
		Nota: 1. Confirmam că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Confirmam proprietățile calitative ale produselor, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Confirmam prin certificat compatibilitatea reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către compania noastră, furnizoare de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor este compatibil cu aparatul. 5. Calibratorii și materialele de calibrare sunt înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și corespunde cu setul de reagenți, (sunt de la același producător). 6. Reagenții, seturile de reagenți vor fi păstrate până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucțiunile de utilizare a truselor vor conține caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate inclusiv și în limba de stat. □						

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi

In calitate de: Director

Ofertantul "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2