

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666848434159 din 31 oct 2022, 10:00 - 8 nov 2022, 10:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de efectuare a măsurărilor de control a calității pentru dispozitivele de radiagnostic în subdiviziunile IMSP AMT Riscani, pentru anul 2022

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
71300 000-1	1	Unimat D-RAD (din cadrul subdiviziunilor CCD și CMF 10)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-
71300 000-1	2	Protec PRS 500B (din cadrul subdiviziunilor CMF 11)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-
71300 000-1	3	Samsung Geo GU 60 a (din cadrul subdiviziunilor CMF 12)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație.	-
71300 000-1	4	Dispozitiv radiologic Moviplan-800 (din cadrul subdiviziunilor CCD)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație	1.Exactitatea reproducerii Tensiunii anodice. 2. Exactitatea timpului de expunere. 3. Reproducerea: Kerma în aer, Debit de doza, Kvpic, Timp 4. Controlul filtrării 5.Calculul și evaluarea dozei absorbite la suprafață de intrare pe investigație	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**