

Specificații tehnice (F4.1)

Denumirea licitației:		Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1610605963713			Data: „04” Februarie 2021		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		"Reagenți de laborator"			Lot:		Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Consumabile de laborator						
1.1	33650000-1	HBsAg	1231-1021	SUA	ACON	Cerinte generale+Nota, ELISA, sensib 100%, spec 100%, cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producator echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detașabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua cate o proba. CE-MARCA. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator, ambalaj securizat, marcat si etichetat de catre producator. Date de identitate (denumirea lotului, seria...) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentare a probei pentru testare de la operatorul castigator, in timpul de trei zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenta specializată în procedura de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie Soluțiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitate nu mai mica de 99.8%. Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai puțin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu. Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatori, instructiunile de utilizare a trusei sa fie prezentate in limba de stat, sau rusa, continand caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitate, liniaritate, specificitate, reproducibilitate, interferenta. Operatorul economic furnizor de reactivi v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea control calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider, frigifer sau incoaperi deitate cu echipament specific,etc.) Nota: In set sa fie prezent tot reagentii necesari pentru reactie. Procedura de testare sa nu necesite aparatul suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuării investigației sa fie cat mai mica. Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Soluții de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon, pregatite de producator, gata pentru utilizare. Enzima conjugata sa fie pregatita de producator. Pentru diagnosticul si monitorizarea in dinamica a evolutiei maladiei si interpretarea clinica –corecta a rezultatelor testarii imunoenzimatoice a hepatitei B se cere achiziționarea test sisteme de diagnostic pentru hepatita B de la unul si același producator ,dar fiind faptul ca stabilirea diagnosticului hepatitei virale B este stabilit in urma testarii a marcherilor HBsAg, anti HBsAg, anti HBeAg, anti HBeor sum.	HBsAg, Cerinte generale+Nota, ELISA, cu control+si- Stripurile sunt detașabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, posibil de a efectua cate o proba, in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator, ambalaj securizat, marcat si etichetat de catre producator. Date de identitate (denumirea lotului, seria...) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) nu mai mic de 12 luni. 99.9%--specificitatea, 99.9%--sensibilitatea	Certificat ISO
1.2	33650000-1	HBsAb(cantitativ)	1231-1271	SUA	ACON	Cerinte generale+Nota, ELISA, sensib 100%, spec 100%, cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producator echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detașabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua cate o proba. CE-MARCA. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator, ambalaj securizat, marcat si etichetat de catre producator. Date de identitate (denumirea lotului, seria...) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentare a probei pentru testare de la operatorul castigator, in timp de trei zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenta specializată în procedura de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Soluțiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitate nu mai mica de 99.8%. Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai puțin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu. Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatori, instructiunile de utilizare a trusei sa fie prezentate in limba de stat, sau rusa, continand caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitate, liniaritate, specificitate, reproducibilitate, interferenta. Operatorul economic furnizor de reactivi v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea control calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider, frigifer sau incoaperi deitate cu echipament specific, etc.) Nota: In set sa fie prezent tot reagentii necesari pentru reactie. Procedura de testare sa nu necesite aparatul suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuării investigației sa fie cat mai mica. Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Soluții de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon, pregatite de producator, gata pentru utilizare. Enzima conjugata sa fie pregatita de producator. Pentru diagnosticul si monitorizarea in dinamica a evolutiei maladiei si interpretarea clinica –corecta a rezultatelor testarii imunoenzimatoice a hepatitei B se cere achiziționarea test sisteme de diagnostic pentru hepatita B de la unul si același producator ,dar fiind faptul ca stabilirea diagnosticului hepatitei virale B este stabilit in urma testarii a marcherilor HBsAg, anti HBsAg, anti HBeAg, anti HBeor sum.	HBsAb(cantitativ), 5 calibratori, Cerinte generale+Nota, ELISA. Stripurile sunt detașabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, posibil de a efectua cate o proba, in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) nu mai mic de 12 luni. 99.2% - specificitatea, 99.3%- sensibilitatea	Certificat ISO



1.3	336500000-1	HBcAb	1231-1081	SUA	ACON	Cerinte generale+Nota,ELISA-sensib 100%, spec 100%, cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producator echipamentului pentru descrierea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua cate o proba CE-MARCA. Serurile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator, ambalaj securizat, marcat si etichetat de catre producator. Date de identitate (denumirea lotului, seria...) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie sa concida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator, in timp de trei zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie tot reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile in instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%. Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu. Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriu, instructiunile de utilizare a truseilor sa fie prezentate in limba de stat, sau rusa, continand caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitate, linearitate, specificitate, reproducibilitate, interferenta. Operatorul economic furnizor de reactivi v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider, frigifer sau incoperi dotate cu echipament specific, etc.) Nota: In set sa fie prezent tot reagentii necesari pentru reactie. Procedura de testare sa nu necesite aparatul suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica. Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Soluti de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon, pregatite de producator, gata pentru utilizare. Inzima conjugata sa fie pregatita de producator. Pentru diagnosticul si monitorizarea in dinamica a evolutiei maladiei si interpretarea clinica –corecta a rezultatelor testarii imunoenzimatoice a hepatitii B se cere achizitionarea test sisteme de diagnostic pentru hepatita B de la unul si acelasi producator, dat fiind faptul ca stabilirea diagnosticului hepatitei virale B este stabilit in urma testarii a markerilor HBsAg, anti HBsAg, anti HBeAg, anti HBeor sum.	HBcAb, Cerinte generale+Nota,ELISA,cu control+si-Stripurile sunt detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, posibil de a efectua cate o proba, in ambalaj securizat,marcat, etichetat de producator. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) nu mai mic de 12 luni. 99.4%- specificitatea, 99.3% - sensibilitatea	Certificat ISO
3	Consumabile de laborator					Cerinte generale+Nota, ELISA, sensib 100%, spec 100%, cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producator echipamentului pentru descrierea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua cate o proba CE-MARCA. Serurile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator, ambalaj securizat, marcat si etichetat de catre producator. Date de identitate (denumirea lotului, seria...) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie sa concida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul castigator, in timp de trei zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie tot reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile in instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%. Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai putin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu. Sa fie posibil de a testa cate o proba. Obligatoriu, instructiunile de utilizare a truseilor sa fie prezentate in limba de stat, sau rusa, continand caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitate, linearitate, specificitate, reproducibilitate, interferenta. Operatorul economic furnizor de reactivi v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezente certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider, frigifer sau incoperi dotate cu echipament specific, etc.) Nota: In set sa fie prezent tot reagentii necesari pentru reactie. Procedura de testare sa nu necesite aparatul suplimentar si sa contina cat mai putine etape. Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica. Sensibilitatea maxima (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Soluti de substrat + cromogenul sa fie intr-un singur flacon, pregatite de producator, gata pentru utilizare. Inzima conjugata sa fie pregatita de producator.	HCV Ab, Cerinte generale+Nota,ELISA,cu control+si-Stripurile sunt detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, posibil de a efectua cate o proba, in ambalaj securizat,marcat, etichetat de producator. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) nu mai mic de 12 luni. 99.8%- specificitatea, 99.9%- sensibilitatea	Certificat ISO
3.1	336800000-0	HCV Ab	1231-1931	SUA	ACON			
4	Consumabile de laborator							



4.1	44618500-0	HAV IgM	02.15	Federația Rusă	EKO LAB	Cerinte generale+Nota, ELISA, sensib. 100%, spec. 100%, cu control+si-Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producatori echipamentului pentru descrierea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua o proba. CEMARCA. Stripurile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator, ambalaj securizat, marcat si etichetat de catre producator. Date de identitate (denumirea lotului, seria...) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa concorde in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La centre de prezentat mostre pentru testare de la operatorul casigurator, in timp de trei zile din momentul luării deciziei. Oferimul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie toti reagentii necesari pentru reactie. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructia de folosire sa fie indicate sensibilitatea si specificitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%. Test sistemele pentru determinarea cantitativa sa contina nu mai puțin de 5 calibratori si material de control. Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu. Sa fie posibil de a efectua o proba. Obligatori, instructiunile de utilizare a testelor sa fie prezentate in limba de stat, sau rusa, continand caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitate, linarietate, specificitate, reproducibilitate, interferenta. Operatorul economic furnizor de reactivi v-a deserve gratis echipamentul de laborator in caz de reprogramare si v-a supraveghea controlul calitatii investigatiilor pe perioada de valabilitate a contractului. Sa fie prezentate certificate prin care vor dovedi ca reagentii se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator (la frigider, frigider sau incalzire date cu echipament specific, etc.) Nota: In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie. Procedura de testare sa nu necesite aparatură suplimentară și sa contina cel mai puține etape. Durata efectuării investigației sa fie cel mai mică. Sensibilitatea maximă (prioritate testelor cu cea mai mare sensibilitate) Soluții de substrat + cromogenul sa fie într-un singur flacon, pregătite de producator, gata pentru utilizare. Enzima conjugată sa fie pregătita de producator.	Certificat ISO
5		Consumabile de laborator					
5.1	33790000-4	Helicobacter pylori IgG(cantitativ.in ser)	1231-1241	SUA	ACON	Cerinte generale+Nota, ELISA, sensib. 100%, spec. 100%, cu calibratori si proba de control. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producatori echipamentului pentru descrierea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua o proba.	Certificat CE; ISO
9		Consumabile de laborator					
9.1	33790000-4	PSA(cantitativ)	1231-2031	SUA	ACON	Cerinte generale+Nota, ELISA, sensib. 100%, spec. 100%, cu calibratori si proba de control. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producatori echipamentului pentru descrierea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.	Certificat CE; ISO
10		Consumabile de laborator					
10.1	33680000-0	T3 liber (cantitativ)	K213	Federația Rusă	HEMA	Cerinte generale+Nota, ELISA, sensib. 100%, spec. 100%, cu calibratori si proba de control. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producatori echipamentului pentru descrierea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni. Pentru evitarea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free, T4 free, TSH, anti TPO de la unul si același producator	Certificat CE; ISO
10.2	33680000-0	T4 liber (cantitativ)	K214	Federația Rusă	HEMA	Cerinte generale+Nota, ELISA, sensib. 100%, spec. 100%, cu calibratori si proba de control. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producatori echipamentului pentru descrierea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari, calibrari, controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile, posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, sa fie posibil de a efectua o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni. Pentru evitarea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free, T4 free, TSH, anti TPO de la unul si același producator	Certificat CE; ISO



10.3	33790000-4	TSH (cantitativ)	K201	Federația Rusă	HEMA	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib. 100%,specif. 100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitarea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib. 100%,specif. 100%,cu calibratori si proba de control. Stripurile sunt detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,este posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni	Certificat CE; ISO
10.4	44619000-2	Anti TPO (cantitativ)	K131	Federația Rusă	HEMA	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib. 100%,specif. 100%,cu calibratori si proba de control.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor, precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni.Pentru evitarea erorilor in diagnosticul patologiilor endocrine si asigurarea veridicitatii diagnosticului de laborator este necesar achizitionarea testelor hormonale T3 free,T4 free,TSH,anti TPO de la unul si acelasi producator	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib. 100%,specif. 100%,cu 5 calibratori si proba de control. Stripurile sunt detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,este posibil de a efectua cate o proba. Termenul de valabilitate indicat de producator sa nu fie mai mic de 12 luni	Certificat CE; ISO
11		Reagenti de laborator						
11.1	33790000-4	PCR	8.00.00.0.0100	Marca Britanie	Atlas Medical	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si - Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic , pentru seturile de reagenti ASL-O,FR,PCR e necesar procurarea de la un producator	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si - , de la un producator	Certificat CE; ISO
11.2	33790000-4	ASL-O	8.00.02.0.0100	Marca Britanie	Atlas Medical	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si - Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic , pentru seturile de reagenti ASL-O,FR,PCR e necesar procurarea de la un producator	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si - , de la un producator	Certificat CE; ISO
11.3	33790000-4	FR	8.00.04.0.0100	Marca Britanie	Atlas Medical	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si -Pentru identificarea sensibilitatii si specificitatii kit-urilor de reagenti folosite pentru stabilirea diagnosticului veridic , pentru seturile de reagenti ASL-O, FR, PCR e necesar procurarea de la un producator	Cerinte generale+Nota,latex-test,cu control+ si - , de la un producator	Certificat CE; ISO
12		Reagenti de laborator						
12.1	33790000-4	Ag cardioplinic	03.07.3k	Federația Rusă	EKOLAB	Cerinte generale + Nota. Cu control +,-,*,**	Cerinte generale + Nota. Cu control +,-,*,**	Certificat ISO
15		Reagenti de laborator						
15.1	33790000-4	IgE total	K200			Stripurile sunt detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, posibil de a efectua cate o proba, in ambalaj securizat,marcat, etichetat de producator, .Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) nu mai mic de 12 luni.	Stripurile sunt detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu, posibil de a efectua cate o proba, in ambalaj securizat,marcat, etichetat de producator, .Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrării către consumator) nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE; ISO
19		Reagenti de laborator						
19.1	33790000-4	Set pentru examenul coprologic al maselor fecale	38.02 N.1	Federația Rusă	EKOLAB	Pentru examenul coprologic al maselor fecale , certificat de la producator, termenii de valabilitate nu mai mic de 1 an,	Pentru examenul coprologic al maselor fecale , certificat de la producator, termenii de valabilitate nu mai mic de 1 an,	Certificat ISO
21		Reagenti de laborator						
21.1	33790000-4	Tropomina I	CG2001	CHINA	Getein Biotech	expres test, ambalat si certificat de producator, se indica datele prevazute de cerintele documentelor normative, denumirea, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii , conditiile de pastrare si termenii de valabilitate	expres test, ambalat si certificat de producator, se indica datele prevazute de cerintele documentelor normative ,denumirea, cantitatea produsului ,numarul lotului,data fabricarii ,conditiile de pastrare si termenii de valabilitate	Certificat CE; ISO

Semnat:

Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9

