

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21471074, ocds-b3wdp1-MD-1756459700540						Data: 03.10.2025		Alternativa nr.		
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026						Lot:		Pagina 1 din 3		
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	33100000-1	Albumina (Albumin) , (Fl. cu vol. maxim 1000ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,2g/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,6. Interferențe: Acid Ascorbic 1,7 mmol/l, Bilirubina nu va influența rezultatul, Lipemie 1,25 g/l, Hemoglobina 1,25g/l, Magneziu nu va influența rezultatul. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM DM000367326	ml	17,350.00	0.3300	0.356	5,725.50	6,183.54	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
8	33100000-1	Albumina (Albumin) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,2g/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,6. Interferențe: Acid Ascorbic 1,7 mmol/l, Bilirubina nu va influența rezultatul, Lipemie 1,25 g/l, Hemoglobina 1,25g/l, Magneziu nu va influența rezultatul. . Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM DM000367323	ml	5,100.00	0.5600	0.605	2,856.00	3,084.48	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
9	33100000-1	Albumina (Albumin) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,2g/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,6. Interferențe: Acid Ascorbic 1,7 mmol/l, Bilirubina nu va influența rezultatul, Lipemie 1,25 g/l, Hemoglobina 1,25g/l, Magneziu nu va influența rezultatul. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM DM000367323	ml	3,825.00	0.5600	0.605	2,142.00	2,313.36	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
20	33100000-1	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Îndrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat)								
20.1.	33100000-1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică Îndrașec. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,51μmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 3,0. Coeficientul de variație extraserial: 3,0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie 5g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM DM000511978	ml	12,200.00	0.4500	0.486	5,490.00	5,929.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
20.2.	33100000-1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică Îndrașec. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,51 μmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 3. Coeficientul de variație extraserial: 3. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie până la 5g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM DM000511980	ml	12,025.00	0.5800	0.626	6,974.50	7,532.46	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
		Suma Lotului:						12,464.50	13,461.66	
21	33100000-1	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Îndrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat)								
21.1.	33100000-1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică Îndrașec. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,51μmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 3,0. Coeficientul de variație extraserial: 3,0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie 5g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM DM000511978	ml	23,875.00	0.4200	0.454	10,027.50	10,829.70	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
21.2.	33100000-1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică Îndrașec. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,51 μmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 3. Coeficientul de variație extraserial: 3. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie până la 5g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM DM000511980	ml	32,325.00	0.4200	0.454	13,576.50	14,662.62	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
		Suma Lotului:						23,604.00	25,492.32	

22	33100000 -1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,51 μmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 3,0. Coeficientul de variație extraserial: 3,0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie 5g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000511979	ml	3,000.00	0.5700	0.616	1,710.00	1,846.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
23	33100000 -1	Calcium (Calcium) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: 0.007mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1.3. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,34mmol/l, Lipemie până la 1,25g/l, Hemoglobina până la 2,5g/l, Magneziu până la 7 mmol/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000323719	ml	8,825.00	0.5600	0.605	4,942.00	5,337.36	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
24	33100000 -1	Calcium (Calcium) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: 0.007mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1.3. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,34mmol/l, Lipemie până la 1,25g/l, Hemoglobina până la 2,5g/l, Magneziu până la 7 mmol/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000323719	ml	11,275.00	0.5600	0.605	6,314.00	6,819.12	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
48	33100000 -1	Glucosa (Glucose) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: 0,0126 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 0,97. Coeficientul de variație extraserial: 1,44. Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,8 mmol/l, Bilirubina până la 0,34mmol/l, Hemoglobina până la 5g/l, Lipemie până la 1,25g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000305253	ml	18,000.00	0.2300	0.2484	4,140.00	4,471.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
50	33100000 -1	Glucosa (Glucose) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: 0,0126 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 0,97. Coeficientul de variație extraserial: 1,44. Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,8 mmol/l, Bilirubina până la 0,34mmol/l, Hemoglobina până la 5g/l, Lipemie până la 1,25g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000305253	ml	39,450.00	0.2300	0.2484	9,073.50	9,799.38	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
52	33100000 -1	Glucosa (Glucose) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: 0,0126 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 0,97. Coeficientul de variație extraserial: 1,44. Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,8 mmol/l, Bilirubina până la 0,34mmol/l, Hemoglobina până la 5g/l, Lipemie până la 1,25g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000305249	ml	37,900.00	0.2800	0.3024	10,612.00	11,460.96	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
54	33100000 -1	Glucosa (Glucose) , (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: 0,0126 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 0,97. Coeficientul de variație extraserial: 1,44. Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,8 mmol/l, Bilirubina până la 0,34mmol/l, Hemoglobina până la 5g/l, Lipemie până la 1,25g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000305249	ml	69,952.00	0.2800	0.3024	19,586.56	21,153.48	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
57	33100000 -1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) . Tipul reagenților - Lichid stabil, gata de utilizare. Sistem bireagent (R1 + R2). Destinat analizatoarelor automate. Standardizare conform reglementărilor internaționale (IFCC / NGSP). Compoziția setului: Reactivi (R1 + R2) + Calibratori 4 niveluri + Control: 2 niveluri (normal și patologic). Material biologic: Sânge integral cu EDTA. Performanțe analitice: Limită minimă de detecție: ≤ 1,5 % HbA1c. CV intra-serie: ≤ 0,3 %. CV extra-serie: ≤ 0,2 %. Domeniu de linearitate: 3 – 16 %. Interferențe tolerante: Acid ascorbic: până la 3,5 mmol/L, Bilirubină: până la 4,4 mmol/L, Trigliceride: până la 21 g/L, Hemoglobină: până la 5,5 g/L, Factor reumatoid: până la 500 UI/mL Compensat: 6–7 % Necompensat: 7–8 % Depozitare: 2–8°C, nu congelați. Catalog pag. 6, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000266822	ml	7,169.00	41.5000	44.8200	297,513.50	321,314.58	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
		HbA1c Calibrator (4 nivele) - componența 4fl x 1ml - inclus în set. Catalog pag. 6, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000266820								
		HbA1c Control (2 nivele) - componența 2fl x 1ml - inclus în set. Catalog pag. 6, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000266821								

58	33100000-1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c). Tipul reagenților - Lichid stabil, gata de utilizare. Sistem bireagent (R1 + R2). Destinat analizatoarelor automate. Standardizare conform reglementărilor internaționale (IFCC / NGSP). Compoziția setului: Reactivi (R1 + R2) + Calibratori 4 niveluri + Control: 2 niveluri (normal și patologic). Material biologic: Sânge integral cu EDTA. Performanțe analitice: Limită minimă de detecție: ≤ 1,5 % HbA1c. CV intra-serie: ≤ 0,3 %. CV extra-serie: ≤ 0,2 %. Domeniu de linearitate: 3 – 16 %. Interferențe tolerate: Acid ascorbic: până la 3,5 mmol/L, Bilirubină: până la 4,4 mmol/L, Trigliceride: până la 21 g/L, Hemoglobină: până la 5,5 g/L, Factor reumatoid: până la 500 UI/mL. Compensat: 6–7 % Necompensat: 7–8 % Depozitare: 2–8°C, nu congelați. Catalog pag. 6, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000266822 HbA1c Calibrator (4 nivele) - componența 4fl x 1ml - inclus în set. Catalog pag. 6, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000266820 HbA1c Control (2 nivele) - componența 2fl x 1ml - inclus în set. Catalog pag. 6, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000266821	ml	1,675.00	44.7000	48.2760	74,872.50	80,862.30	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
89	33100000-1	Glucosa (Glucose), (Fl. cu vol. maxim 175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina. Limita minimă de detecție pentru set: 0,0126 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 0,97. Coeficientul de variație extraserial: 1,44. Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,8 mmol/l, Bilirubina până la 0,34mmol/l, Hemoglobina până la 5g/l, Lipemie până la 1,25g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare RM.DM000305253	ml	7,000.00	0.2300	0.2484	1,610.00	1,738.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	Clasificație bugetară (IBAN) a instituției
Total oferta:							477,166.06	515,339.34		

Suma totală: 515 339 (Cinci sute cincisprezece mii trei sute treizeci și nouă) Lei 34 bani.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 03.10.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.