

		SPECIFICAȚII TEHNICE						
	Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1661514529391							
	Denumirea licitației: Achiziționarea seturilor de teste FOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic							
Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Set FOBT (test Imunologic de depistarea sângelui ocult în masele fecale)	Set FOBT (test Imunologic de depistarea sângelui ocult în masele fecale)	Set FOBT – test imunologic de apreciere a sângelui ocult în masele fecale prin metodă imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale (ng/ml), iar la bază stă reacția de aglutinare „antigen-anticorp” între hemoglobina umană intactă din proba de mase fecale și anticorpurile anti-hemoglobină umană din reactive. Sensibilitatea limita de referință 65-96,7%; Specificitatea limita de referință 85-98,7%; Dispozitiv teste FOBT propriu zis să fie prezentat prin casetă de testare sigilată ermetic cu 2 ferestre: - una pentru probă, a doua pentru testare cu indicatorii C-Control și T- Test poziționați lateral ferestrei de testare. Tub de colectare a probei -tub cu capac cu filet ce conține soluție de tampon de extracție. Vor fi acceptate kit-uri ambalate individual ce vor conține: Dispozitiv FOB test (cartuș); Tubul de colectare a probei; Instrucțiune de utilizare: în limba de stat sau limba rusă. Notă: Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Set FOBT – test imunologic de apreciere a sângelui ocult în masele fecale prin metodă imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale (ng/ml), iar la bază stă reacția de aglutinare „antigen-anticorp” între hemoglobina umană intactă din proba de mase fecale și anticorpurile anti-hemoglobină umană din reactive. Sensibilitatea limita de referință 97.6%; Specificitatea limita de referință 99.3%; Dispozitiv teste FOBT propriu zis să fie prezentat prin casetă de testare sigilată ermetic cu 2 ferestre: - una pentru probă, a doua pentru testare cu indicatorii C-Control și T- Test poziționați lateral ferestrei de testare. Tub de colectare a probei -tub cu capac cu filet ce conține soluție de tampon de extracție. Vor fi acceptate kit-uri ambalate individual ce vor conține: Dispozitiv FOB test (cartuș); Tubul de colectare a probei; Instrucțiune de utilizare: în limba de stat este prezentată. Notă: Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	FOB Rapid Test Cassette (Feces)/ TFO-602	China	Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova