

chemix grupp

Certificat de calitate Nr: 20

CHEMIDEZ

Dezinfectant pentru suprafețe și dispozitive medicale

În conformitate cu cerințele Medical Devices Directive 93/42/EEC se referă la clasa II a, de produse dezinfectante (dezinfectante pentru dispozitive medicale neinvazive).

Produsul se fabrică conform rețetei aprobate de către "Chemix Grupp" SRL și SM GOST R 51696:2003 «Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale».

Marcarea produsului se efectuează conform Hotărârea Guvernului Nr. 996 din 20.08.2003, anexa nr. 2 "Normele privind etichetarea produselor chimice de menaj".

Produsul este înregistrat la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale în baza ordinului AMDM nr. A07.PS.-01.Rg02-4757 din 15.11.2018 sub Nr. de înregistrare DM000185533 – DM000185535.

Documente ce confirmă înregistrarea dispozitivelor medicale sunt accesibile pe sit-ul oficial AMDM www.amed.md (Registrul Dispozitivelor Medicale - <http://89.32.230.138:8081/>)

Controlul produsului se efectuează în laborator al "Chemix Grupp" SRL.

Nr.	Indicii	Norma
1.	Aspectul exterior	lichid omogen transparent
2.	Culoare	albastru
3.	Miros	de alcool
4.	Indicele activității ionilor de hidrogen, pH	7.3
5.	Densitatea, g/cm ³	0,88
6.	Lot: data fabricării	08.051: 04.03.2021
7.	Valabilitate	2 ani

- 1) Aspectul exterior, miros se determină vizual conform GOST 14618.0-78, comparând cu mostra de etalon.
- 2) Determinarea activității ionilor de hidrogen (pH) se efectuează în conformitate cu GOST R 50550:2005.
- 3) Determinarea densității se realizează prin metoda gravimetrică în conformitate cu GOST 18995.1-73.

Chimist-tehnolog



Gogu Andrei



«Chemix Grupp» SRL // MD 2023, Republica Moldova, Chisinau, str. Uzinelor 7, of. 8/1

Tel./Fax: +373 22 84 31 36 // chemixgrupp.md@gmail.com // www.chemixgrupp.md