

Specificatie tehnica completata

Model: Versa / EPK-V1500c + EG27-V10c, Producator:PENTAX Medical, Tara: Japonia

Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie				
Descriere	Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice			
Cod				
Parametrul			Specificația	Specificaie tehnica propusa
Videoprocessor	Intrări cameră		≥1	DA
	Controale / caracteristici	Ajustare nuanță	da	DA
		Iluminare	auto	DA
		Balans de alb	auto	DA
		Acuitate	da	DA
		Videocompensare	da	DA
		Alte controale	zoom	DA
	Ieșiri	RGB	1	DA pagina 13,16 din Manualul de utilizare.
		Y/C	≥1	DA pagina 13,16 din Manualul de utilizare.
		Digital (DVI/ HD-SDI)	da	DA DVI pagina 13,16 din manualul de utilizare
Cromoscopie virtuală/digitală sau tehnologia anoligic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes, cel puțin într-o singură treaptă.		da	DA pagina 14 din Manualul de utilizare, tehnologia Hb	
Sursa de lumină	Integrată sau separată		da	Integrata
	Tip lampă		Xenon sau LED	Tip LED
	Timp de viață lampă	Xenon	≥500 h	n/v
		LED	≥3000 h	da 10.000 ore
	Putere lampă	Xenon	≥ 150 W	n/v
	Lampă de rezervă Xenon / LED prezenta nu este obligatorie		da	n/v
	Contor lampă		da	da
Periferece disponibile	Display medical (sa se indice modelul cu specficatia tehnica)		≥ 21 inci	da
	Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode		Memory stick USB / HDD portabil	da pagina 15 din Manualul de utilizare
	Captura digitală (fotografie si video)		da	da
	Suport pe rotile (prezentarea modelului)		da	da PT-V10c pagina 4, 5 din Brochure
Sistem de furnizare a aerului/apai			minim 3 regimuri de lucru	da
			volumul vasului pentru apă minim 250 ml	da
Sistem de aspirație	Tip		Separat de procesor sa se indice modelul	da
	Volumul rezervorului		1/2 litri	2 litri
	Vid		da	da
	Dirijarea nivelului de aspirare		în trepte	da
		Sursa de lumină separta sau integrata in video procesor	1 unit.	da integrata
		Pompă	inclusă	da
			0,3- 0,6 Pa	da
		Piesă bucală	2 unit.	da

Accesorii:		Tester automat sau manual	1 unit. (să se indice modelul)	manual - [MANUAL-LT] VERSA Leakage Tester, Manual
		Filtre pentru aspirator	5 unit.	DA
		Troliu	1 unit.	da PT-V10c pagina 4, 5 din Brochure
		EG27-V10c		
Videogastroscoop	Tip	Rezolutia minima	720x480 pix	900x720 pix pagina 2din Fact Sheed Scope
	Dimesiuni	Lungime de lucru	≥ 1000 mm	1050 mm pagina 2 din Fact Sheed Scope
		Diametrul exterior	≤ 9.2 mm	9.0 mm pagina 2 din Fact Sheed Scope
		Diametrul capului distal	≤ 9.0 mm	9.0 mm pagina 2 din Fact Sheed Scope
		Marcaj de lungime	da	da
	Canal de lucru	Numărul de canale	≥1	da 1 canal pagina 14 din manualul de utilizare
		Diametrul	≥ 2,7 mm	da 2,8 mm pagina 2 din Fact Sheed Scope
	Optica	Unghiul câmpului vizual	≥ 140 grade	da 140 grade pagina 2 din Fact Sheed Scope
		Înclinația câmpului vizual	0 grade	da 0 grade pagina 17 din manualul de utilizare
		Adâncimea câmpului vizual	3-100 mm	da 3 -100 mm pagina 2 din Fact Sheed Scope
	Tipul și unghiurile de deflecție	Sus/jos	210/90 grade	da 210/90 grade pagina 2 din Fact Sheed Scope
		Stînga/dreapta	100/100 grade	da 100/100 grade pagina 2 din Fact Sheed Scope
	Spălarea obiectivului		da	da
	Metode de sterilizare		Chimic	da
			Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	da
	Compatibilă cu tehnologia cromoscopie virtuală/digitală sau tehnologia anoligic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes		da	da
Certificate	CE / EEC valabil		da	da
Manual de utilizare	In limba romina sau rusa		da	da rusa
Livrare si livrarea facuta de catre reprezentatul oficial			da	da