

Lot	Denumire lot	Specificatia tehnica	Specificatia tehnica propusa
9	Centrifugă 8-16 eprubete (cu rotor basculant)	Capacitate: rotor inclus pentru 8-16 eprubete de 10-15 ml RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: 5% Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării. Protecție la debalansare. Protecție la pornire cu capacul deschis. Durata ciclu: 0-60 min. Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Model propus: Centrifuga de laborator LMC-56 + rotor Ri-12/10, prod. Biosan, Letonia *dispozitivul nu se supune inregistrarii, deoarece este dispozitiv electric, nu medical. Capacitate: rotor inclus pentru 8-16 eprubete de 10-15 ml – rotor Ri-12/10 pentru 12 eprubete a cate 10-15 ml; RPM: setabil, 1000-6000 rpm – RPM interval 1000 – 6000 rpm; RCF: setabil – da, setabil; Abaterea maximă de la viteza setată: 5% - da; Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării. - da; Protecție la debalansare. - da; Protecție la pornire cu capacul deschis. - da; Durata ciclu: 0-60 min. – 1-90 min, incrementare 1 min; Afișare: Viteza actuală, timp rămas. - da; Tip interfață: Display LCD – da LCD; Alimentare: 210-230 V 50 HZ - da, corespunde. Tip motor: fără perii. – da, corespunde; Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare. – da, corespunde, cu fereastra de control. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză

			<i>Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</i>
--	--	--	--