

Anexa No. 79 - Specificatie tehnica ofertata - LOT 79

Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar		Monitor de pacient	
Descriere	Acest grup de produse include puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sânge și		Model: BT-710
			Producător: BISTOS CO. LTD., Coreea Sud
		Nr.înregistrare: DM000499808	
Parametrul		Specificația solicitată	Specificația tehnică ofertată
Tip dispoziv, staționar		cu monitoarizare continuă (bedside)	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Tip pacient		adult, pediatric	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Afișări	SpO2	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
	Valoarea pulsului	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
	Puterea semnalului (PI)	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
	Baterie descărcată	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
	Mesaj de eroare	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Tip display	LCD sau LED	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Gama SpO2, %	Diapazonul	1 - 100%	Da, corespunde, diapazon 0% - 100% (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
	Rata de măsurare	70 - 100, ≤3 %	Da, corespunde, 70 ~ 100% ±2%(BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
	Rata cardiacă	30 - 250 bpm, ± 2%	Da, corespun, 25 ~ 250bpm ±2% (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Alarme	Acustică și vizuală	SpO2 și valoarea pulsului mare/mic	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
		Sensor deconectat	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
		Sensor epuizat	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
		Buton de dezactivare alarmei sonore	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
		Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)

		Baterie descărcată	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Oprirea alarmei	Metoda de reactivare	manuală sau automată	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
	Controlul volumului	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Autotestarea		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Alimentare	De la rețea electrică, 220 V, 50Hz	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
	Baterie internă	≥ 1 ore	Da, corespunde, 4h (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Accesorii			
Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult		2 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, în Senzor SpO2 de folosință multiplă pt. adult este inclus în oferta - 2 buc. (Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Sensor SpO2 de unică folosință, adult		3 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, în Senzor SpO2 de unică folosință este inclus în oferta - 3 buc. (Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)
Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric		2 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, în Senzor SpO2 de folosință multiplă pt. pediatrie este inclus în oferta - 2 buc. (Anexa No. 2 - BT-710 Specification.pdf)

Semnat: _____

Nume: Petru BOLEA

În calitate de: Șef Departament Comercial

Denumirea firmei și sigiliu: SC IMUNOTEHNOMED SRL