

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21051836 din 28.02.2022

Obiectul de achiziție: Articole parafarmaceutice, recipiente pentru anul 2022

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 4</b>						
Seringi	42.16.30006	China	SCW MEDICATH LTD	angio compatibile cu injectomatul Nemoto 50ml;	1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. seringă (Volum (ml) - 60	CE
<b>Total lot 4</b>						
<b>Lotul 5</b>						
Set Seringi	42.16.30008	China	SCW MEDICATH LTD	Setul include seringă 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto;	1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Cuprins 2pcs * seringă (Volum (ml) - 100/200), 1 buc * tub Y cu supapă, 2 buc * tub J (tub de umplere quick), 2buc * Spike.	CE
<b>Total lot 5</b>						
<b>Lotul 6</b>						
Cateter	CHFX0101845	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	venos periferic angio Mărime: 18G;	Marimea G 18 Diametru (mm) 1,3 Lungime (mm) 45 CU PORT CU ARIPI	CE
<b>Total lot 6</b>						
<b>Lotul 7</b>						
Cateter	CHFX0102032	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	venos periferic angio Mărime: 20G;	Marimea G 20 Diametru (mm) 1,1 Lungime (mm) 32 CU PORT CU ARIPI	CE
<b>Total lot 7</b>						
<b>Lotul 8</b>						
Cateter	CHFX0102225	Slovakia	CHIRANA T. Injecta, a.s	venos periferic angio Mărime: 22G;	Marimea G 22 Diametru (mm) 0,9 Lungime (mm) 25 CU PORT CU ARIPI	CE
<b>Total lot 8</b>						

<b>Lotul 9</b>						
Linie extenzie	42.02.90010	China	SCW MEDICATH LTD	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta, 1.5m	Tub spiralat (300PSI) Lungime (cm) - 150 ID (mm) - 1,8 OD (mm) - 3,6	CE
<b>Total lot 9</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chişinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**



