**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

**Numărul licitației:** LP nr. Data: 03.09.2025 Alternativa nr.: _____

**Denumirea licitației:** În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027

Pagina: __din __

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | | 5 | 6 | | 8 |
| 33100000-1 | 154 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | TENSIOMETRU MECANIC Medline Cu stetoscop, MC-50A | China | Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd | Tensiometru Adult cu fonoendoscop<br>Cod 260710<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov<br>Tip pacient adult<br>Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice<br>manșetă<br>tonometrul și manșeta separate<br>tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice<br>Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg<br>Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg<br>Fonoendoscop da, separat de manseta | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710<br>Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii<br>arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov<br>Tip pacient adult<br>Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc<br>manșetă integrată din cauciuc<br>tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc<br>Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg<br>Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg<br>Fonoendoscop , separat de manseta da<br>Codul produsului MC-50A **(pagina din catalog 02, 04)** | DM000213605 |
| 33100000-1 | 148 | Termometru mecanic 260600 | Termometru mecanic 260600 | Termometru fara mercur Model: CR.W00 | China | Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd. | Termometru mecanic<br>Cod 260600<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman<br>Material făr de mercur<br>Rezoluție 0.1 grade<br>Acuratețe 0.1 grade<br>Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C | Termometru mecanic<br>Cod 260600 Termometru<br>pentru măsurarea temperaturii corpului<br>uman Material: fără<br>de mercur; Rezoluție 0.1 grade; Acuratețe<br>0.1 grade; Descrierea<br>Afișare 35.0°C-42.0°C<br>Descriere: conține amestec de galiu și indiu în loc de mercur,<br>netoxic, fără baterii. Dimensiunea<br>termometrului: lungime 120 +8mm,<br>lățimea 12 ± 0,4 mm.<br>Model: CR.W00 **(pagina din catalog 16)** | DM000213618 |

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Ghenadie Guțan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul:**ICS "Farmina" SRL** Adresa:**mun.Chisinau,str.Ciocana 8/1**

Digitally signed by Guțan Ghenadie
Date: 2025.09.03 09:24:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ