

## Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1650022082843 din 05.05.2022

Obiectul achiziției: “Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2022”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv Lot 2	<b>Aquilion Prime TSX-303A/AC</b>	<b>Japonia</b>	<b>TOSHIBA/CANON MEDICAL SYSTEMS</b>	<p>1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT;</p> <p>2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute;</p> <p>3. Lucrări de instalare a sistemului de răcire a tubului; (lunar)</p> <p><b>CERINȚE GENERALE</b></p> <p>1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;</p> <p>2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;</p> <p>3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>4. Timpul de reacționare de la chemarea inginerului până la 24 ore și soluționare problemei nu mai mult de 72 ore;</p>	<p>1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT;</p> <p>2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute;</p> <p>3. Lucrări de instalare a sistemului de răcire a tubului; (lunar)</p> <p><b>CERINȚE GENERALE</b></p> <p>1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;</p> <p>2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;</p> <p>3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>4. Timpul de reacționare de la chemarea inginerului până la 24 ore și soluționare problemei nu mai mult de 72 ore;</p> <p>5. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport</p>	<b>CE, ISO</b>

				<p>5. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;</p> <p>6. Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel puțin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.</p> <p><b>CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;</li> <li><input type="checkbox"/> evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).</li> </ul> <p><b>OPERAȚIUNI GENERALE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician);</li> <li><input type="checkbox"/> controlul și eventual o noua reglare a dispozitivului;</li> <li><input type="checkbox"/> înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic.</li> </ul>	<p>de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;</p> <p>6. Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel puțin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.</p> <p><b>CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;</li> <li><input type="checkbox"/> evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).</li> </ul> <p><b>OPERAȚIUNI GENERALE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician);</li> <li><input type="checkbox"/> controlul și eventual o noua reglare a dispozitivului;</li> <li><input type="checkbox"/> înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic.</li> </ul> <p><b>OPERAȚIUNI MECANICE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;</li> <li><input type="checkbox"/> eliminarea jocurilor la părțile mecanice;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p><b>OPERAȚIUNI MECANICE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;</li> <li><input type="checkbox"/> eliminarea jocurilor la părțile mecanice;</li> <li><input type="checkbox"/> curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare.</li> </ul> <p><b>OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> verificarea tensiunilor de alimentare;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea conexiunilor electrice;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea cablurilor de masă;</li> <li><input type="checkbox"/> curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea funcționării motoarelor;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare.</li> </ul> <p><b>OPERAȚIUNI LA PARTEA ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> verificarea tensiunilor de alimentare;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea conexiunilor electrice;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea cablurilor de masă;</li> <li><input type="checkbox"/> curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea funcționării motoarelor;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;</li> <li><input type="checkbox"/> verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)