

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708255536657 din: 26 febr 2024, 11:00 - 4 mart 2024, 9:00

Obiectul achiziției: ECHIPAMENT DE LABORATOR

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
389000 00-4	3. Autoclav	BKMZB	China	Biobase	Fabricat conform normelor ISO 13485 Dimensiunile camerei: Ø 240-250 x 440-460 mm Volumul: 23 litri Cameră din inox Ecran LCD 1 suport pentru tavă, 1 mâner pentru tavă și 3 tăvi incluse Generator independent de abur Rezervor de stocare a apei amplasat deasupra camerei, ușor de curățat. Procedura de uscare: prin vacuum. Temperatura de sterilizare: +121°C și +134°C Cicluri de sterilizare: 9 programe ciclu de lucru și 3 programe testare disponibile Dispune de micro imprimantă și port USB. Putere: 220-240V.	Fabricat conform normelor ISO 13485 Dimensiunile camerei: Ø 247 x 470 mm Volumul: 23 litri Cameră din inox Ecran LCD 1 suport pentru tave, 1 mâner pentru tave și 3 tăvi incluse Generator independent de abur Rezervor de stocare a apei amplasat deasupra camerei, ușor de curățat. Procedura de uscare: prin vacuum. Temperatura de sterilizare: +121°C și +134°C Cicluri de sterilizare: 9 programe ciclu de lucru și 3 programe testare disponibile Dispune de micro imprimantă și port USB. Putere: 220-240V.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**