

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Echipamente mediale**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Policlinica Cancelariei de Stat**
2. IDNO: **1006601003924**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-251-508 fax: 022-22-40-21**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii.pcs@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **instituție publică, ocrotirea sănătății**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
- 9.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1						
1	33100000-1	Unit dentar	set	1	1.Cerințe pentru unit dentar: - Cu fotoliu instalat în blocul scuipător cu mecanisme moderne să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare - Sistem cu 5 furtuni pe sus - Să fie echipat cu ultima generație al sistemelor de siguranță, cu întrerupătoare de siguranță - Echipat cu 2 panouri de comandă (masa medicului și masa asistentului medical) - Dimensiunile unitului dentar: 1370 x 920 x 1290 cm Fotoliu dentar: 1600 x 710 x 760 cm (lungime, lățime, înălțime) -Nivel de zgomot max -54 dB	275000,00

2. Unit dentar compus din:

- **Masa de lucru a medicului:**

Poziționată pe un braț multiarticular, ce permite mișcări în toate cele 3 direcții

Sistem cu 5 furtuni pe sus

- Micromotor electric, fără perii cu LED împreună cu piesă unghi: turații 4000-40000; cu fibră optică; corpul piesei din titan
- Furtuni pentru turbină cu fibră optică cu piesă : turații 60000-30000 RPM cu răcire în minim 4 găuri cu buton
- Furtun pentru turbină fără fibră optică
- Furtun apă/aer
- Furtun Scaler cu ultrasunet cu funcție endo cu 6 tipsuri
- Negatoscop
- Sistem anti refracție pentru piese

- **Fotoliu pacient**

- Să fie montat în bloc scuiător cu mecanisme moderne, să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare
- Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, antibacterial, fără cusături, ușor de curățat și întreținut,culoarea GRN 4*
- Fotoliul să dispună de 2 poziții memorate, poziția „o” și de lucru
- Pozițiile fotoliului să fie reglate prin butoanele încorporate în masa medicului și a asistentului medical
- Tetiera dublu articulată cu control manual al reglajului
- Dotat cu brațe pentru pacient, iar brațul din partea dreaptă să fie rabatabil

- **Cutia pentru conexiuni**

					<ul style="list-style-type: none"> - Unitul să fie dotat cu o cutie pentru realizarea conexiunilor la rețeaua de apă, canalizare, aer și alimentare cu curent. • Bloc scuipător - Cu mișcare manuală a vasului scuipător - Vas ceramic, mobil cu posibilitatea îndepărtării și dezinfectiei - Sistem apă la pahar cu temporizare și apa la vasul scuipător, acțiune prin intermediul butoanelor de la masa medicului sau asistentului medical • Pedala electrică pentru controlul instrumentelor - Pedală electrică - Permite activitatea și ajustarea progresivă a turației instrumentelor - Permite activitatea fluxului de aer și apă • Lampa stomatologică - Lampa cu 2 intensități respectiv 8000 Lux-26000Lux - Lumina rece, fără umbre - Panou de protecție a lămpii - Să fie susținută de un braț multiarticulat, pivotant ce permite mișcări fine și o poziționare ușoară • Masa asistentului medical dotat cu : - Panou comandă pentru fotoliu, umplerea paharului, clătire bol - Cu 2 aspiratoare (aspirație salivă pe apă, aspirație chirurgicală pe apă) • Scaun medic - Scaun mobil cu 5 rotile și cerc incorporat pentru picioare - Cu piston pentru reglarea înălțimii - Forma anatomică al spătarului cu suport pentru cot - Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, de culoarea fotoliului 	
--	--	--	--	--	---	--

2	33100000-1	Mobilier specializat pentru cabinetul stomatologic	set	1	<p>Cerințe set mobilă specializată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistență la razele ultraviolete - Rezistență la soluții dezinfectante <p>Set de dulapuri suspendate 2 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulap cu lampă cuarț, pentru păstrarea instrumentelor sterile - Dulap pentru păstrarea medicamentelor închis(cu uși) <p>Set dulapuri de bază 5 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulap cu chiuvetă - Dulap cu 3 sertare - Dulap cu 2 sertare - Dulap fără sertare cu poliță înăuntru - Masa medicului pe roțile cu 4 sertare - De culoarea fotoliului 	83300,00
Valoarea estimativă pentru lotul 1						358300,00
Lotul 2						
	33100000-1	Electrocardiograf cu 12 canale	buc	1	<p>1.Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează electrocardiograma. - Dispozitiv tip pacient adult, pediatric - Interpretează electrocardiograma (ECG) de la o singură sau mai multe derivații simultan display și bandă lată de imprimare. - Staționar - Suport pe roțile - Semnal de calibrare - Indicator de conectare electrod acustic sau vizual - Display grafic - Numărul de derivații afișate simultan 12 - Viteza de înscriere 25,50 mm/s - Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfață de transmitere) USB, RS-232, etc. - Date pacient: nume, ID, vârsta, sex, greutatea, înălțimea - Măsurări: PR; PQ, QT, QTC; P, QRS; T; HR. - Identificarea aritmiei. Interpretarea. - Baterie internă – reîncărcabilă 	42100,00

				<ul style="list-style-type: none"> - Protecție defibrilator - Timp de operare autonomă $\geq 2,5$ h - Indicator vizual contact slab sau lipsă de contact - Statut al sistemului, deconectare alimentare rețea, baterie descărcată - Accesorii standard cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 bucăți) și membranari de tip clește (4 bucăți) 2 unități - Hârtie termică 5 bucăți - Gel de contact 1 litru - Suport pe roțile 1 unitate - Geantă pentru transportare 1 unitate <p>Descrierea electrocardiografului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electrocardiograf cu 12 canale - Derivațiile tip înregistrare auto și manual - Sensivitatea 2.5; 5; 10; 20; 40 mm/mv - Gama de frecvență de diagnostic 0,05-165 Hz de filtrare musculară, de frecvență înaltă, de frecvență joasă, de rețea 50 Hz - Impedanța de intrare > 50 m Ohm, Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 120 dB - Imprimantă termică incorporată. - Lățimea hârtie $> 210/216$ mm. <p>CertIFICATE ISO, CE</p>	
Valoarea estimativă pentru lotul 2					42100,00
Lotul 3					

1	33100000-1	<p>Componen te și softuri necesare pentru apgreidare a sistemii compatibil ă cu USG ARIETA V60, Hitachi, Japonia până la un Sistem pentru ecoultrason ografie</p>	set	1	<p>I. Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonda sectoriala (cardio) 1-5MHz, compatibila - Unitate monitorizare semnale fiziologice (ECG, puls, respirație) - Unitate Doppler Continuu (CW) - Regim Stress-Eco - Regim 2DTT - Raporturi cardiologice (angio; măsurări complex intima/media). soft măsurări cardio automate (IMT;NT) - Funcție de analiza ce permite măsurarea cu precizie a deplasărilor peretelui vascular - Funcție de analiza a intensității de unda (WI) - Funcție de analiza a Dopplerului Tisular (TDI) <p>II. Descrierea componentelor și softurilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite studierea și vizualizarea structurilor cordului (cavitățile, valvele, mușchii) <p>Depistează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiunile cordului; - Hipertrofii de ventricule; - Afectarea miocardului prin scăderea fracției de ejeție; - Afecțiuni valvulare; - Afecțiuni congenitale; - Tromboze sau tumori intracardiace ; - Afecțiuni ale pericardului (determinarea cantității de lichid în pericard); - Determinarea zonelor cinetice a miocardului; - Semnele de aterosclerozei a aortei, valvelor (indurație, calcinoze); - Depistarea anevrismelor de sept intraartrial sau intraventricular și a ventriculului stâng la pacienții post infarct . <p>Certificate ISO, CE</p>	624600,00
Valoarea estimativă pentru lotul 3						624600,00
Lotul 4						

1	33100000-1	Holter ECG	Buc.	1	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip pacient adult pediatric - Numărul de canale de procesare configurabil 12 și 3 - Timpul de înregistrare configurabil de la 1 la 7 zile - Frecvenței de citirea a semnalului 1000 per secundă - Detectare pacemaker cel puțin 3 canale - Conectare cu PC Bluethoth class II in real time si USB - Configurația portabil - Derivațiile tip înregistrare automat - Gama de frecvență de diagnostic 0,05 – 300 Hz - Impedanță de intrare ≥ 2.5 M Ohm - Gama de rejectie a modului comun la 50 Hz >85 dB - Display LCD, LED $\geq 2,2$" - Indicator de conectare electrod acustic sau vizual - Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook Bluethoth class II in real time si USB - Înregistrare voce incorporată - Înregistrare acțiunile pacientului repaus, mers, alergare - Memorie internă ≥ 1 GB (incorporată) +SD Card 16 GB - Alimentarea 3 V DC - Baterie reîncărcabilă - Timp operare, autonomă ≥ 25 h - Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact, status sistem, baterie descărcată - Accesorii standard cablu pacient cu conectare la 10 electrozi - 2 unități, set de electrozi de unica folosință minimum 100 bucăți – 1 bucată - Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC - Geantă. <p>Descrierea Monitor Holter ECG: Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii in timpul repausului si la efort.</p> <p>Certificate ISO, CE</p>	37500,00
---	------------	-------------------	------	---	---	----------

2	33100000-1	Monitor Holter Tensiune arterială	Buc.	1	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor Holter Tensiune Arteriala COD 1137 - Descriere Dispozitivul înregistrează Presiunea arteriala in 24 ore sau mai mult. - Parametrul Specificația - Tip pacient adult, pediatric - Sa posede algorim de autoadaptare a presiunii in manseta da - Timpul de inregistrare 24 ore si mai mult - Metoda de masurare oscilometrica - Segment masurare presiune sistolica ≥ 60 si 290 mmHg - Segment masurare presiune diastolica ≥ 30 si 195 mmHg - Eroarea < 3 mmHg - Configurația Portabil da - Segment masurare Puls 30-240 bpm - Interval de masurare 0,1,2,3,4,5,6,12,30 masurari pe ora - Capacitatea memoriei ≥ 300 masurari - Conectare PC, transmitere date Bluetooth - Display LCD, LED da - Alimentarea- 3 V DC - Baterie reîncărcabilă da - Indicatori vizuali - Erori status sistem baterie descărcată - Acesorii standard - Tub extensie 2 unități - Manjeta S, M, L, XL 2 buc fiecare marime - Softul necesar pentru analiza Holter NIBP pe PC da - Geanta da - <p>Certificate ISO, CE</p>	37500,00
Valoarea estimativă pentru lotul 4						75000,00
Valoarea estimativă totală						1100000,00

NOTĂ pentru toate loturile OBLIGATORIU!

Prezentarea Certificatelor:

1. Certificat de marcaj european (CE MARK) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 93/42/EEC
2. Certificat de la producător CE
3. Certificat ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului
4. Garanție/Termen de garanție : **Minim 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului.**

5. Transport până la sediul beneficiarului
 6. Instalarea și punerea în funcțiune la sediul beneficiarului de către specialiști pregătiți în domeniu.
 7. Anul producerii 2018
 8. Materiale promoționale
 9. Trainingul personalului medical și tehnic
 10. Confirmarea parametrilor solicitați: fiecare parametru solicitat, va fi confirmat prin documente anexate (pliante de producător, manualul de utilizare, cataloage etc, cu indicarea concreta a paginii și aliniatului) neconfirmarea parametrilor va duce în mod automat la respingerea ofertei depuse.
 11. Prezentarea manualului de service și manualul de utilizare, inclusiv în limba de stat, cheile de acces și software-ul pentru dispozitivele medicale pe care le pune la dispoziție (conform art. 14 al.3 la Legea nr.102 din 09.06.2017 „cu privire la dispozitivele medicale”).
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **la comanda autorității contractante până la 60 zile pe adresa, mun.Chişinău, str. 31 August 1989 nr.70**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **30.11.2019**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz: **Contract de vânzare-cumpărare**)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **Livrarea, asamblarea și instalarea utilajului la sediul instituției din contul operatorului economic timp de 60 zile din momentul înregistrării contractului.**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original Formularul F 3.1	Obligativiu
2	Garanția pentru ofertă	Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul F 3.2 din Documentația Standard.	Obligativiu
3	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului	Obligativiu
4	Certificat/decizie de înregistrare a	Copie, confirmată prin ștampilă Participantului.	Obligativiu

	întreprinderii sau extras		
5	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie, confirmată prin ștampilă Participantului. Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)	Obligatori
6	Raportul financiar pentru 2018	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Obligatori
7	Licența de activitate	Copie confirmată prin ștampilă Participantului.	Obligatori
8	Specificațiile de preț (F4.2) original	Confirmată prin semnătură și ștampila participantului.	Obligatori
9	Specificația tehnică (F4.1) original	Confirmată prin semnătură și ștampila participantului.	Obligatori
10	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea dispozitivelor medicale oferite	Copia originalului eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor, confirmată prin ștampila umeda și semnătura a participantului și solicitantului p /u fiecare Lot	Obligatori
11	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	ORIGINALUL Conform F3.4 din Documentația Standard.	Obligatori
12	DUAЕ	Prezentarea documentului DUAЕ completat	Obligatori
13	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor/ și/sau serviciilor similare 3 ani (prin acte confirmative: contracte, facturi.	Ofertantul ,operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani (calculați pînă la data limită de depunere a ofertelor): similare contracte ce au avut ca obiect livrarea bunurilor.	Obligatori
14	Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție de stat.	Copie semnata și ștampilată de participant (la solicitarea autorității contractante se va prezenta originalul) care reflectă următoarea informație : Experiența acumulată , performanțele • Volumul de producere/ desfacere	Obligatori
15	Scrisoare de recomandare prin care să fie confirmată livrarea în termeni calitativi și în termen.	Copie. Confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Se confirmă prin prezentarea scrisorilor emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar	Obligatori

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz **nu se aplică**
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
20. Modalitatea de efectuare a evaluării: **pe fiecare lot .**

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: **Cel mai mic pret cu corespunderea cerintelor tehnice**

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP
- pe: conform SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba română**

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) : **nu se aplică**

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Da
plățile electronice	-

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se acceptă**

36. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.