

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729499069861 / 21300583						Data: 28/11/2024	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Reactive și consumabile de laborator 2025						Lot: 3;6;11;12;13;14;15	Pagina 1	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință, Nr. de înregistrare la AMDM
1		2	3	4	5	6	7	8
	3	Reactive pentru investigații hematologice, analizatorului hematologic automat Dymind DF55, Dymind, China, sistem închis.				Cerințe generale pentru lotul dat: 1. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 4. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor și la necesitate va înlocui piesele de schimb defectate din contul propriu. Cantitatea dispozitivelor medicale urmează a fi oferită conform cerințelor de mai jos: pentru lotul 3 - 3 dispozitive medicale	Se ofera în folosinta 3 unitati Analizator Hematologic DYMIND DF 55. Cerințe generale pentru lotul dat: 1. Prezentarea certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control și reagenții - înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 4. Rreagenții, seturile de reagenți se vor păstra pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Dispune de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor și la necesitate va înlocui piesele de schimb defectate din contul propriu .	
33696500-0	3	Diluent DIL -C, 20 litri	DIL-C	China	DYMIND	Diluent DIL -C, 20 litri pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat Dymind DF55, Dymind, China, sistem 46 închis	Diluent DIL -C, 20 litri pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat Dymind DF55, Dymind, China, sistem 46 închis	ISO, CE, DM000661759
33696500-0	3	LYC-2 Lyse, 500mL	LYC-2	China	DYMIND	LYC-2 Lyse, 500 ml	LYC-2 Lyse, (500 ml)	ISO, CE, DM000661758
33696500-0	3	LYC-1 Lyse, 200mL	LYC-1	China	DYMIND	LYC-1 Lyse, 200ml	LYC-1 Lyse, (200mL)	ISO, CE, DM000661757
33696500-0	3	CLE-P, 50 ml	CLE-P	China	DYMIND	Probe Cleanser (50mL)	CLE-P, (50 ml)	ISO, CE, DM000661760
33696500-0	3	Hematologic 3- pack control L,N, H	DM-SD L,N,H	China	DYMIND	Hematologic 3-pack control L, N,H	Hematologic 3- pack control L,N, H	ISO, CE, DM000739333
	6	Reactive pentru analizator imunologic Maglumi 800. Sistem închis				ambalaj 50 teste Cerințe generale pentru lotul dat: 1.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 4. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor și la necesitate va înlocui piesele de schimb defectate din contul propriu	Se ofera reagenți ambalaj 50 teste. Luând în considerație, că la tenderul actual sunt ofertati reagenți de generația II, care sunt de calitate mai superioară (sunt mai stabili și au o durată de păstrare mai îndelungată), respectivele consumabile sunt la etapa de înregistrare. Cerințe generale pentru lotul dat: 1.Certificat de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control și reagenții - înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și corespund cu setul de reagenți, (de la același producător). 4. Reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Dispune de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor și la necesitate va înlocui piesele de schimb defectate din contul propriu. Se ofera în folosinta analizator imunologic Maglumi X3 + systema de backup	
33696500-0	6	Maglumi f-PSA (CLIA), ambalaj50 teste	130601035M	China	Snibe	Maglumi f-PSA (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi f-PSA (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE
33696500-0	6	Maglumi T3 (CLIA), ambalaj50 teste	130653003M	China	Snibe	Maglumi T3 (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi T3 (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE
33696500-0	6	Maglumi FT3 (CLIA), ambalaj50 teste	130653005M	China	Snibe	Maglumi FT3 (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi FT3 (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE
33696500-0	6	Maglumi T4 (CLIA), ambalaj50 teste	130653002M	China	Snibe	Maglumi T4 (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi T4 (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE
33696500-0	6	Maglumi FT4 (CLIA), ambalaj50 teste	130653004M	China	Snibe	Maglumi FT4 (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi FT4 (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE
33696500-0	6	Maglumi TSH (CLIA), ambalaj50 teste	130603023M	China	Snibe	Maglumi TSH (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi TSH (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE
33696500-0	6	Maglumi Anti-TPO (CLIA), ambalaj50 teste	130653011M	China	Snibe	Maglumi Anti-TPO (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi Anti-TPO (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE
33696500-0	6	Maglumi Calcitonin (CLIA), ambalaj50 teste	130661002M	China	Snibe	Maglumi Calcitonin (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi Calcitonin (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință, Nr. de înregistrare la AMDM
33696500-0	6	Maglumi Prolactina (CLIA), ambalaj50 teste	130652006M	China	Snibe	Maglumi Prolactina (CLIA), ambalaj50 teste	Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi 800 - generația II, set a cîte 50 teste; Maglumi Prolactina (CLIA), ambalaj50 teste	ISO, CE
33696500-0	6	Cuvete de reacție (maglumi X3), set include 3x182 cuvete - 546 cuvete/set	130105000101	China	Snibe	Cuvete de reacție (maglumi X3), set include 3x182 cuvete - 546 cuvete/set	Cuvete de reacție Maglumi X3,(set 3x182 cuvete (546 cuvete)/set)	ISO,CE, DM000368378
33696500-0	6	Starter kit 1+2, set 2x230ml	130299004M	China	Snibe	Starter kit 1+2, set 2x230ml	Starter kit 1+2, set 2x230ml	ISO,CE, DM000368367
33696500-0	6	Soluție de spălare concentrată, cutie 714ml	130299005M	China	Snibe	Soluție de spălare concentrată, cutie 714ml	Soluție de spălare concentrată, cutie 714ml	ISO,CE, DM000368376
33696500-0	6	Lichid pentru testarea semnalului luminiscent, set 5x2ml	130299006M	China	Snibe	Lichid pentru testarea semnalului luminiscent, set 5x2ml	Lichid pentru testarea semnalului luminiscent, set 5x2ml	ISO,CE, DM000368380
33696500-0	6	Lichid pentru spălarea tubulaturii, ambalaj 500ml	130299007M	China	Snibe	Lichid pentru spălarea tubulaturii, ambalaj 500ml	Lichid pentru spălarea tubulaturii, ambalaj 500ml	ISO,CE, DM000368369
33696500-0	11	Set de reactive pentru controlul calității extern internațional a investigațiilor de laborator	1072	Finlanda	Labquality,	Paramentrii incluși: ALT, Albumin, alfa-amylase, AST, Bilirubin (total și direct), Calcium, Chloride, Cholesterol, Cholinesterase, HDL-Cholesterol, CK, Creatinine, Acid Phosphatase, Alkaline Phosphatase, Phosphorus, Glucose, gamma-GT, Iron, LDL, LDL-Cholesterol, Lipase, Magnesium, Potassium, Proteins, Sodium, Triglycerides, Uric Acid și Urea. Controlul lunar.	Chimie clinică generală, probă cu 1 nivel (ser A). Probă de ser liofilizat, 3 - 5 ml, probele sunt selectate acoperă o gamă largă de concentrații. Mostre pentru 12 runde (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie,octombrie, noiembrie,decembrie). Lunar prelucrarea rezultatelor inclusă. Examinations: Alanine aminotransferase, albumin, alkaline phosphatase, alpha-1-antitrypsin, alpha-1-glykoprotein, amylase, amylase (pancreatic), aspartate aminotransferase, bilirubin, calcium, calcium (ionized, actual), calcium (ionized, pH 7.4), chloride, cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, cortisol, creatine phosphokinase, creatinine, ferritin, gammaglutamyltransferase, glucose, haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, iron, lactate, lactate dehydrogenase, lithium, magnesium, oroso-mucoid, osmolality, phosphorus, potassium, protein, selenium, sodium, thyreotropin, thyroxine, thyroxine free, TIBC, transferrin, transferrin receptor, triglycerides, urea, uric acid	ISO,CE
33696500-0	12	Bordetelia pertussis IgM	BOPM0030	Germania	Novatec Immundiagnostic a GmbH	Bordetelia pertussis IgM	<i>Bordetelia pertussis IgM</i> - BOPM0030. Cerințe generale; include, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, reagenți lichizi gata de lucru.	ISO,CE, DM000116824
33696500-0	13	Bordetelia pertussis IgG	BOPG0030	Germania	Novatec Immundiagnostic a GmbH	Bordetelia pertussis IgG	<i>Bordetelia pertussis IgG</i> - BOPG0030. Cerințe generale; include, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, reagenți lichizi gata de lucru.	ISO,CE, DM000116823
33696500-0	14	Borrelia burgdorferi IgM	BORM0040	Germania	Novatec Immundiagnostic a GmbH	Borrelia burgdorferi IgM	<i>Borrelia burgdorferi IgM</i> - BORM0040. Cerințe generale; include, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, reagenți lichizi gata de lucru.	ISO,CE, DM000116826
33696500-0	15	Borrelia burgdorferi IgG	BORG0040	Germania	Novatec Immundiagnostic a GmbH	Borrelia burgdorferi IgG	<i>Borrelia burgdorferi IgG</i> - BORG0040 Cerințe generale; include, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, reagenți lichizi gata de lucru.	ISO,CE, DM000116825

Semnat: _____Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova