

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 4 din 11.11.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6		7	8
Bunuri/servicii							
Lotul 1							
Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor	Cubis Micro MPS6.6S	Germania	SARTORIUS	Domeniu de aplicare	Etalonarea dozatoarelor de volum (pipetelor) în conformitate cu ISO 8655	Etalonarea dozatoarelor de volum (pipetelor) în conformitate cu ISO 8655	
				Interval minim de măsurare	0 ÷ 6,0 g	0 ÷ 6,0 g	
				Lizibilitate	1 µg	1 µg	
				Incertitudine de măsurare	U < 2 µg	U < 2 µg	
				Tensiunea de alimentare	230V AC	230V AC	
				Conexiune PC	RS-232, Ethernet sau USB	RS-232, Ethernet sau USB	
				Componente indispensabile	- Capcană de evaporare. - Pompă de absorbție. - Adaptoare pentru calibrarea pipetelor - Soft specializat pentru afișarea și prelucrarea datelor de măsurare.	- Capcană de evaporare. - Pompă de absorbție. - Adaptoare pentru calibrarea pipetelor - Soft specializat pentru afișarea și prelucrarea datelor de măsurare.	

					- Cablu de alimentare. - Conductoare de conectare la PC. - Cutie de transportare. - Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței.	- Cablu de alimentare. - Conductoare de conectare la PC. - Cutie de transportare. - Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței.	
				Instalare	VII. Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie).	VII. Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie).	
				Trasabilitate	VIII. Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de un Institut Național de Metrologie, semnat al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la nivel internațional.	VIII. Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de un Institut Național de Metrologie, semnat al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la nivel internațional.	
				Training	Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului. Va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor.	Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului. Va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor.	

				Garanție	IX. Minimum 2 ani din data punerii în funcțiune.	IX. Doi ani din data punerii în funcțiune.	
--	--	--	--	----------	--	--	--

				Documentație	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în engleză .	
Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor	Cubis MPS105S 100g / 10μ	Germania	SARTOR IUS	Domeniu de aplicare	Etalonarea dozatoarelor de volum (pipetelor) în conformitate cu ISO 8655	Etalonarea dozatoarelor de volum (pipetelor) în conformitate cu ISO 8655	
				Capacitatea maximă de cântărire	Nu mai mare de 40 g	Nu mai mare de 40 g	
				Intervalul de etalonare a pipetelor	1 ÷ 1000 μl	1 ÷ 1000 μl	
				Lizibilitate	1 μg	1 μg	
				Incertitudine de măsurare	U < 5 μg	U < 5 μg	
				Tensiunea de alimentare	230V AC	230V AC	
				Conexiune PC	RS-232, Ethernet sau USB	RS-232, Ethernet sau USB	
				Componente indispensabile	- Capcană de evaporare. - Pompă de absorbție. - Adaptoare pentru calibrarea pipetelor - Soft specializat pentru afișarea și prelucrarea datelor de măsurare. - Cablu de alimentare. - Conductoare de conectare la PC. - Cutie de transportare. - Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței.	- Capcană de evaporare. - Pompă de absorbție. - Adaptoare pentru calibrarea pipetelor - Soft specializat pentru afișarea și prelucrarea datelor de măsurare. - Cablu de alimentare. - Conductoare de conectare la PC. - Cutie de transportare. - Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței.	

				Instalare	X. Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie).	X. Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie).	
--	--	--	--	-----------	--	--	--

				Trasabilitate	XI. Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de un Institut Național de Metrologie, semnat al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la nivel internațional.	XI. Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de un Institut Național de Metrologie, semnat al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la nivel internațional.	
				Training	Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului. Va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor.	Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului. Va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor.	
				Garanție	XII. Minimum 2 ani din data punerii în funcțiune.	XII. Doi ani din data punerii în funcțiune	

				Documentație	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.	Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în engleză.	
Total lot 1							
TOTAL							

Semnat:_____Numele, Prenumele: **VAISMAN *Mikhail*** În calitate de: ***director***

Ofertantul: **ALEX S&E SRL** Adresa: ***or. Chisinau, str. Ion Pruncul 4/1***