

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Centrul de Sănătate Comrat.

Numărul procedurii de achiziție: 21061809, ocds-b3wdp1-MD-1660735180795							Data: 01.09.2022	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactivelor și consumabelor de laborator pentru anul 2022 (REPETAT)							Lot:	pag. 1 din 1
Nº d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 4. Reagenți pentru parametric de hemostaza pentru coagulometru optic RT 2204 C sistem închis

4.1	33696500-0	Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml)	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-Spectromed	10fl x 10ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii devalabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10fl x 10ml).	ISO, CE.
4.2	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel normal: 1. N-11-12 secunde.	Control Plasma L1	Moldova	Dac-Spectromed	1. N-11-12 secunde - 10fl x 1,0 ml 2. P - 30 secunde - 10fl x 1,0 ml 3. P+ 54-57 secunde - 10fl x 1,0 ml	Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.
	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel înalt: 2. P - 30 secunde.	Control Plasma L2	Moldova	Dac-Spectromed	Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set	Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.
	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel foarte înalt: 3. P+ 54-57 secunde.	Control Plasma L2+	Moldova	Dac-Spectromed		Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.

Veselă de laborator.

11	33696500-0	Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr)	Colorimetric cup, 2000pcs*17bags	China	Dong	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometru).	ISO, CE.
----	------------	---	----------------------------------	-------	------	--	---	----------

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 01.09.2022
Valabilitatea ofertei - 60 zile.