

		Anexa 22. Specificații tehnice				
			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>			
Numărul licitației:		LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1770988351457</u>			Data: 20.03.2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II				Pagina: 1 din 20

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință

33100000-1	117	Dispozitiv presoterapie 400130	Dispozitiv presoterapie 400130	FP 250 Digital	Italia	Fisiopress SRL	Dispozitiv presoterapie Cod 400130 Descriere Presoterapia este un masaj terapeutic care ajuta la combaterea edemele si imbunatateste circulatia sangelui datorita aplicarii unei presiuni. Parametru Specificație Numarul de sectiuni min. 6 pentru fiecare membru Control digital obligatoriu Ecran obligatoriu Monitorizare presiune obligatoriu Diapazon presiune minim 0-200 mmHg Eliberare automata a aerului obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-180 min Flux compresor de aer $\geq 20\text{lt/min}$ Presiunea maxima ≥ 3 bar Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratamant ≥ 20 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 20 buc. Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Airbag anatomic pentru brate, să se indice codul produsului Airbag anatomic pentru abdomen, să se indice codul produsului Airbag anatomic pentru picioare, să se indice codul	Dispozitiv presoterapie Cod 400130 Descriere Presoterapia este un masaj terapeutic care ajuta la combaterea edemele si imbunatateste circulatia sangelui datorita aplicarii unei presiuni. Parametru Specificație: Numarul de sectiuni: min. 6 pentru fiecare membru (8 sectiuni) Control digital obligatoriu - DA Ecran obligatoriu: DA Monitorizare presiune obligatoriu: DA Diapazon presiune: 0-160 mmHg Eliberare automata a aerului obligatoriu: DA Timpul de tratament diapazon 1-100 min (cu pas de 5 minute) Flux compresor de aer $\geq$ DA Presiunea maxima ≥ 3 bar Alarma finalizare tratament obligatoriu: DA Librarie de protocoale interne de tratamant ≥ 20 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 20 buc. Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii: Airbag anatomic pentru brate, codul produsului: 250B6M2	ISO 13485 Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: In curs de inregistrare. Atasat documente si certificate: CE, ISO
------------	-----	---	---	-----------------------	---------------	---------------------------	---	--	--

							produsului Tuburi de interconectare, să se indice codul produsului "Troleu pentru dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului"	Airbag anatomic pentru abdomen, codul produsului: 000FA2 Airbag anatomic pentru picioare, codul produsului: 250G7L si 250G7R Tuburi de interconectare, codul produsului: Neaplicabil (incluse in airbagurile anatomice). Troleu pentru dispozitiv 1 buc., codul produsului: 1019A	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

33100000-1	118	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	MAGNETOMED 8400	Italia	EME Srl	Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT) Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această	Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație: Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch-screen: DA Canale independente ≥ 4 buc.- DA Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular: DA Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100 Hz: - DA Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT) - DA Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min - DA Alarma finalizare tratament obligatoriu - DA Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc.- DA Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu - DA Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii: Aplicatori magnetici - 2 buc., codul produsului: ACC615 Aplicator magnetic flexibil 1 buc., codul produsului:	ISO 13485 Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. înregistrare: DM000661253 Ordin de înregistrare: Rg04-000282 Din 08-12-2023
------------	-----	---	---	-----------------	--------	---------	--	--	--

							ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	ACC615 Curele de fixare flexibile 1 set., codul produsului: (incluse in kitul echipamentului) Troleu dispozitiv 1 buc., codul produsului: ACSL007	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33100000-1	119	400141 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale	400141 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale	THERAPIC 9200	Italia	EME Srl	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali Curenti galvanici Electroforeză (ionoforeză) Faradic sau neofaradic Curenți de frecvență medie Curenți sinusoidali Stimulare de înalta tensiune TENS Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație: Aplicații: stimulare nervoasă și stimulare musculară, tratamentul bolilor venoase. Tip: Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc. - DA Alarma finalizare tratament obligatoriu - DA Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici, Curenti interferențiali, Curenti galvanici, Electroforeză (ionoforeză), Faradic sau neofaradic, Curenți de frecvență medie, Curenți sinusoidali, Stimulare de înalta tensiune, TENS, Stimulare Kotz, Curenti Trabert (Ultra Reiz), Tonoliză, EMS (Stimulare electrică musculară), Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu - DA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min - DA Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu - DA Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz	ISO 13485 Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. înregistrare: DM000661275 Ordin de înregistrare: Rg04-000282 Din 08-12-2023
------------	-----	--	--	---------------	--------	---------	--	---	--

							Hz Accesorii Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului "Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului" Set de accesorii standard - obligatoriu Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului	Accesorii: Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), codul produsului: ACC603/7 Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), codul produsului: ACC603/7 Set de accesorii standard - obligatoriu - DA Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., codul produsului (inclusa în componenta echipamentului la livrare)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33100000-1	122	400101 Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde	400101 Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde	RADARMED 2500 CP	Italia	EME Srl	Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde Cod 400101 Descriere Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită Parametru Specificație Moduri de operare continuu și pulsatil Frecvența de lucru ≥ 2400 MHz Display ≥ 7 inch color, touchscreen Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W Protecție la supraîncălzire obligatoriu Programe presetate obligatoriu Programe personalizate obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min Alarmă la finalizarea tratamentului obligatoriu Braț articulat obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Emițător $\varnothing \geq 15$ cm, minim 1 buc. Accesorii suplimentare necesare pentru buna funcționare a dispozitivului – obligatoriu (se va indica lista)	Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde Cod 400101 Descriere: Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită Parametru Specificație : Moduri de operare continuu și pulsatil - DA Frecvența de lucru ≥ 2400 MHz Display ≥ 7 inch color, touchscreen - DA Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W - DA Protecție la supraîncălzire obligatoriu - DA Programe presetate obligatoriu - DA Programe personalizate obligatoriu - DA Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min - DA Alarmă la finalizarea tratamentului obligatoriu - DA Braț articulat obligatoriu - DA Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii : Emițător $\varnothing \geq 15$ cm, minim 1 buc. - DA Accesorii suplimentare necesare pentru buna funcționare a dispozitivului – obligatoriu: Cablu de	ISO 13485 Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. inregistrare: DM000661277 Ordin de inregistrare: Rg04-000282 Din 08-12-2023
------------	-----	---	---	-----------------------------	---------------	----------------	---	---	--

								alimentare (1 buc), Siguranțe de rezervă (1 buc), Manual de utilizare (1 buc.), Cablu radar de înaltă frecvență (1 buc.), Braț pantograf ortostatic pentru radarterapie (1 buc.), Aplicator circular AC, diametru 17 cm (1 buc.),	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33100000-1	123	400121 Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet	400121 Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet	ULTRASONIC 1300	Italia	EME Srl	Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet Cod 400121 Descriere Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet desitnat în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatori Programe personalizate Obligatori Alimentare 230V ± 10%, 50Hz Accesorii Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată, să se indice codul produsului Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată, să se indice codul produsului Gel de contact: ≥ 1 litru, să se indice codul produsului	Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet Cod 400121 Descriere: Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet desitnat în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație: Ecran dimensiune min. 4 inch, color, touch-screen - DA Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz - DA Moduri de operare continuu sau pulsatoriu: - DA Timpul de tratament ≥ 1– 30 minute: - DA Programe presetate Obligatori - DA Programe personalizate Obligatori - DA Alimentare 230V ± 10%, 50Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată, codul produsului: 7001 Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată, codul produsului: ACC943 Gel de contact: ≥ 1 litru - DA	ISO 13485 Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. inregistrare: DM000684159 Ordin de inregistrare: Rg04-000099 Din 26-04-2024
------------	-----	--	--	--------------------	--------	---------	---	---	--

33100000-1	124	400172 Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet	400172 Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet	COMBIMED 4000	Italia	EME Srl	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet Cod 400172 Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie și cu ultrasunet este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi. Parametru Specificație Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Ultrasunet: Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Funcționalități: Protocoloale de lucru presetate obligatoriu Protocoloale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru diapazon 1-99 min Portabil obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 HZ Accesorii "Sonda roșu ≥ 1	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet Cod 400172 Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie și cu ultrasunet este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi. Parametru Specificație Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B - DA Laser roșu - suplinim cu diodă roșie / red LED / pointer Laser infraroșu obligatoriu - DA Ultrasunet: Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz -DA Moduri de operare continuu sau pulsatoriu - DA Funcționalități: Protocoloale de lucru presetate obligatoriu - DA Protocoloale de lucru personalizate obligatoriu - DA Cronometru diapazon 1-99 min - DA	ISO 13485 Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. înregistrare: DM000661270 Ordin de înregistrare: Rg04-000282 Din 08-12-2023
------------	-----	---	---	------------------	--------	---------	--	--	--

							buc, să se indice codul produsului" "Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Sondă ultrasunet ($\sim 1 \text{ cm}^2$) ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Sondă ultrasunet ($\sim 4\text{-}5 \text{ cm}^2$) ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Ochelari de protecție ≥ 2 buc, să se indice codul produsului" Gel de contact: ≥ 1 litru, să se indice codul produsului Set de accesorii standard - obligatoriu	Portabil obligatoriu - DA Alimentare $230\text{V} \pm 10\%$, 50 HZ Accesorii: Sonda roșu ≥ 1 buc, suplinim cu diodă roșie / red LED / pointer Sonda infraroșu ≥ 1 buc, codul produsului: MLA110 Sondă ultrasunet ($\sim 1 \text{ cm}^2$) $\geq$ 1 buc, codul produsului: TV1 Sondă ultrasunet ($\sim 4\text{-}5 \text{ cm}^2$) ≥ 1 buc, codul produsului: TV5 Ochelari de protecție ≥ 2 buc, inclusi in kitul echipamentului Gel de contact: ≥ 1 litru – DA (inclus in kitul echipamentului la livrare) Set de accesorii standard - obligatoriu - DA	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

33100000-1	125	400170 Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B	400170 Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B	LASERMED 2200	Italia	EME Srl	Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B Cod 400170 Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie clasa 3B este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi. Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru diapazon 1-99 min Portabil obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii "Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Ochelari de protecție ≥ 2 buc, să se indice codul produsului" Set de accesorii standard - obligatoriu	Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B Cod 400170 Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie clasa 3B este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi. Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B - DA Laser roșu - suplinim cu diodă roșie / red LED / pointer; Laser infraroșu obligatoriu - DA Protocoale de lucru presetate obligatoriu - DA Protocoale de lucru personalizate obligatoriu - DA Cronometru diapazon 1-99 min - DA Portabil obligatoriu - DA Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii: Sonda roșu ≥ 1 buc., suplinim cu diodă roșie / red LED / pointer Sonda infraroșu ≥ 1 buc, codul produsului: ACC679	ISO 13485 Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. înregistrare: DM000661274 Ordin de înregistrare: Rg04-000282 Din 08-12-2023
------------	-----	--	--	--------------------------	---------------	----------------	---	--	---

								Ochelari de protecție ≥ 2 buc., incluși în kitul echipamentului; Set de accesorii standard - obligatoriu - DA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33100000-1	126	400171 Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B - Scanner	400171 Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B - Scanner	PR999 4W (2W+2W)	Italia	EME Srl	Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B - Scanner Cod 400171 Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie clasa 3B este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi. Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Protocoale de lucru presetate obligatoriu obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu obligatoriu Cronometru diapazon 1-99 min Portabil obligatoriu Putere pentru Scanner roșu - min. 50 mW infraroșu - min. 400 mW Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii "Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" "Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului" Scanner Roșu + Infraroșu ≥ 1	Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B - Scanner Cod 400171 Descriere Dispozitivul portabil de laserterapie clasa 3B este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi. Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B - DA Laser roșu - suplinim cu diodă roșie / red LED / pointer; Laser infraroșu obligatoriu - DA Protocoale de lucru presetate obligatoriu - DA Protocoale de lucru personalizate obligatoriu - DA Cronometru diapazon 1-99 min - DA Portabil obligatoriu - DA Putere pentru Scanner roșu - min. 50 mW infraroșu - min. 400 mW Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii: Sonda roșu ≥ 1 buc, suplinim cu diodă roșie / red	ISO 13485 Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. înregistrare: DM000661273 Ordin de înregistrare: Rg04-000282 Din 08-12-2023
------------	-----	---	---	-----------------------------	---------------	----------------	---	---	---

							buc, să se indice codul produsului "Ochelari de prodtectie ≥ 2 buc, să se indice codul produsului" Set de accesorii standard - obligatoriu	LED / pointer; Sonda infraroșu ≥ 1 buc, codul produsului: MLA1/100 Scaner Roșu + Infraroșu ≥ 1 buc, - DA Ochelari de prodtectie ≥ 2 buc., inclusi in kitul echipamentului; Set de accesorii standard – obligatoriu - DA	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

33100000-1	127	400180 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet	400180 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet	POLYTER EVO (cu modul Electroterapie, Laseroterapie, Magnetoterapie si Ultrasunet)	Italia	EME Srl	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet Cod 400180 Descriere Dispozitiv fizioterapeutic multifuncțional destinat procedurilor de electroterapie, electroforeză (ionoforeză), laserterapie, magnetoterapie și ultrasunet, dotat cu protocoale presetate și personalizabile. Parametru Specificație Electroterapie: Electroterapie: "Parametrii electrici disponibili (minim): Curenți galvanici Curenți diadinamici Curenți interferențiali Curenți faradici sau neofaradici Curenți Trabert (Ultra Reiz) TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) Stimulare Kotz (curenți de medie frecvență modulați) Electroforeză (ionoforeză)" Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Magnet: Cîmpuri magnetice cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet Cod 400180 Descriere: Dispozitiv fizioterapeutic multifuncțional destinat procedurilor de electroterapie, electroforeză (ionoforeză), laserterapie, magnetoterapie și ultrasunet, dotat cu protocoale presetate și personalizabile. Parametru Specificație Electroterapie: Electroterapie: Parametrii electrici disponibili (minim): Curenți galvanici Curenți diadinamici Curenți interferențiali Curenți faradici sau neofaradici Curenți Trabert (Ultra Reiz) TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) Stimulare Kotz (curenți de medie frecvență modulați) Electroforeză (ionoforeză) - DA Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B - DA Laser roșu - suplinim cu diodă roșie / red LED / pointer Laser infraroșu obligatoriu - DA Magnet: Cîmpuri magnetice	ISO 13485 Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: Nr. inregistrare: DM000661269 Ordin de inregistrare: Rg04-000282 Din 08-12-2023
------------	-----	---	---	---	--------	---------	--	--	---

						Ultrasonet: Frecvența de lucru, diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu și pulsatoriu Funcționalități: Protocoale de lucru presetate obligatoriu Protocoale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru obligatoriu Alimentare 230 V, 50 Hz $\pm$ 10% Accesorii incluse: "Set de electrozi adulți pentru electroterapie $\geq$ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului" "Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, $\geq$ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului" Sonda roșu $\geq$ 1 buc, să se indice codul produsului Sonda infraroșu $\geq$ 1 buc, să se indice codul produsului Sonda ultrasunet $\sim 1\text{cm}^2 \geq$ 1 buc, să se indice codul produsului Sonda ultrasunet $\sim 4\text{cm}^2 \geq$ 1 buc, să se indice codul produsului Aplicatoare pentru magnetoterapie $\geq$ 2 buc, să se indice codul produsului Ochelari de protecție $\geq$ 2 buc, să se indice codul produsului Gel pentru ultrasunet $\geq$ 1 L, să se indice codul produsului	cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară - DA Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu - DA Ultrasonet: Frecvența de lucru, diapazon minim 1-3 MHz - DA Moduri de operare continuu și pulsatoriu Funcționalități: Protocoale de lucru presetate obligatoriu - DA Protocoale de lucru personalizate obligatoriu - DA Cronometru obligatoriu - DA Alimentare 230 V, 50 Hz $\pm$ 10% Accesorii incluse: Set de electrozi adulți pentru electroterapie $\geq$ 1 set (1 set = 1 pereche), codul produsului: ACC402 Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, $\geq$ 1 set (1 set = 1 pereche), codul produsului: ACC403 Sonda roșu $\geq$ 1 buc - supliment cu diodă roșie / red LED / pointer Sonda infraroșu $\geq$ 1 buc, codul produsului: MLA110/B Sonda ultrasunet $\sim 1\text{cm}^2 \geq$ 1 buc, codul produsului: TV1POE/B	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Set de accesorii standard - obligatoriu	Sonda ultrasunet $\sim 4\text{cm}^2 \geq 1$ buc, codul produsului: TV5POE/B Aplicatoare pentru magnetoterapie ≥ 2 buc, codul produsului: ACC615/PE Ochelari de protectie ≥ 2 buc, codul produsului: ACC062 Gel pentru ultrasunet ≥ 1 L - DA Set de accesorii standard – obligatoriu - DA	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ **Armasu Sergiu** În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SATOS Solutions SRL**, Adresa: mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 55/6, of.16