

Lotul nr. 31 - Lot nr. 94 Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B 270120 Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II (ocds-b3wdp1-MD-1770988351457)		
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Trimitere detaliată la documentația tehnică cu clarificari
Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil.	Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil.	
Parametrul Specificatia		
Clasa autoclavului Clasa B	Clasa autoclavului Clasa B Da	Da, broșura, Type B
Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox	Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox, Da	Da, broșura, Chamber material Stainless steel 304
Exterior metalic galvanizat sau oțel inox	Exterior material rezistent la coroziuni, Da	Da, Exterior material rezistent la coroziuni
Securitate la supraîncălzire obligatoriu	Securitate la supraîncălzire , Da	Da, Broșura, Over-temperature automatic protection device

Anexa nr.2 la Formularul Specificatiei Tehnice

Securitate la suprapresiune obligatoriu	Securitate la suprapresiune, Da	Da, Broșura, double over-pressure protection
Alarmer acustică vizuală	Alarmer acustică vizuală Da	Da, Broșura, Alarm
Durata sterilizării reglabilă obligatoriu	Durata sterilizării reglabilă Obligatoriu, Da, Program USER01	Da, Broșura, programul "User Cycle" Poate fi ajustată temperatura, timpul de sterilizare, timpul de uscare
Control Microprocesor	Control Microprocesor	Da, Control Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu	Da, Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă	Da, Broșura, Door safety interlock protection
Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu	Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare, Da	Da, Broșura, Door safety interlock protection
Suprafața exterioară să nu se încălzească	Suprafața exterioară să nu se încălzească, Da	Da, Suprafața exterioară să nu se încălzească. Exteriorul este izolat de elementele care se încălzesc. Suprafața exterioară nu se încălzește
Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu	Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit, Da	Da, Brosura, Sterilization cycles such as 134UNIV.cycle, 121UNIV.cycle, B-QUICK cycle, N-QUICK cycle,PRION cycle, USER cycle, LIQUID cycle; BD&Helix, LEAK TEST cycles; auxiliary cycles such as WARM UP and DRYING cycles.
Imprimantă obligatoriu	Imprimantă, Da	Imprimantă, Da Printer.pdf, Figure 5-14 Schematic diagram of printing records
Afișaj alfanumeric	Afișaj Alfanumeric, Da	Da, Broșura, Imagine interfața cu afișaj alfanumeric

Anexa nr.2 la Formularul Specificatiei Tehnice

Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă	Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Da	Da, Broșura, Cycles: ...134UNIV.cycle, 121UNIV.cycle, B-QUICK cycle, N-QUICK cycle,PRION cycle, USER cycle, LIQUID cycle;
Ciclu de vacuum obligatoriu	Ciclu de vacuum, obligatoriu Da	Da, Broșura, Adopt high-efficiency vacuum system, low working noise, the ultimate vacuum reaches above -90kPa, fast evacuation speed, good drying effect, and more thorough sterilization.
Pre și post vacuum selectabil	Pre și post vacuum selectabil, Da	Da, Broșura, Adopt high-efficiency vacuum system, low working noise, the ultimate vacuum reaches above -90kPa, fast evacuation speed, good drying effect, and more thorough sterilization.
Sistem de uscare obligatoriu	Sistem de uscare, Da	Da, Broșura, Adopt high-efficiency vacuum system, low working noise, the ultimate vacuum reaches above -90kPa, fast evacuation speed, good drying effect, and more thorough sterilization.
Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă	Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Da	Da, Toate programele pot fi ajustate și fiecare parametru poate fi setat conform necesităților
Volum interior 26 - 40 L	Volum interior, 29 L	Da, Broșura
Precizie timp de sterilizare 1 min	Precizie timp de sterilizare, mai exact de 1 min	Da, durata timpului de sterilizare este menșinută exact conform timpului setat.
Rafturi da, min. 4 tavi	Rafturi Da, 4 tavi	Da, broșura + additional tray (4)
Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri	Regimuri de sterilizare minim 7 regimuri	Da, Brosura, ...134UNIV.cycle, 121UNIV.cycle, B-QUICK cycle, N-QUICK cycle,PRION cycle, USER cycle, LIQUID cycle;

Anexa nr.2 la Formularul Specificatiei Tehnice

Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C	Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C	Da, Brosura, 134UNIV.cycle, 121UNIV.cycle
Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare	Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare	Da, broșura, Sterilization cycles such as 134UNIV.cycle, 121UNIV.cycle, B-QUICK cycle, N-QUICK cycle, PRION cycle, USER cycle, LIQUID cycle; BD&Helix, LEAK TEST cycles; auxiliary cycles such as WARM UP and DRYING cycles.
Înregistrator date obligatoriu	Înregistrator date obligatoriu	Da, printer + stocare digital
Tip date data timp temperatura presiune	Tip date data timp temperatura presiune	Da, Printer.pdf
Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l	Capacitatea rezervorului de apă 4 l	Da, water tank volume.pdf, 4L
Alimentare 220V, 50 Hz	Alimentare 220V, 50 Hz	Da, Broșura