

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1767009647654 / 21533669						Data: 19/01/2026	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Consumabile și reagenți compatibili cu analizatorul EDAN I15 a.2026 LP						Lot: 1	Pagina 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Consumabile și reagenți compatibili cu analizatorul EDAN I15					Consumabile și reagenți compatibili cu analizatorul EDAN I15		
33600000-6	Refrigerated Test Cartridge BG10	83.67.960666	China	Edan Instruments Inc.	Refrigerated Test Cartridge BG10	Cartuș de testare refrigerat BG10 (Ambalaj: 25 cartușe/pachet, 4 pachete/set = 100 cartușe/set, pastrare: 2-8°C, valabilitate: 390 zile)	ISO/CE
33600000-6	Calibrant Fluid Pack CP100 (100 tests/pack)	83.67.241179	China	Edan Instruments Inc.	Calibrant Fluid Pack CP100 (100 tests/pack)	Calibrant Fluid Pack CP100 (100 teste/pachet) (60 de zile de valabilitate la bord, la 10-25 °C.)	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova