

Nom
Name **HORIBA ABX SAS**

Adresse
Address Parc Euromédecine
Rue du Caducée - BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4 - France
Web: www.horiba-abx.com
Tél. : 33 (0) 4 67 14 15 16

Nom Produit
Product Name **ABX CLEANER 1L**

Référence Horiba
Horiba Reference **0903010**

Référence interne HORIBA
Internal HORIBA reference 1210903010

Numéro de Lot
Batch Number **18051511**

Date Fabrication <i>Date of Manufacture</i>	15.05.2018		
Date d'expiration <i>Expiration Date</i>	15.05.2019		
Paramètres <i>Parameters</i>	Valeurs obtenues <i>Actual Values</i>		Valeurs Références <i>Reference Values</i>
pH / <i>pH</i> Test T° / <i>Test T°</i> (°C)	8,10 20,00	8,00+/-0.2 20,00+/-0.2	
Test opérationnel <i>Operation testing</i>	SATISFAISANT <i>SATISFACTORY</i>		

**NOUS LE FABRICANT CERTIFIONS QUE LE PRODUIT FINI A ETE TESTE CONFORMEMENT AUX
PROCEDURES DE CONTROLE EN VIGUEUR ET EST CONFORME AUX SPECIFICATIONS PREDEFINIES.**

**WE THE MANUFACTURER CERTIFY THAT THE FINISHED PRODUCT WAS TESTED IN ACCORDANCE
WITH VALID CONTROL PROCEDURES AND COMPLIES WITH THE PREDEFINED SPECIFICATIONS.**

A
Place Montpellier

Nom
Name Tifenn CUADROS

Signature
Signature

Date
Date 24.05.2018

Fonction
Position Responsable QC réactifs



Nom
Name **HORIBA ABX SAS**

Adresse
Address Parc Euromédecine
Rue du Caducée - BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4 - France
Web: www.horiba-abx.com
Tél. : 33 (0) 4 67 14 15 16

Nom Produit
Product Name **ABX CLEANER 1L**

Référence Horiba
Horiba Reference **0903010**

Référence interne Horiba
Internal Horiba Reference 1210903010

Numéro de Lot
Batch Number **18051511**

Date Fabrication Date of Manufacture	15.05.2018	Volume du contenant Pack size	1 L
Date d'expiration Expiration Date	15.05.2019	Taille du lot Batch size	9.639,000
Pays d'origine Country of origin	France	Quantité Libérée Released quantity	9.600,000
Local / Exportation Domestic / Export	Export & Domestic	Date de libération du lot Batch Release date	23.05.2018

NOUS LE FABRICANT CERTIFIONS QUE LE PRODUIT FINI A ETE TESTE CONFORMEMENT AUX PROCEDURES DE CONTROLE EN VIGUEUR ET EST CONFORME AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES LIEES AUX ASPECTS FONCTIONNELS, SECURITAIRES, ET DE PERFORMANCES.

WE THE MANUFACTURER CERTIFY THAT THE FINISHED PRODUCT WAS TESTED IN ACCORDANCE WITH VALID CONTROL PROCEDURES AND COMPLIES WITH ALL FUNCTIONAL, SAFETY AND PERFORMANCE VERIFICATION TESTS WITH ALL APPROPRIATE REGULATORY REQUIREMENTS.

A
Place Montpellier

Date
Date 24.05.2018

Nom
Name Tifenn CUADROS

Fonction
Position Responsable QC réactifs

Signature
Signature

