

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751029875402 din 27 iun 2025
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2025 COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Periodicitatea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Stația de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscător Atlas Copco, condiționar, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație Uscător de aer Atlas Copco FD185				Deservirea a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern	Deservirea a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după		Doar la solicitarea beneficiarului

				9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări		
				Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.		Doar la solicitarea beneficiarului
7. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționar și alte compenente ale stației - 1 instalație				Deservirea a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor-lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	Deservirea a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.		Doar la solicitarea beneficiarului
				Lucrări de diagnosticare, testare,	Lucrări de diagnosticare, testare,		Doar la

				reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.		solicitarea beneficiarului
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: VAsilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: mun. Chișinău, Str. N. Testemițanu 19/3, ap. 101