

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21074523 din 07.03.2023**Obiectul de achiziție: Consumabile medicale, pentru fizioterapie și reabilitare medicală pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Fir cu electrozi pentru ECG	U202-11BE U901-1DA U901-2BA	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co.Ltd	Compatibil cu ECG MAC 600	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC). Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. Nichel-plate.Color-albastru. Set- 6 buc. Multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC Nichel-plate. Set- 4 buc.	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Fir cu electrozi pentru ECG	U225-11BE U901-1DA U901-2BA	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co.Ltd	Compatibil cu ECG E6 somo international	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC). Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. Nichel-plate.Color-albastru. Set- 6 buc. Multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC Nichel-plate. Set- 4 buc.	CE
Total lot 4						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23