

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1591794613913 din 10.06.2020	Data: 18.06.2020	Alternativa nr.: nu este
Denumirea procedurii de achiziție: Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica Obiectul achiziției: Achiziționarea termometrelor infraroșii	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
	Lotul 1				
	Termometru infraroșu	China	China	Caracteristicile produsului - Fără contact, Utilizare multiplă prin 2 moduri de măsurare : mod corporal, mod obiecte - Cu senzor infraroșu de mare precizie de top stabil și solid - O bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex - Capacitatea de stocare/MEMORIE: NU MAI PUȚIN DE 32 seturi de măsurări; - Unitate de măsură: Opțional pentru Celsius (°C) - Funcții de oprire automată și de economisire a energiei - Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj	Caracteristicile produsului - Fără contact, Utilizare multiplă prin 2 moduri de măsurare : mod corporal, mod obiecte - Cu senzor infraroșu de mare precizie de top stabil și solid - O bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex - Capacitatea de stocare/MEMORIE: NU MAI PUȚIN DE 32 seturi de măsurări; - Unitate de măsură: Opțional pentru Celsius (°C) - Funcții de oprire automată și de economisire a energiei - Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde



				clar și fin. Gama de măsurători/Interval de măsurare a temperaturii Regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2)°C, exactitatea măsurărilor ±0.2°C/0.4°F Regimul temperaturii obiectelor (apei etc. în limitele 0-80°C, exactitatea de ±0.1 °C Distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-10 cm. Are indicator „baterie descărcată,” Timpul măsurării temperaturii -0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achiziționat: nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării la instituțiile subordonate DETS Botanica) - Tipul de baterii. 2 bat. 1,5 B - AAA.Durata de viața a bateriilor: aprox. 4.000 înregistrări neîntrerupte - Certificat de garanție și manual de utilizare în limba română și rusă.	pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj clar și fin. Gama de măsurători/Interval de măsurare a temperaturii Regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2)°C, exactitatea măsurărilor ±0.2°C/0.4°F Regimul temperaturii obiectelor (apei etc. în limitele 0-80°C, exactitatea de ±0.1 °C Distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-10 cm. Are indicator „baterie descărcată,” Timpul măsurării temperaturii -0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achiziționat: nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării la instituțiile subordonate DETS Botanica) - Tipul de baterii. 2 bat. 1,5 B - AAA.Durata de viața a bateriilor: aprox. 4.000 înregistrări neîntrerupte - Certificat de garanție și manual de utilizare în limba română și rusă.
--	--	--	--	--	---



Semnat: Dorogan Nicolae Dorogan Nicolae în calitate de: Administrator
 Ofertantul: „Dorogan Nicolae” Adresa m. Chișinău, str. Drumul Viilor, 36, ap. 18.