

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1		2	3	4	5	6	7	8	
33100 00-1	24	Imprimanta pentru lame histologice	Imprimanta pentru lame histologice	SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer	S.U.A.	EPREDIA	1. Automat de inscripționare a lamelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei. 2. Să permită inscripționarea lamelor cu coduri de bare unidimensionale și bidimensionale, cât și caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 3. Viteza de inscripționare ≥ 800 lame/ora. 4. Capacitatea totală de încărcare cu lame ≥ 450 de lame dispuse în minim 3 magazine diferite pentru a putea inscripționa lame cu suprafața acoperită de diverse culori selectând magazia de lame dorită. 5. Să poată inscripționa lame de orice culoare fără niciun fel de limitare a anumitor culori. 6. Inscripționarea să fie atât rezistentă chimic la solvenții folosiți în procesul de colorare și fixare a țesuturilor histologice, cât și rezistentă mecanic la manipularea lamei. 7. Inscripționarea trebuie realizată direct pe corpul lamei. 8. Să aibă integrate sisteme de fixare și uscarea a cernelii pentru a putea folosi lama imediat după inscripționare. 9. Să permită inscripționarea lamelor cu muchii drepte, cu dimensiuni standard de 26 x 76 mm și max. 1.2 mm grosime. 10. Rezoluția de printare să fie de minim 300 dpi, atât pe orizontală, cât și pe verticală. 11. Să poată fi conectată la computer pentru introducerea cu ușurință a datelor ce urmează a fi inscripționate pe lame. 12. Configurația imprimantei trebuie să conțină un cititor mobil de coduri de bare. 13. Să poată fi folosită și gestionată prin intermediul unui computer	1. Automat de inscripționare a lamelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei. 2. Permite inscripționarea lamelor cu coduri de bare unidimensionale și bidimensionale, cât și caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 3. Viteza de inscripționare 800 lame/ora. 4. Capacitatea totală de încărcare cu lame 450 de lame dispuse în 3 magazine diferite pentru a putea inscripționa lame cu suprafața acoperită de diverse culori selectând magazia de lame dorită. 5. Inscripționează lame de orice culoare fără niciun fel de limitare a anumitor culori. 6. Inscripționarea este atât rezistentă chimic la solvenții folosiți în procesul de colorare și fixare a țesuturilor histologice, cât și rezistentă mecanic la manipularea lamei. 7. Inscripționarea este realizată direct pe corpul lamei. 8. Are integrate sisteme de fixare și uscarea a cernelii pentru a putea folosi lama imediat după inscripționare. 9. Permite inscripționarea lamelor cu muchii drepte, cu dimensiuni standard de 26 x 76 mm și max. 1.2 mm grosime. 10. Rezoluția de printare este de 300 dpi, atât pe orizontală, cât și pe verticală. 11. Poate fi conectată la computer pentru introducerea cu ușurință a datelor ce urmează a fi inscripționate pe lame. 12. Configurația imprimantei conține un cititor mobil de coduri de bare. 13. Poate fi folosită și gestionată prin intermediul unui computer neconectat la rețea, cât și de un sistem de management LIMS. Anul de producere: 2022. Cerințe de certificare: declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila și certificat IVD. Termen de garanție: 36 luni Asigurăm instalarea, darea în exploatare și instruirea. Asigurăm trainingul pentru utilizatori la instalare și la solicitare și servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. La livrare echipamentul va fi însoțit de următoarele documente : Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat - obligatoriu	
33100 00-1	25	Imprimanta pentru casete histologice	Imprimanta pentru casete histologice	VEGA-MB 97	Țările de Jos	EPREDIA/FA-Tech Diagnostics Europe B.V.	1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei. 2. Să permită inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale și bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 3. Viteza de inscripționare ≥ 900 de casete pe ora. 4. Capacitatea totală de încărcare cu casete ≥ 400 de casete dispuse în minim 6 magazine diferite pentru a putea inscripționa casete de diverse culori selectând magazia de casete dorită. 5. Să poată inscripționa casete de orice culoare, fără nici o limitare. 6. Inscripționarea să fie rezistentă chimic la solvenții folosiți în procesul de deshidratare și fixare a țesuturilor histologice. 7. Inscripționarea trebuie realizată direct pe corpul casetei. 8. Să aibă integrate sisteme de fixare și uscarea a cernelii pentru a putea folosi caseta imediat după inscripționare. 9. Să permită inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate atât la 35° cât și la 45° 10. Dimensiune casetelor: fara capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 11. Rezoluția de printare să fie de minim 300 dpi atât pe orizontală cât și pe verticală. 12. Configurația imprimantei trebuie să conțină cititor mobil de coduri de bare. 13. Să poată fi conectată la computer pentru introducerea cu ușurință a datelor ce urmează a fi inscripționate pe casete. 14. Să poată fi folosită și gestionată prin intermediul unui computer	1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei. 2. Permite inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale și bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 3. Viteza de inscripționare 900 de casete pe ora. 4. Capacitatea totală de încărcare cu casete 480 de casete dispuse în 6 magazine diferite pentru a putea inscripționa casete de diverse culori selectând magazia de casete dorită. 5. Poate inscripționa casete de orice culoare, fără nici o limitare. 6. Inscripționarea este rezistentă chimic la solvenții folosiți în procesul de deshidratare și fixare a țesuturilor histologice. 7. Inscripționarea este realizată direct pe corpul casetei. 8. Are integrate sisteme de fixare și uscarea a cernelii pentru a putea folosi caseta imediat după inscripționare. 9. Datorită tehnologiei laser, imprimanta nu este sensibilă la unghiul de inscripționare, putând permite inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate atât la 35 grade cât și la 45 grade. 10. Dimensiune casetelor: fara capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 11. Rezoluția de printare să fie 600 dpi atât pe orizontală cât și pe verticală. 12. Configurația imprimantei conține cititor mobil de coduri de bare. 13. Poate fi conectată la computer pentru introducerea cu ușurință a datelor ce urmează a fi inscripționate pe casete. 14. Poate fi folosită și gestionată prin intermediul unui computer neconectat la rețea cât și de un sistem de management LIMS. Anul de producere: 2022. Cerințe de certificare: declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila și certificate IVD. Termen de garanție: 36 luni Asigurăm instalarea, darea în exploatare și instruirea Asigurăm training pentru utilizatori la instalare și la solicitare, precum și servicii de mentenanță preventivă pe toată durata perioadei de garanție. La livrare echipamentul va fi însoțit de următoarele documente :Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat -	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	26	Microtom semiautomat	Microtom semiautomat	HM340	Marea Britanie	EPREDIA	Microtom semiautomat cu aplicatii multiple. 1. Să dețină următoarea gamă de selecție a grosimii de secționare: • Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 µm. - o Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 µm / pas de 0.5 µm. - o Reglaj grosime taiere 2 - 10 µm / pas de 1 µm. - o Reglaj grosime taiere 10 - 20 µm / pas de 2 µm. - o Reglaj grosime taiere 20 - 30 µm / pas de 5 µm. - o Reglaj grosime taiere 30 - 40 µm / pas de 10 µm. - o Reglaj grosime taiere 40 - 100 µm / pas de 10 µm. • Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 µm. - o Reglaj grosime fasonare până la 10 µm / pas de 5 µm. - o Reglaj grosime fasonare până la 100 µm / pas de 10 µm. - o Reglaj grosime fasonare până la 200 µm / pas de 20 µm. - o Reglaj grosime fasonare până la 500 µm / pas de 50 µm. 2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de maxim 72 mm. 4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere să poată fi oprită. 5. Să dețină sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas 6. Sistem de manipulare intuitiv cu un singur buton. 7. Să dețină sistem de control variabil al vitezei de avansare – 400, 800, 1200 µm/s. 8. Să aibă funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea	Microtom semiautomat cu aplicatii multiple. 1. Detine următoarea gamă de selecție a grosimii de secționare: • Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 µm. - o Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 µm / pas de 0.5 µm. - o Reglaj grosime taiere 2 - 10 µm / pas de 1 µm. - o Reglaj grosime taiere 10 - 20 µm / pas de 2 µm. - o Reglaj grosime taiere 20 - 30 µm / pas de 5 µm. - o Reglaj grosime taiere 30 - 40 µm / pas de 10 µm. - o Reglaj grosime taiere 40 - 100 µm / pas de 10 µm. • Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 µm. - o Reglaj grosime fasonare până la 10 µm / pas de 5 µm. - o Reglaj grosime fasonare până la 100 µm / pas de 10 µm. - o Reglaj grosime fasonare până la 200 µm / pas de 20 µm. - o Reglaj grosime fasonare până la 500 µm / pas de 50 µm. 2. Plaja de alimentare orizontala de 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de 72 mm. 4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere poate fi oprită. 5. Detine sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas 6. Sistem de manipulare intuitiv cu un singur buton. 7. Detine sistem de control variabil al vitezei de avansare – 400, 800, 1200 µm/s. 8. Are funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare. 9. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție. 10. Are orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. 11. Detine adaptabilitate pentru fiecare cleva de specimen. 12. Are potrivire rapidă a suportilor de cuțit cu ghidaj de precizie. 13. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen.	
3310000-1	40	Frigider pentru păstrarea sângelui	Frigider pentru păstrarea sângelui	BBR 625 S xPRO	Italia	EVERMED	An producere: 2021-2022 Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine; Tip: Vertical, cu încărcare orizontală, mobil, pe rotile. Volum util: 550-650l; Material interior: metal inox. Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimici. Diapazon temperatură: +2 - +8°C, setabil. Abateră maximă de la temperatura setată: 1°C în orice parte al camerei de răcire, la temperatura mediului ambiant 32°C. Circulația forțată a aerului. Dezghețarea automată sau programabilă pentru un anumit interval. Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii ușii. Ușa: transparentă, cu lacăt. Sertare: minim 6, din material inoxidabil, detașabile, cu sistem telescopic. Podea și sertare cu sistem de scurgere. Compressor de minim 0.33CP cu răcire pe aer. Refrigerent: fără CFC / HCFC Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru sonda de monitorizare externă. Monitorizare temperatură și activitate frigider: Ecran digital cu afișare parametri de temperatură a camerei interioare. Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezerva. Alarme sonore si vizuale în caz de depășire parametri și/sau neconformitate activitate frigider.	An producere: 2021-2022 Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine; Tip: Vertical, cu încărcare orizontală, mobil, pe rotile. Volum util: 625l; Material interior: metal inox. Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimici. Diapazon temperatură: +2 - +15°C, setabil. Circulația forțată a aerului. Dezghețarea automată sau programabilă pentru un anumit interval. Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii ușii. Ușa: transparentă, cu lacăt. Sertare: minim 6, din material inoxidabil, detașabile, cu sistem telescopic. Podea și sertare cu sistem de scurgere. Compressor de 0,33CP cu răcire pe aer. Refrigerent: fără CFC / HCFC Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru sonda de monitorizare externă. Tensiune alimentare: 220-230 V/50 Hz Monitorizare temperatură și activitate frigider: Ecran digital cu afișare parametri de temperatură a camerei interioare. Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezerva. Alarme sonore si vizuale în caz de depășire parametri și/sau neconformitate activitate frigider. Cerințe de certificare: Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație anexată – confirmată prin semnatura și ștampila, în care certificăm termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 60 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Asiguram instalarea, darea în exploatare. Asiguram training pentru utilizatori la instalare și la solicitare. Asiguram servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.	

Semnat: 29.07.2022 Numele, Prenumele: Plămădeală Inga În calitate de: Administrator

Ofertantul: Humanlab SRL Adresa: _mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 2/16

Specificații de preț

cest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4.

Numărul licitației: LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1655477829847** din **29.07.2022**

Data: „ ” **Alternativa nr.:** _____

Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”							Lot:	Pagina: _____ din _____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma (fără TVA), lei	Suma (cu TVA), lei	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100 00-1	12	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	bucată	2	33 000,00	40 260,00	66 000,00	80 520,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100 00-1	16	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	bucată	1	135 950,00	161 780,50	135 950,00	161 780,50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100 00-1	24	Imprimanta pentru lame histologice	Imprimanta pentru lame histologice	bucată	1	643 000,00	765 170,00	643 000,00	765 170,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100 00-1	25	Imprimanta pentru casete histologice	Imprimanta pentru casete histologice	bucată	1	936 000,00	1 113 840,00	936 000,00	1 113 840,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100 00-1	26	Microtom semiautomat	Microtom semiautomat	bucată	1	652 000,00	775 880,00	652 000,00	775 880,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100 00-1	40	Frigider pentru păstrarea sângelui	Frigider pentru păstrarea sângelui	bucată	1	167 500,00	199 325,00	167 500,00	199 325,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
Suma total:								2 600 450,00	3 096 515,50	

Semnat: 29.07.2022 Numele, Prenumele: Plămădeală Inga În calitate de: Administrator

Ofertantul: Humanlab SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 2/16