

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21126415 din 26.12.2023</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Achiziționarea Reagenților și consumabilelor de laborator pentru anul 2024, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii</i>

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	
	Reagenți chimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”							
		Lotul 1: Reagenți chimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S”	<p>Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Reagenții sunt adaptați la Analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Disponem de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control este compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sunt pe baza de ser uman, numărul de parametri nu este mai mic de 39. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilității cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S”</p>					
1.1	ALAT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”	ALAT SL	Franta	Elitech /Vital	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE	
1.2	ASAT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”	ASAT SL	Franta	Elitech /Vital	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE	

1.3	Albumina pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Albumina SL	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001.BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	cinetic;reagenti lichizi; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, concentratia 2.28mmol/l, linearitatea 9,12 mmol/l; valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.4	Fosfataza alcalină pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Fosfataza alcalină (ALP) SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 5mg/l;reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	linearitatea 5mg/l; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.5	Alfa-Amilaza pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Alfa-Amilaza	Franta	Elitech /Vital	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 50ml	ISO, CE
1.6	Alfa-Amilaza pancreatică pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Alfa-Amilaza pancreatică	Rusia	Vector Best	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN; ISO-9001:1994, ambalaj flacon: 50ml	ISO, CE
1.7	Bilirubina totală pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Bilirubina totală	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml	linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ISO : 1994 ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.8	Bilirubina directă pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Bilirubina directă	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml	linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9 : 1994 ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.9	Creatinina pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Creatinina JAFFE SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 5mg/dL reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-150ml	linearitatea 5mg/dL reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.10	Gamma-GT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Gamma-GT	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	cinetic;reagenti lichizi; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, concentratia 2.28mmol/l, linearitatea 9,12mmol/l; valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-	ISO, CE

						9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	
1.11	Glucosa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Glucose SL	Franta	Elitech /Vital	concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reagenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0'2ml la analizator, valabilitatea nu mai putin de 18 luni; ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 250-500ml	concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reagenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0,2 ml la analizator, valabilitatea nu mai putin de 18 luni; ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 250ml	ISO, CE
1.12	Clor pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Clor	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 4mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml	linearitatea 4mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon:125ml	ISO, CE
1.13	Proteina Totala pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Proteina Totala	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 100g/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 100g/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
1.14	Proteina C reativa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”	Proteina C reativa IP	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca 2*25ml + 5ml	ISO, CE
1.15	Proteina totală în urină metoda cu Pirogalol roșu cu control și calibrator	Proteina totală în urină	Franta	Elitech /Vital	Certificat de calitate de la producator	Certificat de calitate de la producator	ISO, CE
1.16	ASL-O pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	ASLO	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca; 2x25ml, +1x6ml +1x1ml	ISO, CE
1.17	Cholesterol total pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Cholesterol total	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 500mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj:50-250ml	linearitatea 500mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon:250ml	ISO, CE
1.18	Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”	Colesterol LDL SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: flacon 112ml	ISO, CE

1.19	Colesterol HDL	Colesterol HDL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	ISO, CE
1.20	Trigliceride pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Trigliceride SL	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenți lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	linearitatea 500mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:100ml	ISO, CE
1.21	Magneziu pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M	Magneziu xylydil	Franta	Elitech /Vital	reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-150ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 80ml	ISO, CE
1.22	Uree pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Uree UV SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml	ISO, CE
1.23	Lactate metoda enzimatică-colorimetrică, bireangeant pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces Selectra Pro M+calibrator (volumul de lucru 0,3 ml per test)	Lactate metoda enzimatică-colorimetrică	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994; CE Marca ambalaj: R1 2x8 ml, R2 1x5 ml	ISO, CE
1.24	Acid uric pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Acid uric SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	ISO, CE
1.25	Ferritin pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Ferritin	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994; CE Marca; ambalaj: 55ml	ISO, CE
1.26	Ferritin calibrator pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Ferritin calibrator	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; 1x3ml	ISO, CE

					CE Marca		
1.27	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solcitare	Maintenance kit	Franta	Elitech /Vital	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solcitare	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solcitare	ISO, CE
<p align="center">Lotul 2: Consumabilele la Analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S</p>			<p>Consumabilele dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Consumabilele sunt compatibile la Analizatorul SELECTRA PRO M ; Compania “GBG-MLD” SRL dispune de autorizare de la producător; Consumabilele sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producator. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”</p>				
2.1	Material de control biochimic normal	Elitrol I	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml	Flx5ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elitrol I, 5 ml	ISO, CE
2.2	Material de control biochimic patologic indicii înalți	Elitrol II	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml	Flx5ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elitrol 2, 5 ml	ISO, CE
2.3	Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici	Elical 2	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 3 ml pînă la 10 ml	Flx3ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elical 3 ml	ISO, CE
2.4	Soluție de spălare	Soluție de spălare	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L	Certificat ISO al producătorului CE Marca , 1L	ISO, CE
2.5	Soluție de sistem	Soluție de sistema	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L	Certificat ISO al producătorului CE Marca, 1L	ISO, CE
2.6	Eprubete pediatrice 2 ml	Eprubete pediatrice 2 ml	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE
2.7	Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant	Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE
2.8	Rotor chiuvetă pentru 48 reacții	Rotor chiuveta set	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE
<p align="center">LOTUL 4 Reagenți pentru Analizatorul hematologic CD EMRLD</p>			<p>Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, CE Marca; Reagenții sunt compatibili cu Analizatorul hematologic CD EMRLD; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producator. Compania „GBG-MLD” SRL dispune de ingineri calificați, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. Mentenanța va fi efectuată de către inginerii autorizați de producătorul analizorului, inclusă în prețul ofertei.</p>				
4.1	Soluție de diluare, 10L	DILUENT RGT 10 L, 9H4802	SUA	Abbott	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Canistră 10L	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Canistră 10L	ISO, CE

4.2	Soluție de spălare, 960 ml	CLEANER RGT 960 ml, 9H4602	SUA	Abbott	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml	ISO, CE
4.3	Soluție de lizare, 960 ml	HGB LYSE RGT 960 ml, 9H4702	SUA	Abbott	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml	ISO, CE
4.4	Soluție concentrată de hipoclorid 0,5 %, 1L	Solutie concentrata de hipoclorid 0.5%, 1L	SUA	Abbott	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1L	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1L	ISO, CE
4.5	Set de control hematologic, 3 niv x 2,5ml (L, N, H)	Set de control hematologic, 3niv x 2.5ml, (L,N,H) 02H40-01	SUA	Abbott	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 2,5 ml	Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 2,5 ml	ISO, CE
4.6	Calibrator	CD 16 Calibrator, 99110-01	SUA	Abbott	Certificat ISO al producătorului, CE Marca,	Certificat ISO al producătorului, CE Marca,	ISO, CE
4.7	Kit de mentenanță 12 luni compatibil cu Analizatorul hematologic CD EMRLD, cu instalare la solicitare.	Maintenance kit	SUA	Abbott	Kit de mentenanță 12 luni compatibil cu Analizatorul hematologic CD EMRLD, cu instalare la solicitare.	Kit de mentenanță 12 luni compatibil cu Analizatorul hematologic CD EMRLD, cu instalare la solicitare.	ISO, CE
	Lotul 6: Consumabile și reagenți pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis)		Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatorii în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Compania „GBG-MLD” SR dispune de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control este compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, să fie pe baza de ser uman, numărul de parametri să nu fie mai mic de 39.				
6.1	Electrod K	Electrod K	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.2	Electrod Na	Electrod Na	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.3	Soluție lichidă internă (K, Na) a electrolizilor	Soluție lichidă internă (K, Na) a electrolizilor	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.4	Tub din silicon p-u reagenți, ser și deseuri	Tub din silicon p-u reagenți, ser și deseuri	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.5	Valva p-u dozarea reagentului, serului și deseurilor	Valva p-u dozarea reagentului, serului și deseurilor	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.6	Material de control 3 nivele (L,N,H)	Material de control 3 nivele (L,N,H)	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.7	Pachet de reactive (Standart A, StandartB, soluție de spălare) 800 ml	Pachet de reactive (Standart A, StandartB, soluție de spălare) 800 ml	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.8	Soluție de spălare p-u fiecare zi (6*15 ml)	Soluție de spălare p-u fiecare zi (100 ml)	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.9	Termohirtie p-u analizator K/Na	Termohirtie p-u analizator K/Na	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
6.10	Kitul de mentenanță anuală, compatibil cu analizatorul	Maintenance kit	SUA	Medica	Certificat ISO al producătorului, CE, Kitul de mentenanță anuală, compatibil	Certificat ISO al producătorului, CE, Kitul de mentenanță anuală, compatibil	ISO, CE

	ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), cu instalare la solicitare.				cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), cu instalare la solicitare	cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), cu instalare la solicitare	
	LOTUL 7: Consumabile pentru Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO				Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Compania noastră dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Prezentarea mostrelor la cerința pentru verificarea compatibilității cu analizatorul.		
7.1	Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1	Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1	Ungaria	Elektroni ka 77	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	ISO, CE
7.2	Cuvete pentru UriSed, 600 piese, URS-9961-1	Cuvete pentru UriSed, 600 piese, URS-9961-1	Ungaria	Elektroni ka 77	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	ISO, CE
7.3	Eprubete 12 ml, conica, 16x105, PS, 18159	Eprubete 12 ml, conica, 16x105, PS, 18159	Italia	Kima	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	ISO, CE
7.4	Material control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3 ml	Material control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3 ml	Rusia	AGAT	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	ISO
7.5	Kitul de mentenanța anuală, compatibil cu analizatorul Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO, cu instalare la solicitare	Maintenance kit	Ungaria	Elektroni ka 77	Certificat ISO al producătorului, CE, Kitul de mentenanța anuală, compatibil cu analizatorul Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO, cu instalare la solicitare	Certificat ISO al producătorului, CE, Kitul de mentenanța anuală, compatibil cu analizatorul Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO, cu instalare la solicitare	ISO, CE
	Lotul 8: Analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical				Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Compania noastră dispune de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu Analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical		
8.1	Prime-Plus Sensor Card: w/COOx (Standard) (1set 100buc)	61604	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Prime-Plus Sensor Card: w/COOx (Standard) (1set 100buc), ISO; CE Marca	ISO, CE

8.2	Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card	58379	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card, ISO; CE Marca	ISO, CE
8.3	Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	57823	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL), ISO; CE Marca	ISO, CE
8.4	Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 200Sample	57826	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 200Sample, ISO; CE Marca	ISO, CE
8.5	Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 160Sample	57838	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 160Sample, ISO; CE Marca	ISO, CE
8.6	Printer Paper	49200	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Printer Paper, ISO; CE Marca	ISO, CE
	LOTUL 9						
9	Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ	Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ	Rusia	AGAT	ISO; CE Marca	Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ, ISO	ISO
	LOTUL 10						
10	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh	Rusia	AGAT	ISO; CE Marca	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh, ISO	ISO
	LOTUL 11						
11	Timol	Timol	Rusia	AGAT	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Proba cu timol, flacon de 11 ml, ISO	ISO
	LOTUL 12						
12	Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax	Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax	China	BOEN	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax, ambalaj 1000 buc	ISO, CE
	LOTUL 13						

13	Hîrtie pentru printer STAT FAX	Hîrtie pentru printer STAT FAX	SUA	Awareness	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Hîrtie pentru printer STAT FAX, dimensiuni 57x21 mm	ISO, CE
	LOTUL 17						
17	D-dimer, 96 teste (ELISA)	D-dimer, 96 teste (ELISA)	SUA	Monobind	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	D-dimer, 96 teste (ELISA), Certificat CE, ISO	ISO, CE
	LOTUL 18						
18	Procalcitonin, 96 teste (ELISA)	Procalcitonin, 96 teste (ELISA)	SUA	Monobind	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Procalcitonin, 96 teste (ELISA), Certificat CE, ISO	ISO, CE
	LOTUL 19						
19	CRP IP Calibrator, Elitech 5X1ml	CRP IP Calibrator, Elitech 5X1ml	Franta	Elitech	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	CRP IP Calibrator, Elitech 5X1ml	ISO, CE
	LOTUL 20						
20	CRP IP Control I, Elitech 2x1ml	CRP IP Control I, Elitech 2x1ml	Franta	Elitech	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	CRP IP Control I, Elitech 2x1ml	ISO, CE
	LOTUL 21						
21	CRP IP Control II, Elitech 2x1ml	CRP IP Control II, Elitech 2x1ml	Franta	Elitech	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	CRP IP Control II, Elitech 2x1ml	ISO, CE
	LOTUL 22						
22	Test strip-determinarea a 11 parametri în urină (blood, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitriti, cetone, acid ascorbic, glucoza, pH, specific gravity, leucocite)	Medi test Combi 11	Germania	Machery nagel	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Test strip-determinarea a 11 parametri în urină (blood, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitriti, cetone, acid ascorbic, glucoza, pH, specific gravity, leucocite), 100 teste/set	ISO, CE

	LOTUL 24						
24	Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EAIGG	Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EAIGG	Italia	Dia Pro	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EAIGG, 96 teste ELISA	ISO, CE
	LOTUL 25						
25.1	Anticorpi la Parvovirus B19 (IgM)	Anticorpi la Parvovirus B19 (IgM)	Italia	Dia Pro	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anticorpi la Parvovirus B19 (IgM), 96 teste, ELISA	ISO, CE
25.2	Anticorpi la Parvovirus B19 (IgG)	Anticorpi la Parvovirus B19 (IgG)	Italia	Dia Pro		Anticorpi la Parvovirus B19 (IgG), 96 teste, ELISA	ISO, CE
	LOTUL 26						
26.1	Anticorpi la orieon (IgM)	Anticorpi la orieon (IgM)	Germania	Novatec	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anticorpi la orieon (IgM)/ Mumps IGM, 96 teste, ELISA	ISO, CE
26.2	Anticorpi la orieon (IgG)	Anticorpi la orieon (IgG)	Germania	Novatec		Anticorpi la orieon (IgG), Mumps IGG, 96 teste, ELISA	ISO, CE
	LOTUL 27						
27.1	Anticorpi la yersinioză IgG (ELISA)	Anticorpi la yersinioză IgG (ELISA)	Rusia	Vector Best	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anticorpi la yersinioză IgG (ELISA), 96 teste	ISO
27.2	Anticorpi la yersinioză IgM (ELISA)	Anticorpi la yersinioză IgM (ELISA)	Rusia	Vector Best	Anticorpi la yersinioză IgM (ELISA)	Anticorpi la yersinioză IgM (ELISA), 96 teste, ELISA	ISO
27.3	Anticorpi la yersinioză IgA (ELISA)	Anticorpi la yersinioză IgA (ELISA)	Rusia	Vector Best	Anticorpi la yersinioză IgA (ELISA)	Anticorpi la yersinioză IgA (ELISA), 96 teste, ELISA	ISO
	LOTUL 28						
28.1	Anticorpilor (IgM) către Bordetella pertusis	Anticorpilor (IgM) către Bordetella pertusis	Germania	Novatec	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anticorpilor (IgM) către Bordetella pertusis, 96 teste, ELISA	ISO, CE
28.2	Anticorpilor (IgG) către Bordetella pertusis	Anticorpilor (IgG) către Bordetella pertusis	Germania	Novatec		Anticorpilor (IgG) către Bordetella pertusis, 96 teste, ELISA	ISO, CE
	LOTUL 29						
29.1	Anticorpi la borelioză Lyme (ELISA) IgM	Anticorpi la borelioză Lyme (ELISA) IgM	Germania	Novatec	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anticorpi la borelioză Lyme (ELISA) IgM, 96 teste, ELISA	ISO, CE

29.2	Anticorpi la borelioză Lyme (ELISA) IgG	Anticorpi la borelioză Lyme (ELISA) IgG	Germania	Novatec		Anticorpi la borelioză Lyme (ELISA) IgG, 96 teste, ELISA	ISO, CE
	LOTUL 30						
30.1	Anti-HEV IgM, ELISA, 96	Anti-HEV IgM, ELISA, 96	Italia	Dia Pro	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anti-HEV IgM, ELISA, 96 teste, ELISA	ISO, CE
30.2	Anti-HEV IgG, ELISA, 96	Anti-HEV IgG, ELISA, 96	Italia	Dia Pro		Anti-HEV IgG, ELISA, 96 teste, ELISA	ISO, CE
	LOTUL 31						
31	Interleukina 6, ELISA,	Interleukina 6, ELISA	Rusia	Vector Best	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Interleukina 6, ELISA, 96 teste	ISO
	LOTUL 32						
32	Vitamin D Direct, ELISA	Vitamin D Direct, ELISA	SUA	Monobind	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Vitamin D Direct, ELISA, 96 teste	ISO, CE
	LOTUL 33						
33	Factor tumori Alfa TNF	Factor tumori Alfa TNF	Rusia	Vector Best	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Factor tumori Alfa TNF	ISO

Semnat: Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi _____ În calitate de: director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2