

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	21458257 / ocde-b3wdp1-MD-1753181560050					Data: 30.07.2025		
Obiectul achiziției:	Consumabile pentru cardiologia intervențională - stenturi Sirolimus anul 2025, COP					Lot. 1		Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
33140000-3	1	Stent coronarian farmacologic Sirolimus	Synsiro® Pro - 419155 419161 419167 419173 419179 419185 419191 419197 419203 419156 419162 419168 419174 419180 419186 419192 419198 419204 419157 419163 419169 419175 419181 419187 419193 419199 419205 419158 419164 419170 419176 419182 419188 419194 419200 419206 419159 419165 419171 419177 419183 419189 419195 419201 419207 419160 419166 419172 419178 419184 419190 419196 419202 419208	Elveția	BIOTRONIK AG	Material stent: Cobalt Crom. Substanța activă: Sirolimus, nu mai puțin de 1.25 µg/mm². Profil subțire: 60-70 µg la stenturi cu diametrul <3 mm. Lungime shaft: 140-145 cm. Prezența de 2 markeri din platinum-iridium la nivel de balon. Presiune nominală 10 atm. RPB: 16 atm. Diametru stent: 2.25-4.0 mm. Lungimi stent : 9-40 mm. Cateter ghid: 5 F	Synsiro® Pro - Sirolimus-Eluting Coronary Stent System - Stent material Cobalt chromium, L-605 - Strut thickness ø 2.25 – 3.0 mm: 60 µm (0.0024"); ø 3.50 – 4.0 mm: 80 µm (0.0031") - Passive coating proBIO (Amorphous Silicon Carbide) - Active coating BIOLute bioabsorbable Poly-L-Lactide (PLLA) eluting a limus drug - Drug dose 1.4 µg/mm² - Delivery System - Catheter type Rapid exchange - Recommended guide catheter 5F (min. I.D. 0.056") - Guide wire diameter 0.014" - Usable catheter length 140 cm - Balloon material Semi crystalline polymer - Coating (Distal shaft) Hydrophilic - Coating (Proximal shaft) Hydrophobic - Marker bands Two swaged platinum-iridium markers - Lesion entry profile 0.017" - Distal shaft diameter 2.7F: ø 2.25 – 3.0 mm; 2.9F: ø 3.5 – 4.0 mm - Proximal shaft diameter 2.0F - Nominal pressure (NP) 10 atm - Rated burst pressure (RBP) 16 atm - Stent ø (mm) 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 - Stent Length (mm) 9. 13. 15. 18. 22. 26. 30. 35. 40 - Vezi prospectul BIOTRONIK - Synsiro Pro	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: 21458257 / ocds-b3wdp1-MD-1753181560050					Data: 30.07.2025							
Obiectul de achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională - stenturi Sirolimus anul 2025, COP					Lot. 1				Pagina 1 din 1			
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	Valoarea estimativă
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33140000-3	1	Stent coronarian farmacologic Sirolimus	bucată	220	3,187.8000	3,187.8000	701,316.0000	701,316.0000	DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pina la 10 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime.	MD10TRPCBW518430A00362AA		770 000
Total ofertă							701,316.00	701,316.00				

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B