

Obiectul: Achiziționarea consumabilelor pentru serviciu aritmologie (electrocardiostimulare), conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, pentru anul 2022.

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitate	UM	Denumire obiectului lotului	Valoarea estimată a lotului fără TVA, MDL
1	Electrocardiostimul ator monocameral	7	buc.	Electrocardiostimulator monocameral SR cu regim de stimulare AAIR. VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea între 58-65 cm, diametrul între 6-7 F, cu fixarea activă. Electrozii reprezintă accesorii, trebuie să corespundă codului oferit și să fie disponibili în dimensiunile propuse de producător, autoritatea contractantă la solicitarea electrocardiostimulatorului va indica tipul accesoriului ce urmează a fi livrat conform codului contractat. Condiție obligatorie furnizorul să ofere în folosința programator pentru electrocardiostimularele respective.	70000
2	Electrocardiostimul ator bicameral	3	buc.	Electrocardiostimulator bicameral DR cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali cu lungimea între 52-65 cm, diametrul între 6-7 F, cu fixarea activă. Electrozii reprezintă accesorii, trebuie să corespundă codului oferit și să fie disponibili în dimensiunile propuse de producător, autoritatea contractantă la solicitarea electrocardiostimulatorului va indica tipul accesoriului ce urmează a fi livrat conform codului contractat. Condiție obligatorie furnizorul să ofere în folosința programator pentru electrocardiostimularele respective.	42000
3	Set introducător de tip "peel-away"	12	buc.	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea între 12-14 cm, diametre disponibile de 6, 7 și 8, 5 F. Latex-free, minighid inclus de oțel inoxidabil sau de titanol/platinum de diametrul 0,038". Lungimea 40-50 cm, cu varful de tip J, ac de puncte 18G, introducătorul dilatorului, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru spalare uscarea a acestora înainte de intervenție. J trebuie să corespundă codului oferit și să fie disponibili în dimensiunile propuse de producător, autoritatea contractantă la solicitarea dispozitivului va indica diametrul și dimensiuni al dispozitivului ce urmează a fi livrat conform codului contractat.	4620
4	Set sterili getabil pentru electrocardiostimul are	10	buc.	1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm (+/-5cm), sterili, cu bord adeziv imprimat (nu se accepta lipici cu 2 țețe). 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv - dimensiuni 90x75 cm (+/-5cm), bord adeziv - min 5cm. 1 buc.: câmp de masă instrumentală - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă - minim 190x75cm. 2 straturi, impermeabili. 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operare, dimensiuni 80x145cm (+5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (+5 cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofoabă). Protegramă pentru ghidare, 3 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm (+2cm). 2 straturi (adeziv + strat impermeabil) pentru fixarea tuburilor, 200 buc.: Tampon absorbant - dimensiuni 10x10cm (+3cm), minim 4 straturi, absorbție min. 30gr/m2. 1 buc.: Câmp angiografic - dimensiuni 240x80cm, 240x330cm (+/-5cm), integrat, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - tranforat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-5cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-5cm), cu bord adeziv imprimat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 țețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x230cm. c) Margini laterale transparente, dim: 70x230cm. Fante zonele câmpului vor asigura 100% etanșitate, vor fi sigilate termic, să nu creeze aer în mediul uscat și/sau lichid. 3 buc.: Falat chirurgical XI, - a) Din material necesar, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repellent, grosimea materialului SMS minim 3,5 g/m ² ; c) Măncea cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măncea cusută cu acul. d) Lungimea manecului de 60cm (+3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), rălțimea halatului în zona axilară 75cm (+3cm). 4 percheți. Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 - 2 percheți; N7,0 - 2 percheți) - din cauciuc deproteimizat, hipo-alergenice, rezistență la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; neputrate (mărimi: N7,5 - 2 percheți; N7,0 - 2 percheți) - din cauciuc deproteimizat, hipo-alergenice, rezistență la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupele - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm, acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupele. AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (inveții de penetrare la microorganism și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 1 buc.: husă ceram circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 1 buc.: Bol min: 120 ml din polipropilen, lampă chirurgicală. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropilen, gradat, transparent. 2 buc.: Bol 250 ml din polipropilen, gradat, colorat. 1 buc.: Bol min: 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "trise biologic". 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 1 buc.: Lană nr. 22. 1 buc.: Forceps - aprox. 12 cm. 4 buc.: Pensă - aprox. 10cm.	16000
5	Electrocardiostimul ator extern monocameral temporar	1	buc.	Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmiilor. Display digital. Moduri de trim AAL, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0,1-25 mA. Amplitudine (V) 0,1-20 mV. Sensibilitate (V) 0,4-20 mV. Durata impulsului 1-1,5 ms. Indicator de alarmă acustic. Greutatea <500 g. Alimentare baterii tip AA 1,5V alcaline cu autonomie de aprox 20 zile. Indicator de baterie descarcata. Capac de protecție pentru a preveni manipularea accidentală a butoanelor de control. Funcție de blocare. Funcție de autotestare.	28000
6	Set electrod endocardial pentru stimulare temporară	10	buc.	Set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară, fixare pasivă, lungimea 125 cm - 5-6F, configurații varf drept și „J”-curbat. Stimularea bipolară. Trebuie să corespundă codului oferit și să fie disponibili în dimensiunile propuse de producător, autoritatea contractantă la solicitarea dispozitivului va indica diametrul și dimensiuni al dispozitivului ce urmează a fi livrat conform codului contractat.	13900
TOTAL.					174520

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Obligativitatea
1	Cererea de participare	DA
2	Specificația tehnică	DA
3	Specificația de preț	DA
4	DUAE	DA
5	Garanția pentru ofertă	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	DA

Cerințe de calificare obligatorii

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice: **Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)**. Operatorul economic neresident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/arestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire: *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021*

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova). Valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul

		companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
11	Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor	în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante- original semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
12	Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora - Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
13	Documente ce atestă calitatea bunurilor	* Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificările : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și * Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.	DA
14	Declarație cu privire la termenul de valabilitate restant	cu privire la termenul de valabilitate, cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziției Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSSAP (M tender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de pret.	DA
17	Notă	In oferta se va indica obligatoriu codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	DA

Conducătorul grupului de lucru:

Gheorghe GORCEAG

