

Specificații tehnice F 4.1

| Numărul licitației: 21038614 | | | | Data: 28.05.2021 | Alternativa Nr.: _____ | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Denumirea licitației: Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 3) | | | | Lot: 2,4 | Pagina ___ din ___ | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor / serviciilor | Modelul articolului | Producator / Tara de origine | Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta | Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant | Standarde de referinta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33100000-1 | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) | Model: 90101137.T 16S.K5.E5. E1.E5.M2. M3.C1.Y3. W1.W3.+ 90104101+ 90104101.S | Dolsan/ TURCIA | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Descriere Paturi motorizate pentru sectii de ATI și sectii de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da | Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Descriere Paturi motorizate pentru sectii de ATI și sectii de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 pozitii DA Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA Funcționalități poziționare sedentară DA poziționare Trendelenburg DA poziționare anti-Trendelenburg DA Controlul de către asistentă Blocarea control pacient DA+ cod C1 Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg DA Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm DA, până la 78 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm DA Sistem de blocare la minim 2 rotile DA+ 4 roți cu blocare separată Parapete de protecție laterale DA Extensia lungimii patului opțională DA Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm DA+ cod W3 | ISO9001 ISO13485 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit + accesorii inclusă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și șampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de</p> | <p>Cintar electronic pacient DA + cod E5 Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Da Alimentare 220 V, 50 Hz Da Saltele lavabile ortopedică inclusă DA+ cod 90104101 antidecubit + accesorii inclusă DA+ cod 90104101.S5 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și șampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie–</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--------------|---|--|--|
| | | | | referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. | confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. | |
| 3310000-1 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 100 L | Model: SMYKD-100L | SUMER/Turcia | <p>"Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 100L</p> <p>Descriere ""Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel""</p> <p>Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil</p> <p>Sistem deschis de utilizare a detergentilor și dezinfectanților da</p> <p>Volumul camerei 90L ± 10L</p> <p>Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304</p> <p>Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L</p> <p>Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent da</p> <p>Pompa de apă, internă da</p> <p>Pompa de aer, internă da</p> <p>Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C da</p> <p>Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului da</p> <p>Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor da</p> <p>Numărul de uși 1 unitate</p> | <p>"Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 100L</p> <p>Descriere ""Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel""</p> <p>Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil</p> <p>Sistem deschis de utilizare a detergentilor și dezinfectanților DA</p> <p>Volumul camerei 90L ± 10L DA</p> <p>Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 DA</p> <p>Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L DA</p> <p>Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent da</p> <p>Pompa de apă, internă da</p> <p>Pompa de aer, internă da</p> <p>Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C da</p> <p>Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului da</p> <p>Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor da</p> | <p>ISO9001</p> <p>ISO13485</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>Iluminare internă a camerei da</p> <p>Programe de dezinfectie implicite Min. 10</p> <p>Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30</p> <p>Ecran LCD, color da</p> <p>Afişare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da</p> <p>Limbajul interfeței și meniului română și rusă</p> <p>Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfectie da</p> <p>Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului da</p> <p>Imprimantă termică, integrată da</p> <p>Temperatura de uscare ≥ 125 grade</p> <p>Filtrarea aerului HEPA filtru</p> <p>Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului da</p> <p>Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului da</p> <p>Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități</p> <p>Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă da</p> <p>""Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor"" da</p> <p>Alarmer sonore și vizuale</p> <p>Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere da</p> <p>Alarma de finalizare a ciclului da</p> <p>Tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz</p> | <p>Numărul de uși 1 unitate da</p> <p>Iluminare internă a camerei da</p> <p>Programe de dezinfectie implicite Min. 10 da</p> <p>Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 da</p> <p>Ecran LCD, color da</p> <p>Afişare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului da</p> <p>Limbajul interfeței și meniului română și rusă</p> <p>Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfectie da</p> <p>Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului da</p> <p>Imprimantă termică, integrată da</p> <p>Temperatura de uscare ≥ 125 grade da</p> <p>Filtrarea aerului HEPA filtru da</p> <p>Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului da</p> <p>Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului da</p> <p>Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități da</p> <p>Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă da</p> <p>""Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor"" da</p> <p>Alarmer sonore și vizuale da</p> | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 2 buc. Coșuri pentru instrumente min. 5 Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri HEPA Filtru min 5 buc. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și șampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și șampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu</p> | <p>Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere da Alarma de finalizare a ciclului da Tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz da Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da Suport pentru mașina de spălat 1 buc. da Rafturi de încărcare 2 buc. da Coșuri pentru instrumente min. 5 da Hîrtie imprimantă 30 buc. da Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri da Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri da HEPA Filtru min 5 buc. da Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și șampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit."</p> | <p>prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit."</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

Ofertantul: **Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.** Adresa: Str. Piața D. Cantemir 1

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ioan Răzvan Cârstocea** În calitate de: **Administrator**