

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1623403521403 / 21040709 din **11 iunie 2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea consumabilelor pentru dispozitive medicale 2021-2022**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
33100000-1	Lotul nr.2 Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 5	271.022.001	Cehia	Cheiron	2.Filtru antibacterian si hidrofob	Filtru antibacterian hidrofob MSF - (Multi Stage Filtration) compatibil cu aspiratorul Hospivac 400 Fluxul maxim – 50/60 l/min (broșura anexata)	CE/ISO
33100000-1	Lotul nr.23 Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System	3000VA	China	Ultra Power	23.UPS pentru Electromiograf Puterea 3000VA, Electromiograf Inomed Surpass System	Puterea maximală de ieșire 3 000 VA Tensiunea nominală la intrare 220V - 240V AVR (Automatic Voltage Regulation) Numarul prizelor de iesire 3 (broșura anexata)	ISO
33100000-1	Lotul nr.24 Consumabile pentru Sistem de navigare BrainLab Navigation	2020-120	Germania	Illumark GMBH	24.Marker sferic reflective de unica folosinta - set 90 buc	Marker sferic jetabile pentru sistemul de neuronavigatie, compatibile cu echipamentul Brainlab Curve. Sterile, dublu impachetate, ambalate la solicitarea beneficiarului a cate 90 sfere/ cutie.(broșura anexata)	CE/ISO

33100000-1	Lotul nr.84 Consumabile pentru ponoul de oxigen	PR80.01	Turcia	INSPITAL Medical	84.Priza de oxigen	Priza de oxigen, conector de standard EN ISO 9170-1 (DIN),conector din cupru diametru 10mm,diamteru conectorului 45mm, inclusiv instalarea la sistemul existent de oxigen.(brosura anexata)	CE / ISO
33100000-1	Lotul nr.85 Consumabile pentru priza de oxigen	FM20.31	Turcia	INSPITAL Medical	85.Umidificatot O2	Umidificator O2 - conector DIN, cu borcan p/u umedificarea autoclavabil ≈ 250ml, regulator de flux 0-15 l/min+ indicator al consumului de O2.(brosura anexata)	CE / ISO
33100000-1	Lotul nr.96 Consumabile pentru Termometru digital	Super Alkaline AAA	China	GP	96.Baterie tip AAA	Baterie tip AAA 1.5V, durata indlungata de viata(brosura anexata)	CE / ISO

Semnat: semnatura electronica Numele, Prenumele: Latîșev Anastasia În calitate de: Director
Ofertantul: EDELMED SRL Adresa: mun.Chișinău str.Burebista 17/A