

Grupului de lucru pentru

Licitația Publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1695909003700](https://ocds-b3wdp1-MD-1695909003700) din data de 11.12.2023

**Certificat de corespundere a standardului IEC-118-0 pentru aparatele auditive prezentate la licitație**

Nr. ord.	specificații	Mosaic M 20 8C	Mosaic P 20 8C	Stretta M	Stretta HP
1	Anul lansării	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
2	Experiența clinică	Mai mult de 1 an	Mai mult de 1 an	Mai mult de 1 an	Mai mult de 1 an
3	Ieșirea maximală, dB	<b>130 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>141 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>130 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>141 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)
4	Câștigul maxim, dB	<b>61 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>81 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>61 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>81 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)
5	Nivelul de zgomot, dB	<b>18 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>17 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>18 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>17 dB</b> (Fișa teh. pag. 2)
6	Limita inferioară a diapazonului frecvențial, Hz	<b>110 Hz</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>120 Hz</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>110 Hz</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>120 Hz</b> (Fișa teh. pag. 2)
7	Limita superioară a diapazonului frecvențial, Hz	<b>8100 Hz</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>5900 Hz</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>8100 Hz</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>5900 Hz</b> (Fișa teh. pag. 2)
8	Coeфициentul distorsiunelor armonice,%	<b>1/2/3/-</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>5/4/1/-</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>1/2/3/-</b> (Fișa teh. pag. 2)	<b>5/4/1/-</b> (Fișa teh. pag. 2)
9	Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului	<b>16</b> (Fișa teh. pag. 6)	<b>16</b> (Fișa teh. pag. 6)	<b>32</b> (Fișa teh. pag. 6)	<b>32</b> (Fișa teh. pag. 6)
10	Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b> Prin intermediul bobinei telefonice	<b>Da</b> Prin intermediul bobinei telefonice
11	Anti-feedback	prezent	prezent	prezent	prezent
12	Dimensiuni minimale	da	da	da	da
13	Sincronizare și coordonare binaural	da	da	Da <b>e2e wireless 3.0</b> (Fișa teh. pag. 7)	Da <b>e2e wireless 3.0</b> (Fișa teh. pag. 7)
14	Accesoriile unui set PA, (conform solicitării în Documentatia Standard)	da	da	da	da
15	Termenul de garanție 24 luni	da	da	da	da
16	Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei la Chișinău și Bălți	da	da	da	da
17	Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru	da	da	da	da
	Aceste date pot fi găsite în următoarele documente	<b>Date tehnice Mosaic M 20 8C</b> Pag.2 - Mosaic M 8C / Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator. Pag.6 - MyCore Platform / 20 8C. <b>2020_Catalog</b> Pag. 44 <b>H2 Catalog</b> Pag. 37	<b>Date tehnice Mosaic P 20 8C</b> Pag.2 - Mosaic P 8C / Technical Data / Type/ Earhook/ Ear Simulator. Pag.6 - MyCore Platform / 20 8C. <b>2020_Catalog</b> Pag. 46 <b>H2 Catalog</b> Pag. 39	<b>Date tehnice Stretta M</b> Pag.2 - Stretta M / Technical Data / Type/ ThinTube/ Ear Simulator. Pag.6 - Stretta M / Features and accessories. Pag.7 - Stretta M / Features and accessories/ Style specific features/e2e wireless 3.0 <b>Stretta_Catalog</b>	<b>Date tehnice Stretta HP</b> Pag. 2 - Type/ Earhook/ Ear Simulator. Pag.6 - Stretta HP / Features and accessories. Pag.7 - Stretta HP / Features and accessories/ Style specific features/e2e wireless 3.0 <b>Stretta_Catalog</b>

Data completării 05.12.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat Acustmed SRL

(semnătura electronica)