

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21054489 din 20.04.2022**Obiectul de achiziție: Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 8						
Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	42.16.10005	China	SCW Medicath Ltd	1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena Lungime totală seringă 240mm - Diametru extern seringă 60mm -Prevazută cu varf tip Luer Male și cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasă presiune -Piston prevăzut cu două sisteme de prindere de 8.5mm lungime -Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) Tub umplere Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mică -Lungime totală 40mm (lungimea porțiunii drepte de 170mm) - Deschiderea curbării de 60mm -Diametru intern: 4.1mm - Diametru extern: 5.4mm - Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) -Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis"	Folosit "Medrad Marc V Pro Vis" Seringa 200 ml DSA-200-A1	CE
Total lot 8						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

