

		Specificații tehnice							
			Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754312845979 / 21463195 din 03.10.2025						
			Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA II (Suplimentar)						Pagina: 1din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	124	Lancete ace glicemice + stripuri/teste de control pentru glicemie si Glucometre compatilie	Lancete ace glicemice + stripuri/teste de control pentru glicemie si Glucometre compatilie	Test Strips HT-100 + Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 (compatibile cu glucometrului oferat cu titlul gratuit)	Taiwan	Tyson Byo	Lancete ace glicemice + stripuri/teste de control pentru glicemie si Glucometre compatilie	Test Strips HT-100 + Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 (compatibile cu glucometrului oferat cu titlul gratuit) La cantitatea solicitata de teste se vor oferi - 70 glucometre portabile cu titlu gratuit + 35000 lancete cu titlu gratuit	CE,ISO Test Strips HT-100 Nr.inregistrarii la AMDM DM000377194 ; HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195;
				HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem	Taiwan	Tyson Byo		Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 Analizator de glicemie portabil pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță și spitale. Parametru Specificația : Metoda - Electrochimică Tip probă - Sânge integral venos și capilar; Specificări tehnice pentru glucometre: Volumul minimal al probei - 0.7 µL, Brosura pag. 2 ; Gama de măsurare - 1.1 - 33.3 mmol/L- Brosura pag.2 Gama hematocritului - 0 - 70 % - Brosura pag.2 Timpul de măsurare - 5 Sec/ Test- Brosura pag.2 Ecran LCD - DA, Brosura pag.1 Calibrarea automată - DA Brosura pag.2 Oprire automată -Da (în 2 minute) , Manual de utilizare in Iromana pag.6 , punctul 4. Memoria numărul de teste - peste 500 teste - Brosura pag.2 , Manual in Iromana pag.8 CONECTARE la PC prin USB pentru salvarea/transferarea rezultatelor - Brosura pag.2 , Manual de utilizare in Iromana pag 8 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu - Da (indicat pe ecran) Brosura pag.2 Baterie internă obligatoriu - 2 baterii AAA- Brosura pag.2 Autonomie de la baterie -1000 teste - Brosura pag.2 Indicator baterie descărcată obligatoriu-Da Manual de utilizare Iromana pag.3 - Battery Icon Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu- DA Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile . Setul contine : GLUCOMETRU + Dispozitiv de întepare + Geantă de transport pentru glucometru si accesorii	
		Nume: Varman Irina	În calitate de: Director						
		Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL	Adresa: mun. Chisinău, str. Dokucaev, 6						
				semnat electronic					