

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21014064					Data: 22/11/2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației:	Necesarul de reactive/reagenți pentru parcursul anul 2020				Lot: 6, 8, 10.	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referință	Termenul de livrare/prestare
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii							
		LOTUL NR:6 Reațeți și consumabile pentru analizatorul imunologic							
1	33696500-0	Test-sistem pentru determinarea Hbs-Ag, cu calibrator, control pozitiv și control negative inclus	E-102196	MB	Rapid Labs	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	ISO, CE	Conform cerințelor
2	33696500-0	Test- system pentru determinarea HCV- Ab. Cu calibrator, control pozitiv și negative inclus	E-103196	MB	Rapid Labs	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	ISO, CE	Conform cerințelor
3	33696500-0	Test- system pentru determinarea HAV-Ab. Cu calibrator, control pozitiv și negative inclus	4200	Italia	Delta Biologicals	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	ISO, CE	Conform cerințelor
4	33696500-0	Test- system pentru determinarea Hbc-Ab cu calibrator, control pozitiv și negative inclus.	4220	Italia	Delta Biologicals	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	ISO, CE	Conform cerințelor
5	33696500-0	Test- system pentru determinarea hormonului fT-3	DNOV051	Germania	Novatec	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	ISO, CE	Conform cerințelor
6	33696500-0	Test- system pentru determinarea hormonului fT-4	DNOV052	Germania	Novatec	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	ISO, CE	Conform cerințelor
7	33696500-0	Test- system pentru determinarea hormonului TSH	TSH1030	Germania	Novatec	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	ISO, CE	Conform cerințelor
8	33696500-0	Test- system pentru determinarea Anti TPO	ATPO1020	Germania	Novatec	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare.	ISO, CE	Conform cerințelor
		LOTUL NR:8 Reagenți pentru reacțiile izoserologice							
1	33696500-0	Tolicon Anti-A	BG-A10	MB	Rapid Labs	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	ISO, CE	Conform cerințelor
2	33696500-0	Tolicon Anti-B	BG-B10	MB	Rapid Labs	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	ISO, CE	Conform cerințelor
3	33696500-0	Tolicon Anti-D super	BG-DIGM10	MB	Rapid Labs	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	ISO, CE	Conform cerințelor
4	33696500-0	Tolicon Anti – AB	BG-AB10	MB	Rapid Labs	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	ISO, CE	Conform cerințelor
5	33696500-0	Tolicon Anti Kell	BG-KELL10	MB	Rapid Labs	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	Flacoane cu picurătoare câte 10.0 ml	ISO, CE	Conform cerințelor
		LOTUL NR:10 Teste							
1	33696500-0	Test diagnostic Troponina I	D-TROPD20	MB	Rapid Labs	Set 20 teste	Set 20 teste	ISO, CE	Conform cerințelor
		Total							

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referința	Termenul de livrare/prestare
---------	-----------	------------------	---------------------	-----------------	---------------	---	---	-----------------------	------------------------------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Sergiu RAȚĂ În calitate de: Director General

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova